



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 24 kwietnia 2024 r.

DZP.2344.20.2024

Wszyscy Wykonawcy

**Odpowiedzi na pytania w ramach trwającego postępowania przetargowego  
DZP.2344.20.2024**

**„Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Działu Sterylizacji i Pracowni Endoskopii  
w SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku”**

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do złożonych w postępowaniu zapytań do treści SWZ:

**Pytanie 1**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 5**

Zamawiający w pkt 5 tabeli wskazał:

*„Wymiary zewnętrzne maksymalnie: (szer. x głęb. x wys.): 100cm x 90cm x 190cm.”*

Należy zauważyć, że w zakresie postępowania jest również wykonanie prac instalacyjnych/adaptacyjnych mających umożliwić instalację oferowanego urządzenia. Zamawiający opisał taki wymóg w pkt 12 tabeli (część III. Pozostałe wymagania) o brzmieniu: *„Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej załączy do oferty oświadczenie, że zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie prac instalacyjnych/adaptacyjnych niezbędnych do montażu oraz instalacji przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.”* Zgodnie z powyższym to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność do przygotowania miejsca do instalacji urządzenia.

Ponadto podczas wizji lokalnej w dniu 22.04.2024 ustalono, iż należy urządzenie posadzić w sposób umożliwiający pozostawienie okna podawczego o świetle minimum 26 cm. Z pomiarów wykonanych w czasie wizji wynika, że możliwa jest instalacja urządzenia o szerokości do 111 cm.

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 5 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Wymiary zewnętrzne maksymalnie: (szer. x głęb. x wys.): 111cm x 99cm x 190cm.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, że opisał przedmiot zamówienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Zamawiającego i oczekuje, że ilościowo oraz jakościowo otrzyma ofertę spełniającą co najmniej parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe opisane w specyfikacji warunków zamówienia. Opisane maksymalne wymiary zewnętrzne przedmiotu zamówienia zostały określone w taki sposób, aby zapewnić ergonomiczną i bezpieczną pracę technika sterylizacji w posiadanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Działu Sterylizacji.

### **Pytanie 2**

#### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 6**

Zamawiający w pkt 6 tabeli wskazał:

*„Drzwi otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego pola na panelu dotykowym z napędem elektrycznym. Możliwość manualnego otwarcia drzwi w trybie awaryjnym, funkcja awaryjnego otwarcia drzwi zabezpieczona przełącznikiem kluczykowym.”*

Zabezpieczenie funkcji urządzenia za pomocą hasła jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym. Utracone hasło można zresetować przy użyciu konta wyższego poziomu, niestety nie ma takiej możliwości w przypadku utraconego kluczyka. Ponadto mechanizm kluczyka jest kolejnym elementem mogącym generować usterki i awarie.

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 6 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Drzwi otwierane i zamykane automatycznie – po wciśnięciu odpowiedniego pola na panelu dotykowym. Drzwi wyposażone w napęd elektryczny. Możliwość otwarcia drzwi w trybie awaryjnym, funkcja awaryjnego otwarcia drzwi zabezpieczona przełącznikiem kluczykowym lub hasłem.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 7**

Zamawiający w pkt 7 tabeli wskazał:

*„Pojemność komory do 18 tac narzędziowych (3 tace na poziom) o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. Pojemność komory 430- 450 litrów. Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L”*

Ograniczenie pojemności komory do tak małego przedziału jest przejawem ograniczenia konkurencji i nie ma uzasadnienie merytorycznego.

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 7 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Pojemność komory do 18 tac narzędziowych (3 tace na poziom) o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. Pojemność komory 430- 480 litrów. Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 7, kol. 2 „Parametry techniczne/funkcja”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Pojemność komory do 18 tac narzędziowych (3 tace na poziom) o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. Pojemność komory 430-480 litrów. Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L”.*

Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 8**

Zamawiający w pkt 8 tabeli wskazał:

*„Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), maksymalna pobierana moc urządzenia w zakresie 18,6-19,6 kW”*

Ograniczenie mocy urządzenia do tak małego przedziału jest przejawem ograniczenia konkurencji i nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 8 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), maksymalna pobierana moc urządzenia w zakresie 18,6-20,0 kW”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 8, kol. 2 „Parametry techniczne/funkcja”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), maksymalna pobierana moc urządzenia w zakresie 18,6-20,0 kW”.*

Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 11**

Zamawiający w pkt 11 tabeli wskazał:

*„Minimum 5 pomp detergentów zainstalowanych fabrycznie na stałe w urządzeniu (nie dopuszcza się zewnętrznych modułów dodatkowych) wraz z miernikami dozowanych środków chemicznych i czujnikami powiadamiającymi o pustych zbiornikach detergentów. O minimalnym przepływie detergentu 250 ml/min.”*

Opisane rozwiązanie nie ma uzasadnienia funkcjonalnego. W warunkach szpitalnych zazwyczaj stosuje się 2 lub 3 środki chemiczne, w rzadkich przypadkach 4. Również Zamawiający w pkt 43 tabeli uznał 4 za wartość wystarczającą: „Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy.”

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 11 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Minimum 4 pomp detergentów zainstalowanych fabrycznie na stałe w urządzeniu (nie dopuszcza się zewnętrznych modułów dodatkowych) wraz z miernikami dozowanych środków chemicznych i czujnikami powiadamiającymi o pustych zbiornikach detergentów. O minimalnym przepływie detergentu 250 ml/min.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 6**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 13**

Zamawiający w pkt 13 tabeli wskazał:

*„Możliwość konfiguracji programów z zastosowaniem środków chemicznych dozowanych przez 5 różnych pomp detergentów dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.”*

Opisane rozwiązanie nie ma uzasadnienia funkcjonalnego. W warunkach szpitalnych zazwyczaj stosuje się 2 lub 3 środki chemiczne, w rzadkich przypadkach 4. Również Zamawiający w pkt 43 tabeli uznał 4 za wartość wystarczającą: „Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy.”

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 13 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Możliwość konfiguracji programów z zastosowaniem środków chemicznych dozowanych przez 4 różne pompy detergentów dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.”*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 7**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 14**

Zamawiający w pkt 14 tabeli wskazał:

*„Trzy przyłącza wody wyposażone w przepływomierze: woda zimna, ciepła i zdemineralizowana. Napełnianie komory niezależne od ciśnienia wody - pomiar ilości każdej z wód przez niezależny miernik przepływu. Funkcja oszczędzania wody (możliwość zmniejszenia ilości wody dla małych wsadów).”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trzema przyłączami wody bez przepływomierzy, w którym kontrola ilości wody następuje poprzez pomiar poziomu wody w komorze, pobór wody jest niezależny od ciśnienia wody oraz poziom wody dopasowuje się automatycznie do wsadu (mniejszy pobór wody przy mniejszych wsadach)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 8**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 16**

Zamawiający w pkt 16 tabeli wskazał:

*„Spust wody z myjni po fazie procesu bez zastosowania pompy spustowej.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą spustową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 9**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 19**

Zamawiający w pkt 19 tabeli wskazał:

*„Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie komputera klasy PC, minimum 2 porty w standardzie USB SLAWE.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze sterownikiem umożliwiającym podłączenie komputera klasy PC za pomocą portów RJ45?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie ze sterownikiem umożliwiającym podłączenie komputera klasy PC za pomocą portów RJ45. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 10**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 20**

Zamawiający w pkt 20 tabeli wskazał:

*„Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie zewnętrznego systemu dokumentacji cykli, minimum 2 porty w standardzie RS232.”*

Standard RS232 został opracowany w 1962 roku i był szeroko używany do połowy lat dziewięćdziesiątych. Jego transfer wynosi 20-115 kb/s. Dla porównania transfer przez port RJ45 wynosi 10Gb/s czyli 1000000 razy więcej. Czy zatem Zamawiający nie popełni oczywistej pomyłki?

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt 20 tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie zewnętrznego systemu dokumentacji cykli przez port w standardzie RS232 lub RJ45”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki. Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 20, kol. 2 „Parametry techniczne/funkcja”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie zewnętrznego systemu dokumentacji cykli, minimum 2 porty w standardzie RS232 lub RJ45.”*

Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 11**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 21**

Zamawiający w pkt 21 tabeli wskazał:

*„Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci, minimum 2 porty w standardzie USB HOST, w tym jeden umieszczony bezpośrednio na panelu czołowym urządzenia.”*

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma portami USB, w tym jeden port w przestrzeni na środki chemiczne pod komorą urządzenia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 12**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 25**

Zamawiający w pkt 25 tabeli wskazał:

*„Inteligentny obieg wody w komorze realizowany przez 2 niezależne pomy obiegowe, możliwość konfiguracji pracy na jednej lub 2 pompach obiegowych w poszczególnych fazach procesu według potrzeb użytkownika.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym obieg wody w komorze realizowany jest przez 1 pompę obiegową z wydajnością regulowaną automatycznie przez sterownik?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 13**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 30**

Zamawiający w pkt 30 tabeli wskazał:

*„Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. Możliwość pełnej edycji programów, jak i tworzenia nowych programów przez użytkownika bezpośrednio z panelu sterowania.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością edycji programów przez użytkownika bezpośrednio z panelu sterowania bez możliwości tworzenia nowych programów ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 14**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 33**

Zamawiający w pkt 33 tabeli wskazał:

*„Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu, (drukarka po stronie rozładawczej). Podłączona za pomocą zdublowanego portu równoległego (min. 2 porty pozwalające na pracę w przypadku uszkodzenia jednego z wyjść).”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drukarką podłączoną za pomocą jednego portu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 34**

Zamawiający w pkt 34 tabeli wskazał:

*„Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu. Urządzenie wyposażone w kondensator pary chłodzony wodą do usuwania pary i wilgotności w fazie dezynfekcji oraz dla poprawy efektywności suszenia. Urządzenie wyposażone w czujnik wilgotności gwarantujący odpowiedni stopień wysuszenia wsadu. Urządzenie wyposażone w pojedynczy wentylator suszarki.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 wentylatory suszarki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 16**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 35**

Zamawiający w pkt 35 tabeli wskazał:

*„Suszarka wyposażona w filtr absolutny o przepustowości min. 300m<sup>3</sup>/godzinę.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażony w filtr absolutny HEPA H14 o przepustowości

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 17**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 37**

Zamawiający w pkt 37 tabeli wskazał:

*„Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości (dopuszczone materiały na panelach czołowych szkło i metal, nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzyw plastikowych) i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, za wyjątkiem włącznika głównego i przycisków bezpieczeństwa, niezbędne przyłącza zabezpieczone gumowymi osłonami). Przyciski bezpieczeństwa i włącznik odciążenia zasilania zarówno po stronie załadowniczej, jak i wyładowniczej.”*

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową ze stali nierdzewnej i Corianu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 1 włącznikiem zasilania usytuowanym po stronie załadowniczej ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 19**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. I – Parametry techniczne/funkcje, poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga przycisków bezpieczeństwa?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 20**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. II – Wyposażenie myjni, poz. 1**

Zamawiający w pkt 1 tabeli wskazał:

*„Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x70 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Przestrzeń użyteczna- robocza na każdym z poziomów umożliwiająca załadunek przedmiotu o wymiarach minimalnych 480x500x750mm) Ilość – 1 szt.”*

Biorąc pod uwagę wymaganą ilość tac na jednym poziomie oraz ich gabaryty, wydają się że Zamawiający popełnił pomyłkę w wyznaczeniu wymaganej przestrzeni użytkowej na każdym poziomie.

Wniosek Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 1 pkt tabeli poprzez nadanie mu następującej treści:

*„Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x70 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Przestrzeń użyteczna- robocza na każdym z poziomów umożliwiająca załadunek przedmiotu o wymiarach minimalnych 480x750x70mm) Ilość – 1 szt.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. II – Wyposażenie myjni, poz. 1, kol. 2 „Parametry techniczne/funkcja”, która otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 15 tac DIN 1/1 (480x250x70mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Przestrzeń użyteczna - robocza umożliwiająca załadunek 3 tac DIN 1/1 na każdym z poziomów. Ilość – 1 szt.”. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 21**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 - Myjnia dezynfektor z wyposażeniem – 1 szt., Lp. II – Wyposażenie myjni, poz. 3**

Dotyczy pkt 3 tabeli

Zamawiający w pkt 3 tabeli wskazał:



*„Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu narzędzi laparoskopowych wyposażony w min. 75 przyłączy w tym min. 25 przyłączy typu luer lock. Wózek wyposażony w kółka ułatwiające załadunek do myjni. Wyposażony dodatkowo w dwa poziomy mycia o użytecznej przestrzeni roboczej min 610x750x80mm. Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. Ilość – 1 szt.”*

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wózek z poziomami o użytecznej przestrzeni roboczej 750x555x106 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 22**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. a**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar za zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego do 0,5% wartości brutto umowy.

Wskazujemy, że zwyczajowo w kontraktach publicznych, kary umowne za zwłokę w odniesieniu do terminów realizacji umowy oraz za nienależyte wykonanie mieszczą się w przedziale 0,1%-0,3% wartości urządzenia, którego dotyczy zwłoka. Nadto Wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe. W związku z powyższym, prosimy o obniżenie ww. kar umownych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 23**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. c**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar za zwłokę w wykonaniu naprawy do 0,5% wartości brutto sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 24**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. a**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar za zwłokę w dostarczeniu sprzętu medycznego do 0,5% wartości brutto umowy. Wskazujemy, że zwyczajowo w kontraktach publicznych, kary umowne za zwłokę w odniesieniu do terminów realizacji umowy oraz za nienależyte wykonanie mieszczą się w przedziale 0,1%-0,3% wartości urządzenia, którego dotyczy zwłoka. Nadto Wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe. W związku z powyższym, prosimy o obniżenie ww. kar umownych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

#### **Pytanie 25**

##### **Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy §4 ust. 1 lit. c**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar za zwłokę w wykonaniu naprawy do 0,5% wartości brutto sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26**

**Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy**

Zwracamy się również z prośbą o dopisanie do umowy paragrafu, w przypadku gdy Umowa zawarta jest na więcej niż jedno zadanie iż postanowienia Umowy stosuje się odrębnie do każdego zadania, na które Wykonawca złożył ofertę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej MSWIA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego  
Marek Stanisław Karp  
/dokument podpisany elektronicznie/