

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia: Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej – 1 sztuka.

Znak sprawy: Z/71/PN/20

nazwa

typ

rok produkcji....., producent

Wymagane parametry i funkcje		
L.p.	Parametr/Warunek	
1.	Bieżnia do rehabilitacji z certyfikatem medycznym. Podać	
2.	Prędkość regulowana w zakresie od 0,1 do 20 km/h. min. od 0,5-18 km/h	
3.	Kąt nachylenia min od 0% do 15%.	
4.	Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, wyświetlacz (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia).	
5.	Możliwość ustawienia 50 programów indywidualnych.	
6.	Programy wbudowane – min. 6.	
7.	Wbudowane treningi: kardio i spalanie kalorii.	
8.	Max. obciążenie -waga pacjenta min.150 kg.	
9.	Dopuszczalne obciążenie - waga pacjenta min.200 kg.	Tak 10 pkt Nie 0 pkt. PODAĆ
10.	Maksymalna wysokość wejścia na pas: 23 cm	
11.	Powierzchnia chodu: min. 140x48 cm.	
12.	Moc silnika min. 2 HP.	
13.	Testy – min 4 profile (np. CHR, CWL, Runner test, Cooper test lub inne).	
14.	Głośność <30dB.	
15.	Pas do bieżni amortyzowany. Pas samosmarujący i samocentrujący.	
16.	Wyłącznik bezpieczeństwa.	
17.	Kółka transportowe.	
18.	Pomiar tętna przewodowy i LUB bezprzewodowy.	
19.	Bieżnia wyposażona dodatkowo w długie poręcze, siedzisko i podpórki pod pachy.	Tak 10 pkt Nie 0 pkt. PODAĆ
20.	Okres gwarancji: do 24 miesięcy	0 pkt.
	Okres gwarancji: od 25 miesięcy do 36 miesięcy	10 pkt.

	Okres gwarancji: od 37 miesięcy do 48 miesięcy i więcej	20 pkt. PODAĆ
--	---	--------------------------------------

.....

data

.....

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy