

L. dz. DZP-291-2201/2023

Kraków, dnia 13.07.2023 r.

**Do**

**Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**, nr zamówienia DZP-291-2201/2023.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1 poz. 1.4:

Prosimy o dopuszczenie polarymetru wyposażonego w lampę LED, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza polarymetr wyposażony w lampę LED, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania

**Pytanie nr 2**

Zadanie 1 poz. 1.5: Prosimy o dopuszczenie pH-metru z zakresem pomiarowym od -2 do 16 pH.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pH-metr z zakresem pomiarowym od -2 do 16 pH.

**Pytanie nr 3**

Zadanie 1 poz. 1.5: Prosimy o dopuszczenie pH-metru z rozdzielczością 1 mV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza pH-metru z rozdzielczością 1 mV.

**Pytanie nr 5**

Zadanie 1 poz. 1.5: Prosimy o dopuszczenie pH-metru bez pamięci wyników pomiarów, wskazujący bieżącą kalibrację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza pH-metru bez pamięci wyników pomiarów, wskazujący bieżącą kalibrację.

**Pytanie nr 6**

Zadanie 3: Prosimy o dopuszczenie autoklawu z zakresem ciśnienia od 0 do 0,21 MPa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza autoklawu z zakresem ciśnienia od 0 do 0,21 MPa.

Kanclerz  
Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
Dyrektor ds. majątku i inwestycji  
mgr Marcin Gałań

.....  
(podpis)