

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp  
na dostawę materiałów sterylizacyjnych

W związku z zapytaniami przesyłamy treść zapytań nadesłanych do ww. zamówienia  
wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 2 poz. 3**

Proszę zamawiającego sprecyzowanie ilości zamawianych sztuk rolek Etykiety  
dwukrotnie przyklepnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownicy  
trzyrzędowej alfanumeryczne, gdyż w załączniku nr 1 w kolumnie zamawiana ilość sztuk  
na rok widnieje tylko informacja „750 szt. = 1 rolka”.

**Odpowiedz:** Zamawiający wymaga zaferowania 1 rolki = 750 sztuk etykiet.

Prosimy o uwzględnienie ww. odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert w terminie  
podanym w zaproszeniu.

Z poważaniem

Dyrektor  
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii  
w Lublinie  
*Elzbieta Peis*  
dr hab. n. med. Elzbieta Peis