

ZP/11/23

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. **„Sukcesywna dostawa opatrunków, wyrobów z włókniny oraz obłożeń sterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 21 Zestaw serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm

1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 28 x 30cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm, wykonana z transparentnej folii, posiada dwa plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów.

1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym.

1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm

2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

2. Część 1, poz. 1,4-6,11-14 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,4-6,11-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz

zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

3. Część 1, poz. 9-10 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

4. Część 1, poz. 11-14

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego jakich rozmiarów siatek wymaga do poszczególnych pozycji ,według rozmiarów przedstawionych poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym:

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: poz. 11 – rozmiar 10, poz. 12 – rozmiar 3, poz. 13 – rozmiar 4, poz. 14 – rozmiar 8

5. Część 2, poz. 2 - Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

6. Część 2, poz. 2 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

7. Część 2, poz. 2 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. Część 6, poz. 1-3,10

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

9. Część 10, poz. 2 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

10. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

11. Część 10, poz. 2 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

12. Część 10, poz. 2 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

13. Część 10, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

14. Część 11, poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

15. Część 11, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

16. Część nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do porodu wykonanego z laminatu 2- warstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 48 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji możliwości zaoferowania dwukomorowej kieszeni na instrumenty w rozmiarze min.30x40cm pakowanej osobno. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 12 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych w rozmiarze od S do XXL w kolorach niebieskim i zielonym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

19. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych nim przewidzianych do:

a. 0,5% wartości towaru podlegającego reklamacji lub towaru nieodebranego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2)

b. 10% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

20. Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Powyższe jest zawarte w projekcie umowy.

21. Wnosimy o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

22. Część 1 poz. 11-14: Czy Zamawiający wymaga siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych wykonanych z jedwabiu poliamidowego teksturowanego (50%) oraz jedwabiu poliuretanowego (50%)? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii. KDT na potwierdzenie dołączone do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

23. Część 7 poz. 1-4: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

24. Część 7 poz. 5-6: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwalają na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

25. Część nr 11 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

26. Część nr 11 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 145x80cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

27. Część nr 11 poz. 9: Czy zamawiający dopuści zestaw z 2 szt. Ręczników włókninowych 80x60 cm

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

28. Część nr 21: Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie : 1 × serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 cm× 190 cm, 1 × osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, 1 × serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” o wymiarach min. 250 cm × 325 cm z przyklepionym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami, 1 × serweta dla dziecka o wymiarach 90 cm × 60 cm jako podkład chłonny, 2 × ręcznik (kompresy włókninowe) o wymiarach 20cm x 40 cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

29. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”? Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a tym samym zagrozić wykonaniu zamówienia publicznego. Zachowanie § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 7 ust. 5 ogólnych warunków umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego,

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

30. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 9 ust. 2. punkt 3) wyrażenia „20% całkowitej wartości brutto umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

31. Część nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

32. Część nr 1, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

33. Część nr 1, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

34. Część nr 2, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

35. Część nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,60 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

36. Część nr 2, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 102 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >74,48 N - parametry w strefie krytycznej? Fartuch spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

37. Część nr 2, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

38. Część nr 2, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylizowanego radiacyjnie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

39. Część nr 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

40. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 20cm x 10cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

41. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 20cm x 25cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

42. Część nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

43. Część nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

44. Część nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem przylepnym o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

45. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego ze strzykawką 3-częściową typu Luer 5 ml z tłokiem polipropylenowym (bez opakowania jednostkowego)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

46. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego z igłami: 18G (1,2x40mm, różowa) oraz 22G (0,7x40mm, czarna)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

47. Część nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego z opatrunkiem foliowym z wkładem chłonnym samoprzylepny 9cm x 10cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

48. Część nr 3, poz. 4, 5, 7 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

49. Część nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami typu Protect (PP+PE) o gramaturze 60g/m² o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

50. Część nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kończyne z włókniny typu SMS 70cm x 120cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

51. Część nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z workiem do gromadzenia płynów przylepnym 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

52. Część nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

53. Część nr 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, z padem chłonnym

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.



Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

54. Część nr 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo- foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock

1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120Ml?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

55. Część nr 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego z igłami i strzykawkami bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

56. Część nr 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o poniższym składzie:

10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm

1 x peseta plastikowa 12,5 cm

1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm

1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa

1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml, opakowana

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml, opakowana

1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa, opakowana

1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona , opakowana

1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane

1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (opakowany)

Opakowanie - twardy blister dwukomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

57. Część nr 4, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunku wykonanego z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

58. Część nr 4, pozycja 2,4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

59. Część nr 4, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunku kontaktowego wykonanego z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszzonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

60. Część nr 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie pianki bez dodatku kreatyny

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

61. Część nr 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie opatrunku piankowego w rozmiarze 8x9 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

62. Część nr 4, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

63. Część nr 4, pozycja 7-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania ok. 3 minuty, nawiniętą na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

64. Część nr 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z gazy bawełnianej 17 nitkowej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

65. Część nr 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nie poddanej praniu technologicznym i wstępnym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

66. Część nr 4, pozycja 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zbiorczym kartonik?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

67. Część nr 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego, jałowego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnych, z przecięciem i otworem „O” w rozmiarze 9cm x 10 cm pakowane a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

68. Część nr 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego, jałowego opatrunku włókninowego z wkładem chłonnych, z przecięciem i otworem „O” w rozmiarze 12cm x 14 cm pakowane a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

69. Część nr 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu pakowanego a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

70. Część nr 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne do sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

71. Część nr 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34cm x 8cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

72. Część nr 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne wykonane z włókniny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, posiadające samoprzylepny pasek mocujący w części centralnej, miękki i chłonny?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

73. Część nr 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

74. Część nr 8, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przezroczystego z folii PU do zabezpieczania kaniul dożylnych u dzieci, z systemem aplikacji typu ramka, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą, w rozmiarze 4,4 x 4,4 cm. Opakowanie papier-papier?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

75. Część nr 8, poz. 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przezroczystego z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

76. Część nr 8, poz. 2-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z przezroczysty z folii PU do zabezpieczania cewników założonych do naczyń centralnych u osób dorosłych, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

77. Część nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

78. Część nr 8, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnych pasków wykonanych z włókniny typu spunbond?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

79. Część nr 9, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli 25 sztuk opatrunków czy 25 opakowań po 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 25 opakowań po 100 sztuk.

80. Część nr 9, poz. 6-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

81. Część nr 9, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

82. Część nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

83. Część nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

84. Część nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

85. Część nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozowników 6 ml dla kobiet i dzieci oraz 11 ml dla mężczyzn?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

86. Część nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany promieniami gamma?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

87. Część nr 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

88. Część nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

89. Część nr 11, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

90. Część nr 11, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

91. Część nr 11, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk (50 par) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

92. Część nr 11, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

93. Część nr 11, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

94. Część nr 11, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

95. Część nr 11, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 14x250cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

96. Część nr 11, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładem chłonnym 90x60cm o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

97. Część nr 11, poz. 9 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

98. Część nr 12, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

99. Część nr 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm, czerwona

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów, o odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O, chłonności warstwy zewnętrznej min. 287%?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

100. Część nr 12, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, niebieska

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności 478%?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

101. Część nr 12, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

102. Część nr 12, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, w kolorze czerwonym

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², o odporności na penetrację płynów 188 cm H₂O, chłonności warstwy zewnętrznej min. 350%

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

103. Część nr 12, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, czerwona

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

104. Część nr 12, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm

4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, czerwona

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

105. Część nr 12, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną wzmocnioną z otworem przylepnym w rozmiarze 200 x 280cm z otworem o średnicy 10cm, wykonaną z włókniny SMS 50g/m², ze wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m², odporności na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

106. Część nr 12, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

107. Część nr 12, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

108. Część nr 12, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie cięte (nie podwinięte i nie podszyte)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

109. Część nr 12, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny dostępny tylko w kolorze niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

110. Część nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm


2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm z włókniny spunlace

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier.



Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

111. Część nr 14, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 x 120 cm, z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

112. Część nr 14, poz. 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz karton zewnętrzny transportowy, sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

113. Część nr 14, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

114. Część nr 14, poz. 4, 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

115. Część nr 14, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm z niebieskiej folii PE i niebieskiej włókniny PP. Gramatura materiału w polu krytycznym 70g/m²?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

116. Część nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami z mankietem 7,5cm, oznaczenie rozmiaru w postaci pieczętki z rozmiarem literowym (L i XXL) widocznym przed rozłożeniem fartucha? (pozycja 2 zestawu)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

117. Część nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi o długości 157cm (+/-3cm)? (pozycja 3 zestawu)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

118. Część nr 14, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo 80cm x 145cm o gramaturze 80g/m², wzmocnienie w rozmiarze 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

119. Część nr 14, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pudełka kartonowego pojemnika plastikowego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

120. Część nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z narzędziem do mycia pola operacyjnego 23cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

121. Część nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

122. Część nr 14, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią na narzędzia 2-komorową 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

123. Część nr 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do laparoskopii 2-warstwową 270/200 x 300cm z otworem przylepnym w obszarze jamy brzusznej 25cm x 30cm, Gramatura w strefie wzmocnienia 136g/m² i chłonności 680%? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

124. Część nr 14, poz. 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z etykietą wkładaną do środka zestawu umieszczoną w widocznym miejscu?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

125. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikami chłonnymi 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

126. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami z mankietem 7,5cm, oznaczenie rozmiaru w postaci pieczętki z rozmiarem literowym (L i XXL) widocznym przed rozłożeniem fartucha? (pozycja 3 zestawu)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

127. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchami chirurgicznymi o długości 157cm (+/-3cm)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

128. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami plastikowymi 23 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

129. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy 17-nitkowej o wykroju 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

130. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z Kaniulą 18g (1,3mm), 50mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

131. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach uchwytu do mocowania przewodów samoprzylepną taśmę typu rzep?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

132. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem CH 24, długość 300cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

133. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z końcówką do odsysania typu Yankauer ø 7mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

134. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą operacyjną 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 180cm)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

135. Część nr 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami do obłożenia pacjenta o gramaturze 60g/m² ze wzmocnieniem o wymiarach 25cm x 60cm i gramaturze w strefie krytycznej 140g/m², chłonność w strefie krytycznej 478%?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

136. Część nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50 cm, perforacji co 50cm i długości 40m (80 sztuk)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

137. Część nr 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, z 2 zaworkami

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

138. Część nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw bibuły i 1 warstwy folii?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

139. Część nr 3, Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wklucia centralnego w którego składzie igłotrzymacz jest w rozmiarze 14 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

140. Dotyczy Zadania 12, poz. 1 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 1 zestaw do chirurgii ręki dopuści zestaw o poniższym składzie:

1x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190x150 cm

1x serweta na stolik Mayo, standardowa 145x80 cm

1x serweta do operacji ręki wzmocniona w kształcie litery T 358/160x303 cm z otworem elastycznym 3 cm oraz zintegrowanym potrójnym organizatorem przewodów i drenów?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

141. Dotyczy Zadania 12, poz. 2 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 2 zestaw podstawowy dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 67 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O, chłonność min. 298%

1x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

4 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x taśma przylepna 50 x 10 cm

2x serweta samoprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta samoprzylepna 240 x 150 cm

1x serweta samoprzylepna 180 x 175 cm

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

142. Dotyczy Zadania 12, poz. 3 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 3 zestaw uniwersalny wzmocniony dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o podstawowej minimalnej gramaturze 67 g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym PE/VSC/VSC o gramaturze min. 90g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 400%.

1x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

4 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x taśma przylepna 50 x 10 cm

2 x serweta samoprzylepna wzmocniona 90 x 75 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 240 x 150 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 180 x 175 cm

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

143. Dotyczy Zadania 12, poz. 4 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 4 zestaw uniwersalny z wycięciem U dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 67 g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym PE/VSC/VSC o gramaturze min. 90g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 400%.

1 x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

2 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x taśma przylepna 50 x 10 cm

1 x serweta samoprzylepna 240 x 150 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 260 x 220 cm z wycięciem "U"

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

144. Dotyczy Zadania 12, poz. 5 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 5 zestaw brzuszno kroczyowy dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 67 g/m² na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 298%.

1 x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

2 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x uchwyt typu rzep 25 x 2 cm

1x serweta pod pośladki 100 x 75 cm

1 x serweta ginekologiczna 200x230/310 cm ze zintegrowanymi nogawicami; otwór brzuszny przylepny 22 x 25 x 22 cm i otwór na krocze 13,5 x 9,5 cm przylepny

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

145. Dotyczy Zadania 12, poz. 5 - Czy zamawiający w zadaniu 12 poz. 5 zestaw brzuszno-kroczyowy dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 67 g/m² na całej powierzchni. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 298%.

1 x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

4 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x taśma samoprzylepna 50 x 10 cm

1 x serweta brzuszno – kroczyowa 231 x 240/ 220 cm; otwór brzuszny 36 x 32 cm samoprzylepny częściowo wypełniony folią chirurgiczną; otwór na krocze 24 x 10 cm przylepny. Serweta zawiera dodatkowo 2 zintegrowane kieszenie dwukomorowe na materiał opatrunkowy po obu stronach otworu brzusznego.

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

146. Dotyczy Zadania 12, poz. 6 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 6 zestaw do operacji stawu kolanowego dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 67 g/m² laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 90 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 400%.

1 x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

4 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

2 x taśma przylepna 50 x 10 cm

1 x serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 180 x 150 cm

1 x osłona na kończynę dwuwarstwowa 80 x 35 cm

1x serweta do operacji kończyny wzmocniona 320 x 220 cm z otworem elastycznym 7 x 5 cm

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

147. Dotyczy Zadania 12, poz. 7 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 7 zestaw pionowy izolacyjny dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy, standardowa 190 x 150 cm owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

2 x ręcznik chłonny 43 x 30 cm

1 x serweta PE pionowa izolacyjna samoprzylepna 330 x 245 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowane 2 kieszenie dwudzielne, zintegrowane 2 uchwyty typu rzep (velcro), torba na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenu

Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

148. Dotyczy Zadania 12, poz. 8 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 8 dopuści serwetę 220 x 280 cm z samoprzylepnym otworem 15 x 15 cm z laminatu 2-warstwowego min. 67 g/m²; odporność na przenikanie cieczy powyżej 200 cm H₂O?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

149. Dotyczy Zadania 12, poz. 10 - Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 10 dopuści osłonę na kończynę 35 x 120 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

150. Dotyczy Zadania 12, poz. 11 - Czy zamawiający z zadaniu 12 poz.11 dopuści komplet chirurgiczny z antystatycznej, miękkiej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze min. 43 g/m². Bluza z okrągłym dekoltem oraz krótkimi rękawami i dwiema kieszeniami przednimi na dole bluzy. Spodnie z regulowanym paskiem i z kieszenią tylną po prawej stronie. Kolor niebieski. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Komplet zapakowany w polietylenowy worek

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

151. Dotyczy Zadania 21 - Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy standardowa 190 x 150 cm

1 x serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

4 x ręcznik chłonny 25 x 19 cm

1 x taśma przylepna 50 x 10 cm

1 x serweta dla noworodka 90 x 75 cm

1 x serweta do cesarskiego cięcia 300 x 250/175 cm z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami
otwór wypełniony folią chirurgiczną na brzegach otworu?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

152. Czy Zamawiający dopuści w części 4 pkt 6 - Kompres tracheotomijny z wycięciem "Y" wykonany z miękkiej i łatwo formowanej włókniny. Polecany dozabezpieczenia rurek tracheotomijnych, cewników czy wkłuć. Jałowy w opakowaniu typu blister ? Opatrunek wskazany w opisie został wycofany ze sprzedaży przez producenta.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) w wyniku dokonania wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

1) Dział X, punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13 czerwca 2023 roku.

2) Dział XVI punkt 2 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2023 roku do godziny 11:00.

3. Przedmiotowe środki dowodowe – wzory pozycji asortymentowych z części nr 2, 3, 12, 14, 21 (próbki) należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w terminie do dnia 15 maja 2023 roku do godziny 11:00 w sekretariacie Zamawiającego – ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska. Próbki winny zostać oznaczone w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację Wykonawcy, który je składa.

3) Dział XVII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2023 roku, o godzinie 11:30.

Zmiany wiążą Wykonawców z chwilą ich ogłoszenia.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu