



## DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki**”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 13

Pakiet 2, poz. 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wkłucia promieniowego z igłą 21G, oraz z przewodnikami o średnicy 0.018" lub 0.021" - do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 14

Pakiet 2, poz. 2:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek naczyniowych o długościach w następujących zakresach: dla średnicy 6F 7,5 - 23 cm, dla średnicy 7F 6,5 - 23 cm oraz dla średnicy 8F od 11 - 23 cm.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 15

Pakiet 13

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodników o średnicach 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038", z miękką końcówką o dł. 50 mm prostą lub wygiętą pod kątem.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 16

Pakiet 14, poz. 4:

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie torquera spełniającego wymagania Zamawiającego wykonanego z nieprzezroczystego tworzywa.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Szpitala Ogólnego  
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

**mgr Halina Próchniak**