

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

dot. postępowania o nazwie: „Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kazimierzy Wielkiej”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Zadanie 6 - Sprzęt rehabilitacyjny

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach:

długość: 200 cm

szerokość: 90 cm

wysokość: 7 cm

waga materaca: 2,2 kg

waga pompki: 1 kg

maksymalne obciążenie: 120 kg

cykl pracy 10 min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Prosimy o uwzględnienie zaproponowanej poniżej zmiany przedmiotowego zapisu:

„W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/ podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, wolny od wad.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8

Prosimy o ujęcie dodatkowej klauzuli o poniższym brzmieniu:

„(...) po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot posiadający autoryzację Producenta sprzętu. Koszty poniesione przez Zamawiającego (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje treść §4 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ „wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

Nr referencyjny: IZP.227.2.2024

8. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot **posiadający autoryzację Producenta sprzętu**. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

Pytanie 5:

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 14

Prosimy o ujęcie dodatkowej klauzuli o poniższym brzmieniu:

„W przypadku istotnej naprawy sprzętu trwającej powyżej 14 dni roboczych, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa w ust. 1 ust. 2 zaczyna swój bieg na nowo (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 a.b.c.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 2,5%; z 1% na 0,5% oraz z 20% na 10%

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy wzoru umowy § 5

Prosimy o ujęcie dodatkowej klauzuli o poniższym brzmieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych- załącznik nr 7.3 do SWZ- Zadanie 3- szafa na endoskopy, pkt. 2:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wykonana ze stali malowanej proszkowo”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych- załącznik nr 7.3 do SWZ- Zadanie 3- szafa na endoskopy, pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wewnętrzna taca ociekowa o na dnie szafy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zapis „Wewnętrzna taca o wymiarach 34 x 52 x 18 cm umieszczona jest na dnie szafy”

w związku z czym w dniu 23.02.2024 r. zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania załącznik nr 7.3 do SWZ po modyfikacji.

Pytanie 10:

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych- załącznik nr 7.3 do SWZ- Zadanie 3- szafa na endoskopy, pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Drzwi pełne, zamykane na zamek.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11:

Dotyczy Zestawienia warunków i parametrów wymaganych- załącznik nr 7.3 do SWZ- Zadanie 3- szafa na endoskopy, pkt.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wymiary szafy szer: 900 x wys: 200 mm”

Nr referencyjny: IZP.227.2.2024

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12:

Dotyczy Zadanie 3- szafa na endoskopy

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Czy szafa powinna posiadać miękkie wygłuszenie tylnej ściany szafy celem zabezpieczenia przed uderzeniami końcówką endoskopu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy Zadanie 3- szafa na endoskopy

Prosimy o podanie modeli endoskopów które mają być przechowywane – każdy endoskop wymaga innej konstrukcji wieszaka.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dysponuje endoskopami różnych producentów, wskazany jest uniwersalny uchwyt do mocowania endoskopów.

Pytanie 14:

Dotyczy Zadanie 3- szafa na endoskopy

Prosimy o doprecyzowanie czy szafa ma być wyposażona w wentylator co zgodnie wymogami zapewnia wewnętrzną wentylację?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie wymaga wentylatora.