

Poznań, dnia 2024-09-27

EZ/72/2024/ 675

Wg rozdzielnika

do uczestników postępowania i zainteresowanych

dotyczy: Zakup i dostawa diatermii chirurgicznych i skanerów naczyń krwionośnych - 72/2024

SPROSTOWANIE

Wielkopolskie Centrum onkologii uprzejmie informuje, iż dokonuje się **sprostowania** odpowiedzi opublikowanych dnia 2024-09-23 korespondencja nr EZ/72/2024/657.

Pytanie pakiet 1:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania diatermii o następujących parametrach:
Praca w trybie mono- i bipolarnym **Odpowiedź: Tak.**

Regulowana głośność sygnalizacji pracy diatermii chirurgicznej **Odpowiedź: Tak**

Aktywacja urządzenia za pomocą przycisków na uchwycie lub pedałem nożnym.
Odpowiedź: Tak

Sterowanie urządzeniem z panelu przedniego urządzenia lub za pomocą przycisków na uchwycie **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się zapisy SWZ.**

Funkcje: koagulacja, cięcie, prądy mieszane **Odpowiedź: Tak**

Programy:

- CUT (cięcie gładkie), **Odpowiedź: Tak**
- BLEND (cięcie z koagulacją), **Odpowiedź: Tak**
- FORCED COAG (koagulacja forsowna) - Prąd modulowany, **Odpowiedź: Tak**
- SOFT COAG (koagulacja miękka) - Niskonapięciowy i zmodulowany przebieg, **Odpowiedź: Tak**
- BIPOLAR (koagulacja bipolarna). **Odpowiedź: Tak**

Maksymalna moc wyjściowa CUT 200W → 250 Ω **Odpowiedź: Tak**

Maksymalna moc wyjściowa BLEND 120 W → 200 Ω **Odpowiedź: Tak**

Maksymalna moc wyjściowa FORCED COAG 150 W → 150 Ω **Odpowiedź: Tak**

Maksymalna moc wyjściowa SOFT COAG 90 W → 100 Ω **Odpowiedź: Tak**

Maksymalna moc wyjściowa BIPOLAR 80 W → 100 Ω **Odpowiedź: Tak**

Częstotliwość pracy 600 kHz **Odpowiedź: Tak**

Elektroda bierna F **Odpowiedź: Tak**

Moc do wyboru 115-230 Vac **Odpowiedź: Tak**

Częstotliwość sieci 50-60 Hz **Odpowiedź: Tak**

Maksymalny pobór mocy 230 VA **Odpowiedź: Tak**

Waga 5 kg **Odpowiedź: Tak**

Wymiary urządzenia 254x104x288 mm **Odpowiedź: Tak**

WYPOSAŻENIE:

- Uchwyt wielokrotnego użytku z przyciskami wielofunkcyjnymi, **Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga**

- Zestaw elektrod 5 cm (10 szt.), **Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem, że w zestawie znajduje się elektroda wolframowa – p.23 specyfikacji.

- Elektroda neutralna stalowa 120x160mm z przewodem, **Odpowiedź:** Nie dopuszcza

- Przełącznik nożny (wodoodporny), **Odpowiedź:** Tak

- Kabel zasilający 2 m **Odpowiedź:** Tak

- wózek do diatermii **Odpowiedź:** Tak

Z zachowaniem pozostałych parametrów przedstawionych w SWZ.

Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert w odrębnej korespondencji z dnia dzisiejszego – Idz. 673.

Z poważaniem,

2805298P
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Elżbieta Długosz
Specjalista w pielęgniarstwie chirurgicznym
i epidemiologicznym

2805377P
Zastępca Naczelnej
Pielęgniarki
mgr Lidia Rogozik-Siedzińska

□ Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider