



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 16.11.2023 r.

DZP – 43/2023

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup systemu monitorowania pacjentów - centrala monitorująca oraz kardiomonitory

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. SWZ – przedmiotowe środki dowodowe

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi stworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – dot. OPZ/ Załącznik nr 1B; pkt 32

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – dot. OPZ/ Załącznik nr 1B; pkt 31

Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego, zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w punktu w następujący sposób: Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 istotnych naprawach gwarancyjnych.

Istotna naprawa gwarancyjna = naprawa, która powoduje wyłączenie urządzenia z użytkowania na dłużej niż 3 dni robocze.

Odp.: Pytanie dotyczy pkt. 30 Załącznika 1B. Zamawiający wyraża zgodę.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 4 – dot. OPZ/ Załącznik nr 1B; pkt 32

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna jest wymiana danego elementu lub modułu. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu, elementu, podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego wnioskujemy o usunięcie punktu nr 32.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. projektowanych postanowień umowy - §3 ust. 4

Wykonawca zwraca się o zmianę w postanowieniu słowa „gwarantuje” na frazę „zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości”. Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy, nie odpowiada za przypadek.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – dot. projektowanych postanowień umowy - §3 ust. 9

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN (por. wyroki SN II CKN 28/97, II CSK 476/12), podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Wszelkie inne usterki powinny być usuwane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez uzupełnienie postanowienia: „lub ujawnieniem innych istotnych wad w przedmiocie umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. projektowanych postanowień umowy - §6 ust. 3

Zgodnie z motywami dot. zmiany §3 ust. 9 Wykonawca zwraca się o usunięcie z postanowienia frazy „bez uwag”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 – dot. projektowanych postanowień umowy - §6 ust. 7

W związku z tym, że zgodnie z zasadami ogólnymi odsetki przysługują za opóźnienie w płatności (art. 481 §1 k.c.; podobnie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) a nie zwłokę. Ponadto, rodzaj odsetek oraz ich wysokość w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą regulowane są ww. ustawą. Wysokość należnych odsetek wynika zatem z właściwych przepisów.

Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. postanowienia poprzez wskazanie, iż chodzi w nim o „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. projektowanych postanowień umowy - §8 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. projektowanych postanowień umowy - §8 ust. 1 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umowy - §8 ust. 1 lit. e

Zgodnie z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne) umowa nie może przewidywać naliczania kar umownych za naruszenia niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem umowy. W związku z powyższym w umowie na dostawę sprzętu wraz z serwisem gwarancyjny nie ma podstaw do ustalania kary za naruszenia dot. dostarczenia polisy, stąd zwracamy się o wykreślenie postanowienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. projektowanych postanowień umowy - §9 ust. 1

Zgodnie z motywami dot. zmiany §3 ust. 9 Wykonawca zwraca się o usunięcie z postanowienia frazy „bez zastrzeżeń”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 – dot. projektowanych postanowień umowy - §9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w postanowieniu słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Zgodnie z regulacjami art. 433 pkt 1) ustawy Pzp oraz art. 471 k.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści umowy.

Ponadto, prosimy o wykreślenie z postanowienia ust. 3 zd. 1. frazy „i ryzyko”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne). Nadto, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za rzetelność i profesjonalizm usług świadczonych przez podmiot trzeci, wybrany przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. projektowanych postanowień umowy - §9 ust. 15

Czy biorąc pod uwagę możliwość sprowadzania części zamiennych z zagranicy (do 10 dni roboczych) a także czas niezbędny na reakcję (48h w dni robocze) Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do „12 dni roboczych” od dnia złożenia reklamacji?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 – dot. projektowanych postanowień umowy - §9 ust. 16

Stosownie do zmiany wnioskowanej w ust. 15 – zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez ustalenia terminu na „10 dni roboczych”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 – dot. projektowanych postanowień umowy - §9 ust. 19

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w postanowieniu słowa gwarantuje na „zobowiązuje się zapewnić” stosownie do wcześniejszych uwag Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – dot. projektowanych postanowień umowy - §10 ust. 6 pkt 1)

Jak zostało podkreślone wcześniej, Wykonawca co do zasady ponosi odpowiedzialność za zwłokę w realizacji zobowiązania. W celu zapobiegania potrzebie zerwania umowy, na zasadzie jak dla ust. 6 pkt 2) prosimy, aby Zamawiający zmodyfikował postanowienia zgodnie z propozycją: „(...) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał jej wykonywanie, a przerwa ta trwała łącznie dłużej niż 10 dni, pomimo dodatkowego wezwania, wyznaczającego 5 dniowy termin do usunięcia zastrzeżeń wymienionych przez Zamawiającego w wezwaniu nie nastąpiła zmiana sposobu wykonania umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie w załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik Nr 1B do SWZ

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom **do dnia 20.11.2023 r. do godziny 10:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.11.2023 r. o godzinie 10:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia do dnia 19.12.2023 r.**

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie