



Wrocław, 19 listopada 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.60.2021*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 17 - Pakiet 15** - Czy zamawiający ze względu na małą ilość zamawianego asortymentu odstąpi od wymogu najmu instrumentarium na czas trwania umowy? Dopuszczając możliwość dostarczenia instrumentarium na każdy zabieg tzw. Zestaw lotny w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 15** - Zamawiający modyfikuje odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ( *do pobrania poniżej*) oraz załącznik nr 2 do SWZ , który otrzymuje nowe brzmienie:

Nazwa pakietu	Nr pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
Płyty i śruby do laminoplastyki kręgosłupa. CPV 33140000-3 materiały medyczne.	15	1	Śruby i płytki do mocowania łuków kręgow w operacji laminoplastyki kręgosłupa szyjnego. Płytki wstępnie wygięte, niskoprofilowe grubość do 2 mm. Śruby samonawiercające średnica ok. 2 mm, śruby rewizyjne ok. 2,4mm, długości od 6 do 12 mm co 2 mm. Materiał stop tytanu, komplet jedna płyta trzy lub cztery śruby, sterylne pakowane pojedynczo.	komplet			10			
	15	2	Najem instrumentarium na zasadzie tzw. „Loaner Set”	Loaner Set			10			
<b>Razem pakiet nr 15:</b>										

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy Pzp informuje, że **modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ w zakresie §1 ust. 8 oraz §5 ust. 2 ( do pobrania poniżej )**

Zamawiający poprawia również omyłkę pisarską w nazwie postępowania w **załączniku nr 6 do SWZ (do pobrania poniżej)**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

*Z upoważnienia Komendanta  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*