



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1552/DF/2021

Wrocław, 17.11.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.70.2021.KK

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ:

Pytanie dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą szczypce biopsyjne o długości tylko 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą szczypce biopsyjne o długości tylko 120 i 180 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** mógłby potwierdzić, czy oczekuje zestawu o poniższej charakterystyce: Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą **Griggsa** oparty na użyciu, wielorazowego peana (który nie jest elementem zestawu) zawierający: skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką 10 ml do identyfikacji tchawicy; prowadnica Seldingera; rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. W zestawie: miękka opaska mocująca, tasiemka, szczoteczka, Rozmiary (do wyboru): 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.

Odp. Zamawiający wymaga zestawu o podanych parametrach.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** wyraziłby zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki (z racji na fakt, że Zamawiający zna i stosuje opisany zestaw do metody Griggsa).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 18** dopuści sterylny zestaw do punkcji jamy opłucnej i otrzewnej o składzie: **bezpieczna igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika wejścia cewnika do jamy opłucnej/otrzewnej), **cewnik 9 CH** lub **12 CH 9** (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w Rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony **układem z automatycznymi zastawkami** jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek; **strzykawka** luer lock 30 ml; **worek** 2,0 L z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel** z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; **łącznik luer-lock/stożkowy**.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 18** dopuści sterylny zestaw do punkcji jamy opłucnej i otrzewnej o składzie: **bezpieczna igła Veressa** ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika wejścia cewnika do

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

jamy opłucnej/otrzewnej), **cewnik 9 CH lub 12 CH 9 lub 15 CH** (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w Rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony **układem z automatycznymi zastawkami** jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek; **strzykawka luer lock 30 ml**; **worek 2,0 L** z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; **skalpel** z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; **łącznik luer-lock/stożkowy**; **linia przedłużająca cewnik (długość linii 50 cm)** dystansująca układ zastawek od ciała pacjenta; system mocowania cewnika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 22 igły poz. 1 i 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie w poz. 1 i 2 igieł posiadających regulację głębokości wkłucia (długość skoku) 10 i 20mm, pozostałe parametry jak opisane w SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 10 Zestaw do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzi:• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).• Rozszerzacze ładujące do założenia rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm)• 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G• Krótkie Rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm• Skalpel jednorazowego użytku nr 15• Strzykawka Monoject 6ml• Czerwony pojemnik na zużyte igły• Żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul z 2 paskami radiocieniującymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o odstąpienie od wymogu możliwości identyfikacyjnej końca kaniuli.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie metalowego zatrasku aktywowanego po użyciu kaniuli zamiast plastikowej osłonki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o odstąpienie od wymogu systemu kapilar.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
------------	------------------	--------------	----------

Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kranika z drenem 10 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kranika z drenem 10 cm z objętością wypełnienia 1,25 ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kranika bez dodatkowego portu do infuzji

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 7-8

Proszę o dopuszczenie kranika tylko z optycznym indykatoem pozycji otwarty/zamknięty

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,9 ml

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 8

Proszę o dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,32 ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 16, poz. 9

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 22, poz. 2

Czy zamawiający wymaga aby w zestawie wraz z igłą były dostarczone igły śród-osiove? Jeśli TAK, to: Czy igła śród-osiova ma posiadać sprężynowy ogranicznik głębokości wkłucia?

Odp. Tak. Igła śród-osiova ma posiadać sprężynowy ogranicznik głębokości wkłucia.

Pakiet nr 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypcy biopsyjne o długości narzędzia 160 lub 180 cm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypcy biopsyjne, o długości narzędzia 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Pakiet nr 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne wyłącznie o średnicy 2,3 mm i długości 160 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o średnicy 3,0 mm i długości narzędzia 230 cm, szczypce o średnicy 2,3 zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zamawianych ilości asortymentu do urządzeń Airvo 2. Czy Zamawiający pisząc j.m. „szt.” ma na myśli odpowiednią ilość sztuk pełnych opakowań zbiorczych zgodnie z opisem wymaganych parametrów, tj.:

Układy oddechowe pakowane są po 10 sztuk opakowań po 10 sztuk;

Kaniule donosowe pakowane są po 20 sztuk opakowań po 20 sztuk;

Filtr powietrza do Airvo 2 sztuki opakowania po 2 sztuki;

Bezpośrednie złącze do tracheostomii 20 sztuk opakowań po 20 sztuk;

Adapter maski 20 sztuk opakowań po 20 sztuk;

Gąbka na patyku 20 sztuk opakowań po 20 sztuk;

Okrywa do przechowywania Airvo 2 20 opakowań po 20 sztuk;

Filtry do dezynfekcji 2 opakowania po 2 sztuki.

Nadmieniamy również, iż w związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa nie mamy możliwości sprzedaży asortymentu na sztuki.

Odp. Tak, Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy w pakiecie nr 17, zamiast szt-opakowania.

Dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30kg, maksymalna objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zwarłości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. Możliwość podłączenia zastawki PEEP na zaworze pacjenta, przy pomocy dodatkowej złączki. W zestawie z jednorazową maską twarzową z mankietem dla dorosłych, dren tlenowy?

Odp. Zamawiający nie dopuści. Wg SWZ.

1) Cz. IX pkt 12a SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy „zachowanie wersji pierwotnej załącznika nr 1, czyli wszystkich zadań” dotyczy tylko wersji edytowalnej? Czy formularz asortymentowo-cenowy w wersji PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym może obejmować tylko te pakiety na które wykonawca składa ofertę?

Odp. Formularz asortymentowo-cenowy w wersji PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym może obejmować tylko te pakiety na które wykonawca składa ofertę.

2) Cz. XIV SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3) § 5 ust. 9-10 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający uzna fakturę jako poprawnie dostarczoną, jeżeli zostanie ona wysłana wraz z towarem lub będzie to faktura w formacie PDF wysłana na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

Odp. Nie.

4) § 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy zapisy w § 6 wzoru umowy nie są powielone i powtórzone z § 5?

Odp. Tak. Usunięto § 6.

5) § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienia od naliczania ww. kar.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

6) § 7 ust. 1 pkt d) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7) § 8 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8) § 13 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ww. zapis umowy nie dotyczy dostaw na asortyment jednorazowego użytku.

Odp. Tak.

9) Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli w rozmiarze 1,5x 45 mm(17G) przepływ 133ml/min?

Odp. Tak.

10) Pakiet 16 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli w rozmiarze 1,8x 45 mm(16G) przepływ 236 ml/min?

Odp. Tak.

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę przelewową z kanałem o średnicy 1,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) Za zwłokę w dostawie towaru w terminie uzgodnionym w trybie §3 ust.1 i § 3 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru

b) za dostarczenie partii towaru, o którym mowa w §3 ust. 1 i ust. 3 niezgodnie z wielkością zamówienia w wysokości 5% wartości brutto partii towarów określonej zamówieniem

c) za zwłokę w realizacji reklamacji ilościowej i jakościowej w terminie określonym w § 3 ust. 8 i 9 w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru objętego reklamacją

d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w danym pakiecie określonej w § 5 ust. 5.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 11 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Wg SWZ.

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z tworzywa PCV?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści objętość worka 1650 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta przy zastosowaniu dodatkowych złączy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Czy Zamawiający dopuści bez paska zabezpieczającego przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowanego z workiem samorozprężalnym? Kształt oraz struktura worka zapewniają pewny i stabilny chwyt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenu o objętości 2000ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

Czy zamawiający, zapewniający opiekę pacjentom w różnym wieku, będzie wymagał w Pakiecie 1 poz. 1-3 nakłuwaczy 23G z możliwością regulacji trzech głębokości nakłucia 1,3 ; 1,8; 2,3, spełniających pozostałe warunki przedmiotu zamówienia?

Odp. Wg SWZ.

1.Dotyczy § 3 ust. 11 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Dotyczy § 5 ustęp 10 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie i wysyłanie przez wykonawcę faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

3.Dotyczy SWZ. Prosimy o wyjaśnienie jakie są kryteria oceny pakietu nr 26? W Rozdziale XVIII. SWZ Zamawiający podał dwukrotnie pakiet 25.

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska. Zdublowały się dwie liczby 25. Zamawiający poprawia roz. XVIII z 25 na 26.

Czy Zamawiający w zad. 25, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, 7 dniowy, o poj. 2000 ml, wyposażony w uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną, płaski port do bezigłowego próbkowania moczu. Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik na worku, czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą, dł. 120cm - zabezpieczenie drenu przed zagięciem przy wyjściu z worka, optymalne umocowanie systemu dzięki podwójnemu hakowi z dodatkowym przewodem do zawiązania, dolny kranik spustowy, z systemem zapobiegającym kapaniu, do obsługi jedną ręką, worek skalowany od 25 do 100ml co 25ml a następnie co 100ml, biała tylna ścianka worka?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej 70%.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Wykonawca rozpatrzy reklamacje ilościowe w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

mgr Teresa P. Pruszczyk

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca dokonuje wymiany towaru na towar Wolny od wad zgodny z zamówieniem, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 1 do umowy. W razie dostawy dokonanej za pośrednictwem przewoźników(np. poczta, itp.) Wykonawca oznacza fakturę numerem niniejszej umowy i dołącza ją do paczki.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Maksymalne kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z umową nie mogą przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy brutto w danym pakiecie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„realizuje dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w rażący sposób narusza postanowienia umowy tj. stwierdzonych co najmniej 3 przypadków niewywiązywania się Wykonawcy z umowy (nierealizowania zamówień w terminie, reklamacji dostarczonego asortymentu itp.), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295.). Czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w postanowień jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Zamawiający w Pakiecie nr 12, poz. 1 wymaga:

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

PAKIET NR 12

Lp.	Nazwa asortymentu towaru -
1	2
1	Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych. Worek wykonany z tworzywa sztucznego SEBS, Objętość worka 1547ml, objętość oddechowa 1000ml, Możliwość połączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Pasek zabezpieczający przed wysiłgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalnym. Obrótowe połączenie maski z zaworem pacjenta i zaworu pacjenta z workiem. Rezerwuuar tlenu o objętości 2600ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren tlenowy. Maski twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego. Produkty bez ftalanów. Waga (bez rezerwuuaru i akcesoriów) 220g.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny :

Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych. Worek wykonany z tworzywa sztucznego PVC, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny :

Rezerwuuar tlenu o standardowej objętości dla dorosłych 2000ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny :

Resuscytator jednorazowego użytku, waga (bez rezerwuuaru i akcesoriów: do 307g, standardowa dla resuscytatorów dla dorosłych, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

1. Dotyczy SWZ, rozdział XVIII, pkt 1, kryterium 2 - prosimy Zamawiającego o to aby termin dostaw częściowych był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SWZ.

2. Dotyczy Pakiet 5, poz. 1 – prosimy o zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy Pakiet 5, poz. 2 - prosimy o zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy Pakiet 5, poz. 3 – prosimy o zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy Pakiet 5, poz. 1-3 – prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 2 sztuk z każdej pozycji?

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto partii towarów określonej zamówieniem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek. Produkt jest znany, powszechnie używany przez Zamawiającego, kompatybilny z posiadanymi sterownikami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Wg SWZ.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu 8

Prosimy o dopuszczenie czystych mikrobiologicznie membran Aerogen Solo

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka