



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spozmswia.szczecin.pl biuro@spozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 05 września 2019 r.

WTG-2375-34-.....-07/19

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 57**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarze 4,7 FR z przewodnikiem o długości 125 cm, zamiast 145 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 2: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 1) działu SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 3: dot. rozdziału I, działu 2. SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie składania ofert zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału II SIWZ. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarki ze specjalnie zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami), karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru?

**Odpowiedź nr 4:**


Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie.



**Pytanie nr 6: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez pionowy nacisk i wyrzucić do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 43, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 1) działu SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji uPZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej, bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy (...)”.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 40, poz. 1 i 2, Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 40, poz. 1 i 2, Pakietu nr 48, poz. 1**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 40, poz. 1, 2**

Prosimy o wyjaśnienie, czy żel przewodzący w elektrodach w poz. 1 i 2 to żel ciekły?

**Odpowiedź nr 12:**

Nie.

**Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 40, poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy wycięcie na przewód ma być podłużne, bez przecięcia boków elektrody?

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14: dot. Pakietu nr 40, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55 x 40 mm.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15: dot. Pakietu nr 40, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55 x 35 mm.

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelzem ciekłym.

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z żelzem stałym.

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18: dot. Pakietu nr 48, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 55 x 35 mm.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19: dot. par. 1 ust. 9 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Prosimy o wykreślenie ww. ustępu z par. 1 wzoru umowy.

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20: dot. par. 7 ust. 1 pkt 1) rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 7 ust. 1 pkt 1) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 29.12.1978 r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 § 1 k.c.) – prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, żeby przyrząd do przetaczania płynów posiadał dł. komory w części przezroczystej min. 55 mm?

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w przyrządzie do infuzji IS dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 23: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga na przyrządzie do infuzji IS napisów w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 24: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji IS bez ftalanów wraz z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera ftalanów”?

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 25: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w przyrządzie do infuzji IS, aby zacisk rolkowy wyposażony był w pochewkę zabezpieczającą igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy obsługi szpitala?

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 26: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji IS w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia - papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 27: dot. Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji IS z logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do transfuzji TS z zabezpieczeniem na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

**Odpowiedź nr 28:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do transfuzji TS z komorą kroplową o długości w części przeźroczystej wynoszącej min. 90 mm?

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga w przyrządzie do TS logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 24, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych z osłonką na butelkę pakowaną osobno.

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 26, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych lateksowych, pudrowanych o obniżonej zawartości pudru < 90 mg/rękawicę, AQL po zapakowaniu < 1.0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 70 ug/g rękawicy (badania producenta), mankiet rolowany bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień, średnia długość dla wszystkich rozmiarów min. 285 mm?

**Odpowiedź nr 32:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Chn

**Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 26, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową bez struktury sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,23 - 0,24 mm, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania producenta) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min. 285 mm dla wszystkich rozmiarów, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków?

**Odpowiedź nr 33:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 26, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie wysokiej jakości rękawic, diagnostycznych sterylnych nitrylowych, niebieskich, grubość na palcach 0,15 - 0,16 mm, z teksturą na palcach, AQL: 1,0, zgodność z normą EN 455 oznakowane jako wyrób medyczny klasy Is. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 4 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, nie badane na przenikanie cytostatyków, badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Rozmiar S, M, L, pakowane parami w opakowanie podwójne, koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa?

**Odpowiedź nr 34:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 35: dot. Pakietu nr 26, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych, bezpydrowych, bez wewnętrznej warstwy polimerowej o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 - 0,28 mm AQL ≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min. 296 mm dla wszystkich rozmiarów, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność cytostatyków?

**Odpowiedź nr 35:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 36: dot. par. 6 ust. 8 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 6 ust. 8 wzoru umowy dotyczącego zakazu cedowania wierzytelności.

**Odpowiedź nr 36:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 37: dot. par. 9 ust. 3 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Wnosimy o dodanie do § 9 ust. 3 wzoru umowy ppkt 5) o następującej treści: „- zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

**Odpowiedź nr 37:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 38: dot. par. 9 ust. 3 lit. a) rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Wnosimy o zmianę § 9 ust. 3 lit. a) wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „- stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź nr 38:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 32, poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści do zaoferowania pojemniki min. 30 ml max. 50 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 40: dot. Pakietu nr 24, poz. 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści do zaoferowania oprócz pojemnika 300 lub 366 ml pojemnik o pojemności 500 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 41: dot. Pakietu nr 7, poz. 1 i 3**

Prosimy o doprecyzowanie, czy podane ilości dotyczą 1 sztuki produktu, czy kompletu zawierającego po 2 elektrody/podkładki?

**Odpowiedź nr 41:**

Zamawiający informuje, że podane ilości dotyczą kompletu zawierającego po 2 sztuki.

**Pytanie nr 42: dot. Pakietu nr 8, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek Guedela w kolorze żółtym spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 42:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 43: dot. Pakietu nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek Guedela w kolorze czerwonym spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 43:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 44: dot. Pakietu nr 8, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych przewodnic o długości 340 mm (dla rurek 4,0 - 5,5 oraz 6,0 - 10,0) oraz 275 mm (dla rurek 2,5 - 3,5), spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 44:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 45: dot. Pakietu nr 9, poz. 3, 4 i 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek niesterylnych, ale czystych mikrobiologicznie, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 45:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 46: dot. Pakietu nr 45, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych klinów o rozmiarze 56 cm x 31 cm x 23 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 46:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 47: dot. Pakietu nr 35, poz. 2**

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 35, poz. 2 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

**Odpowiedź nr 47:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 48: dot. Pakietu nr 44, poz. 7**

W poz. 7 Zamawiający opisał w sposób następujący przedmiot zamówienia: „Łącznik przejściowy, tymczasowy, umożliwiający połączenie zestawu do podaży diety z końcówką żeńską ENFit z portem zgłębnika typu ENLock.” Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit ze strzykawką EnLock?

**Odpowiedź nr 48:**

Tak.

1.1.1

**Pytanie nr 49: dot. Pakietu nr 4, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w poz. 1 zamkniętego systemu do odsysania pacjenta o długości cewnika 56 cm dla rozmiaru 12, 14, 16 i 54 cm dla rozmiaru 18?

**Odpowiedź nr 49:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 50: dot. Pakietu nr 4, poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga w poz. 2 zamkniętego systemu do odsysania pacjenta o długości cewnika 36 cm?

**Odpowiedź nr 50:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 51: dot. Pakietu nr 4, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuszcza, w poz. 1 i 2, zamiast zastawki silikonowej, obrotową zastawkę oddzielającą cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, na wysokości portu do przepłukiwania?

**Odpowiedź nr 51:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 52: dot. Pakietu nr 3, poz. 13 i 14**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie poz. 13 - 14 z Pakietu nr 3. Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 52:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 53: dot. Pakietu 3, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik Luer Lock z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź nr 53:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 54: dot. Pakietu 3, poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 54:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 55: dot. Pakietu 3, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści IS burszt. bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową, wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik Luer Lock z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź nr 55:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 56: dot. Pakietu 3, poz. 14**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 56:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 57: dot. Pakietu 14, poz. 6 - 7**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie poz. 6 - 7 z Pakietu nr 14. Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 57:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 58: dot. Pakietu 14, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 59: dot. Pakietu 14, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Każdy worek pakowany oddzielnie – sterylne. Worki pakowane bez wieszaka.

**Odpowiedź nr 59:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 60: dot. Pakietu 14, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę osobno za worek (poz. 6) i w osobnej pozycji (np. 6a) za wieszak?

**Odpowiedź nr 60:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 61: dot. Pakietu 17, poz. 2, 7 - 8**

Prosimy, aby Zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

**Odpowiedź nr 61:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 62: dot. Pakietu 17, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50 / 60 ml Luer Lock, j. uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź nr 62:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 63: dot. Pakietu 17, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 100 ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką Luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczną, niepirogenną, jałową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Odpowiedź nr 63:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 64: dot. Pakietu 17, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 50 (60) ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm +/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką Luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczną, niepirogenną, jałową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Odpowiedź nr 64:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 65: dot. Pakietu 17, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji, posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali: strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1 ml?

**Odpowiedź nr 65:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 66: dot. Pakietu 17, poz. 2 - 4, 7 - 8**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 - 4, 7 - 8 do osobnego Pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 66:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 67: dot. Pakietu 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 67:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 68: dot. Pakietu 24, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczechem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 68:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 69: dot. Pakietu 24, poz. 1 - 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi oraz przyrządu do przetaczania płynów, bez ftalanów, z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź nr 69:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 70: dot. Pakietu 29, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

**Odpowiedź nr 70:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 71: dot. Pakietu 29, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 71:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 72: dot. Pakietu 31, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koc termiczny o wymiarze 210 cm x 160 cm?

**Odpowiedź nr 72:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 73: dot. Pakietu 35, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 73:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 74: dot. Pakietu 35, poz. 2 i 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 74:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 75: dot. Pakietu 35, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczek typu wachlarzyk?

**Odpowiedź nr 75:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 76: dot. Pakietu 35, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 76:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 77: dot. Pakietu 37, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 77:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 78: dot. Pakietu 37, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 78:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 79: dot. Pakietu 37, poz. 1 - 4**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 - 4 z Pakietu nr 37. Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert

120

jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 79:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 80: dot. Pakietu 40, poz. 1 - 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 80:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 81: dot. Pakietu 41, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści spodenki typu bokserki do kolonoskopii, z gumką w pasie, z otworem z tyłu, o gramaturze ok. 30 g/m<sup>2</sup> (+/-5), w kolorze granatowym?

**Odpowiedź nr 81:**

Nie. Nadto Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 82: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy Zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co Wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

**Odpowiedź nr 82:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 83: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy Zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100% czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odpowiedź nr 83:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 84: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy wymaga się, aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odpowiedź nr 84:**

Tak.

**Pytanie nr 85: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odpowiedź nr 85:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 86: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odpowiedź nr 86:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 87: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy wymaga się, aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 87:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 88: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Czy wymaga się, aby podkład medyczny posiadał perforację - min. 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm?

**Odpowiedź nr 88:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 89: dot. Pakietu 41, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 89:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 90: dot. Pakietu 41, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 90:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 91: dot. Pakietu 41, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź nr 91:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 92: dot. Pakietu 41, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 92:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 93: dot. Pakietu 41, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź nr 93:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 94: dot. Pakietu 41, poz. 4 - 5**

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 41 poz. nr 4 - 5 oraz utworzenie oddzielnego Pakietu, np. 41A na podkłady celulozowe. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 94:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 95: dot. Pakietu 43, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 95:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 96: dot. Pakietu 48, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 96:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 97: dot. Pakietu 56, poz. 1**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 z Pakietu nr 56. Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź nr 97:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 98: dot. Pakietu 56, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 98:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści zapisów z formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: „Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego”.

**Pytanie nr 99: dot. Pakietu nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 1 wkłady workowe jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm, wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany).

**Odpowiedź nr 99:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 100: dot. Pakietu nr 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 2 przeżelowane o poj. 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażone w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, śr. wew. 7 mm z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm, wykonane z elastycznego tworzywa (wysoce rozprężany)?

**Odpowiedź nr 100:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 101: dot. dot. Pakietu nr 12, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 3 pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, przezroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep, do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA.

**Odpowiedź nr 101:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 102: dot. Pakietu nr 12, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 4 uchwyt automatyczny z mechanizmem sprężynowym do mocowania pojemników na szynach MODURA.

**Odpowiedź nr 102:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 103: dot. Pakietu nr 12, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 5 wspornik do montowania pojemnika na niestandardowych szynach i łózkach szpitalnych.

**Odpowiedź nr 103:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 104: dot. Pakietu nr 12, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 system wkładów workowych Serres: w poz. 6 zawór on/of montowany na kanistrze wielorazowym. Dopuszczenie naszego systemu umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Należy podkreślić, iż Zamawiającym pracuje obecnie na w/w systemie.

**Odpowiedź nr 104:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 105: dot. Pakietu nr 12, poz. 7 i 8**

Czy Zamawiający ma na myśli zatyczkę typu „Cap” zintegrowaną z drenem do zamknięcia końcówki męskiej.

**Odpowiedź nr 105:**

Tak.

**Pytanie nr 106: dot. Pakietu nr 12, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści kanki do odsysania CH 12 / 18 / 22 / 24, które mają otwory upowietrzające zapobiegające przysysaniu się tkanki. Zamawiający obecnie pracuje na kankach tego typu.

**Odpowiedź nr 106:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 107: dot. Pakietu 12, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści dreny balonowe średnica: 6 mm, 7 mm, 8 mm w zwojach 30 m (po odpowiednim przeliczeniu).

**Odpowiedź nr 107:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 108: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 1) działu SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź nr 108:**

Zamawiający informuje, że wymagania w przedmiocie przekazania oświadczenia o przynależności, bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostały wyartykułowane w treści zapisów rozdziału I, działu 4., pkt 4.7. ppkt 1) SIWZ.

**Pytanie nr 109: dot. par. 7 ust. 1 i 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Par. 7 ust. 1 wzoru umowy: „1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznej szacunkowej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę kar umownych z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy netto.

**Odpowiedź nr 109:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 110: dot. par. 8 ust. 1 pkt. 10 i 20 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Par. 8 ust. 1 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

1) opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres 7 dni,

2) minimum trzy razy opóźnił się z dostawą partii zamówienia przez 5 dni. Z uwagi na długi okres obowiązywania umowy, wnosimy o modyfikację w/w par. na: „Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

1) opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy przez okres 3 kolejnych dostaw,

2) minimum trzy kolejne razy opóźnił się z dostawą partii zamówienia przez 7 dni”.

**Odpowiedź nr 110:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 111: dot. Pakietu 10, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnej typ Biesalski wykonanej z polietylenu, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź nr 111:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 112: dot. Pakietu 10, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ ,  $\geq p$ /wirusowej 99,9999%, skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,978\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 92 ml, opory przepływu 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l / min (0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l / min), filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 23 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 13 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300 - 1500 ml, waga 47 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem Luer Lock i portem dokującym, prostokątny.

**Odpowiedź nr 112:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 113: dot. Pakietu 10, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ ,  $\geq p$ /wirusowej  $99,9999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,764\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l / min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l / min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 300 - 1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem Luer Lock i portem dokującym, prostokątny.

**Odpowiedź nr 113:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 114: dot. Pakietu 10, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, utrata wilgotności 11 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny.

**Odpowiedź nr 114:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 115: dot. Pakietu 10, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9998\%$ , p/wirusowej  $\geq 99,999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 97,416\%$  z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,2 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem Luer Lock i portem dokującym.

**Odpowiedź nr 115:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 116: dot. Pakietu 10, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$ , p/wirusowej  $\geq 99,999\%$ , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 97,100\%$ , bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 36 ml, opory przepływu 2,1 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem Luer Lock i portem dokującym.

**Odpowiedź nr 116:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 117: dot. Pakietu 10, poz. 10**

Czy Zamawiający oczekuje układu jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,8 m z 2l workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. W zestawie wewnętrzny (zintegrowany), jednorazowy przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9 m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź nr 117:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 118: dot. Pakietu 10, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 - 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 - 360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21  $\mu\text{m}$  (+/- 0,07  $\mu\text{m}$ ), frakcja respirabilna (cząsteczki <5  $\mu\text{m}$ ) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), łącznik T (ID 22mm/OD 22 mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora.

**Odpowiedź nr 118:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 119: dot. par. 4 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji, wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 wzoru umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź nr 119:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 120: dot. par. 6 ust. 7 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 7 wzoru umowy poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź nr 120:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 121: dot. par. 7 ust. 1 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień wzoru przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 2,
- 2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia w wysokości 0,5% wartości ceny brutto tej partii, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy poszczególnej partii zamówienia.”

**Odpowiedź nr 121:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 122: dot. Pakietu 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

**Odpowiedź nr 122:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 123: dot. Pakietu 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

**Odpowiedź nr 123:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 124: dot. Pakietu 14, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego, co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

**Odpowiedź nr 124:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 125: dot. Pakietu 14, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley, jałowego, lateksowego, silikonowanego zewnętrznie, dwudrożnego o dł. min. 40 cm, wyposażonego w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30 - 50 ml, średnice CH 14-CH28, co 2 kodowany barwnie, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w cewniku Foley znajduje się logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu, pakowany podwójnie, sterylizowany EO.

**Odpowiedź nr 125:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 126: dot. Pakietu 14, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do embolektomii wykonanych z poliamidu, wyjąławianych promieniami gamma służących do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych, widocznych w RTG, stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzeniu do naczynia, system barwnego oznaczenia rozmiaru i strzykawką do napełnienia balonu, cewniki pakowane w opakowanie wewnętrzne – sztywna tuba i zewnętrzne – torebka papier folia do sterylizacji radiacyjnej.



**Odpowiedź nr 126:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 127: dot. Pakietu 14, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do embolektomii do bezpiecznego i wygodnego usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń tętnicznych i żylnych, cewnik wykonany z PVC termoplastycznego o sztywności katetera zmieniającej się wraz z rozmiarem, znakowany co 10 cm, balon wykonany z lateksu. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie do naczynia. Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebicia naczynia. Kateter zakończony nasadką Luer Lock. Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV.

**Odpowiedź nr 127:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 128: dot. Pakietu 14, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy Sengstakena wykonanej z miękkiej gumy, długość 120 cm, pakowanej po 1 szt. w opakowanie folia/papier w rozmiarze 18 CH.

**Odpowiedź nr 128:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 129: dot. Pakietu 14, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek oraz zapobiegał cofaniu się moczu do pacjenta?

**Odpowiedź nr 129:**

Tak.

**Pytanie nr 130: dot. Pakietu 15, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał 4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5 mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

**Odpowiedź nr 130:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 131: dot. Pakietu 25, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanych rozmiarów masek aerozolowych dla dorosłych i dla dzieci obejmujących zakresy rozmiarowe S, M, L i XL z nebulizatorem i drenem tlenowym.

**Odpowiedź nr 131:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 132: dot. Pakietu 25, poz. 1 - 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga produktów do nebulizacji i tlenoterapii wolnych od DEHP z oryginalnie nadrukowanym przez producenta symbolem?

**Odpowiedź nr 132:**

Tak.

**Pytanie nr 133: dot. Pakietu 25, poz. 2 i 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanych rozmiarów masek tlenowych dla dorosłych obejmujących zakresy rozmiarowe L i XL.

**Odpowiedź nr 133:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 134: dot. Pakietu 25, poz. 2, 3 i 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski do podawania tlenu oraz cewniki donosowe mają być zakończone uniwersalnym łącznikiem pasujących do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub gwintowanych?

**Odpowiedź nr 134:**

Tak.

**Pytanie nr 135: dot. Pakietu 25, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dla zwiększenia komfortu pacjenta i personelu zestaw do nebulizacji ma posiadać jednoelementowy zintegrowany łącznikiem ustnik z przegubowym złączem obrotowym w pionie i w poziomie?

**Odpowiedź nr 135:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 136: dot. Pakietu 57, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozm. 4,8 Fr, długość 26 cm, cewnik otwarty zamknięty, prowadnica Seldingera dł. 150 cm z ruchomym rdzeniem – stalowa pokryta PTFE, popychacz, czas utrzymania zestawu do 12 miesięcy.

**Odpowiedź nr 136:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 137: dot. Pakietu 57, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawu skalowanego co 1 cm z linią pozycjonującą, cewnika połączonego z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy – sterowalny, zestawu pre-connected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia?

**Odpowiedź nr 137:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 138: dot. Pakietu 12**

Czy Zamawiający z Pakietu nr 12 wydzieli poz. od 7 do 13 i utworzy osobny Pakiet celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź nr 138:**

Tak. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostały odpowiednio zmodyfikowane.

**Pytanie nr 139: dot. rozdziału I, działu 6., pkt 6.1. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź nr 139:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 140: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 2) lit. i) SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu i wprowadzenie wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na etapie badania oferty na wezwanie Zamawiającego. Zamiast oświadczenia, złożenie dokumentów pozwoli na dokładną weryfikację dokumentów dopuszczających do obrotu na etapie badania ofert.

**Odpowiedź nr 140:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 141: dot. rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 2) lit. j) SIWZ**

Czy Zamawiający doprecyzuje na jakim etapie składania ofert wymaga dołączenia katalogu lub folderu oferowanych produktów? W/w zapis dotyczy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego po złożeniu ofert, a zapis mówi o dołączeniu do oferty katalogów lub folderów oferowanych produktów.

**Odpowiedź nr 141:**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści rozdziału I, działu 4., pkt 4.7., ppkt 2) SIWZ, przedmiotowy zapis dotyczy dokumentów składanych na wezwanie wystosowane po terminie składania ofert przez Zamawiającego do Wykonawcy w przedmiocie uzupełnienia dokumentów składających się na jego ofertę przetargową.

**Pytanie nr 142: dot. Pakietu 17**

Nawiązując do zapisu wprowadzonego przez Zamawiającego, który znajduje się nad tabelą dot. Pakietu nr 17 (tj. cytat: „Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.”), zwracamy się z prośbą wprowadzenia wymogu dodania kolumn: oferowana ilość oraz wielkość opakowania. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dodania kolumn: cena jednostkowa netto oraz stawka podatku vat.

**Odpowiedź nr 142:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 143: dot. załącznika nr 2 do SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ i § 1 ust. 1 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Czy Zamawiający stosując tytuł kolumny „nazwa dokumentu(ów) dopuszczającego(ch) zaferowany produkt do użytku szpitalnego” miał na myśli dokument dopuszczający do obrotu na terenie Rzeczypospolitej polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź nr 143:**

Tak.

**Pytanie nr 144: dot. par. 7 ust. 2 rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy na „Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”.

**Odpowiedź nr 144:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 145: dot. Pakietu 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowane po 80 szt. z przeliczeniem zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź nr 145:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 146: dot. Pakietu 17, poz. 2 i 6**

Czy z powodu wycofania wymienionej strzykawki z produkcji, Zamawiający dopuści strzykawkę 50 - 60 ml pakowaną po 60 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ, reszta parametrów bez zmian? Czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawki stosowane w pompach były wpisane w menu tych pomp? Prosimy o podanie nazw posiadanych pomp.

**Odpowiedź nr 146:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający nie oczekuje, aby strzykawki stosowane w pompach były wpisane w menu tych pomp. Zamawiający posiada pompy producenta Aesculap Chifa sp. z o.o.

**Pytanie nr 147: dot. Pakietu 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czysty mikrobiologicznie (pakowany pojedynczo) dren do kapnografii?

**Odpowiedź nr 147:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 148: dot. Pakietu 11, poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, jakie złącza ma mieć oczekiwany dren: męskie - męskie (M-M), czy męskie - żeńskie (M-F)?

**Odpowiedź nr 148:**

Zamawiający informuje, że dren ma mieć złącza: męskie - męskie.

**Pytanie nr 149: dot. Pakietu 13, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowe butelki do drenażu ran z drenem o długości 125 cm?

**Odpowiedź nr 149:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 150: dot. Pakietu 13, poz. 9**

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli używając słowa „bezpieczny”? Czy Zamawiający ma na myśli dren wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej?

**Odpowiedź nr 150:**

Zamawiający ma na myśli dren do opłucnej wykonany z miękkiego plastycznego materiału z atraumatycznym zakończeniem.

**Pytanie nr 151: dot. Pakietu 13, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe w rozmiarach CH 22 – CH 36 bez zatyczki lub z dołączoną (pakowaną osobno) zatyczką?

**Odpowiedź nr 151:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 152: dot. Pakietu 13, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego Pakietu? Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 152:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 153: dot. Pakietu 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające na konektorze tylko kod barwny oznaczający rozmiar, kod cyfrowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź nr 153:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 154: dot. Pakietu 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30 ml dla rozmiarów CH 12 – CH 14 oraz balonem o pojemności 30 - 45ml dla pozostałych rozmiarów, wyposażone w 2 naprzeciwległe otwory drenujące, wyposażone w twardą, plastikową zastawkę?

**Odpowiedź nr 154:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 155: dot. Pakietu 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik Sengstakena z balonem wykonanym ze 100% silikonu medycznego, o długości roboczej 85 cm?

**Odpowiedź nr 155:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 156: dot. Pakietu 14, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o dokładności pomiaru co 1 ml w zakresie 3 ml – 40 ml?

**Odpowiedź nr 156:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 157: dot. Pakietu 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera o długości 400 m, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź nr 157:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 158: dot. Pakietu 15, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik zewnętrzny w rozmiarach 29 mm, 32 mm i 36 mm?

**Odpowiedź nr 158:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 159: dot. Pakietu 18, poz. 3 - 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 159:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 160: dot. Pakietu 24, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego Pakietu? Podział Pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 160:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 161: dot. Pakietu 28, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- pęseta plastikowa niebieska 13 cm 1 szt.,
- pęseta ADSON metalowa 12 cm 1 szt.,
- nerka z pulpy celulozowej poj. 700 ml 1 szt.,
- tufery gazowe śr. 3 cm (20 cm x 20 cm) z nitką RTG 3 szt.,
- ostrze do ściągania szwów długie 11 cm, opakowane 1 szt.,

201

- zestaw zapakowany w opakowanie papier - folia?

**Odpowiedź nr 161:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 162: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową, włókninową w rozmiarze 70 cm x 50 cm, stanowiącą owinięcie zestawu?

**Odpowiedź nr 162:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 163: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową włókninową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z centralnym otworem o średnicy 6 cm?

**Odpowiedź nr 163:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 164: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe proste ostre/tępe 15 cm?

**Odpowiedź nr 164:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 165: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz Mayo-Hegar 15 cm?

**Odpowiedź nr 165:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 166: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną prostą 14,5 cm?

**Odpowiedź nr 166:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 167: dot. Pakietu 28, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 13,9 cm?

**Odpowiedź nr 167:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 168: dot. Pakietu 28, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową 300 ml o wymiarach 21 x 10,5 x 4,5 cm?

**Odpowiedź nr 168:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 169: dot. Pakietu 28, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną metalową prostą 14,5 cm ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź nr 169:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 170: dot. Pakietu 30**

Czy Zamawiający dopuści kompresy ciepło-zimno wypełnione żelam?

**Odpowiedź nr 170:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 171: dot. Pakietu 31**

Czy Zamawiający ma na myśli koc ratunkowy w rozmiarze 160 x 210 cm?

**Odpowiedź nr 171:**

Tak.

**Pytanie nr 172: dot. Pakietu 37, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści op.a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 172:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 173: dot. Pakietu 37, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści op.a' 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 173:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 174: dot. Pakietu 37, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka 76 x 25?

**Odpowiedź nr 174:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 175: dot. Pakietu 40, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holterów 55 x 41 cm?

**Odpowiedź nr 175:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 176: dot. Pakietu 61, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne w rozmiarze 10 x 20 cm?

**Odpowiedź nr 176:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 177: dot. Pakietu 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania worka jednoczęściowego zgodnego z SIWZ, jednakże z możliwością docięcia 10 - 70 mm lub 10 - 90 mm.

**Odpowiedź nr 177:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 178: dot. Pakietu 6, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków Luer Lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, wskazującym kierunek nakładania, karbowane na całej długości części chwytnej koreczka, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób zapobiegający przypadkowej kontaminacji i pozwalający na wyciągnięcie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200szt, blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź nr 178:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 179: dot. Pakietu 6, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków dwustronnych męsko-żeńskich (combi), w kolorze czerwonym, wykonane z ABS - materiału zapewniającego szczelność połączenia, kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuc obwodowych, centralnych, tętnicznych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciągnięcie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50, 100 lub 200 szt.

**Odpowiedź nr 179:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 180: dot. Pakietu 6, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego o poniższych parametrach: przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką Luer Lock, z płaską, łatwą do dezynfekcji, silikonową przezierną membraną osadzoną zewnątrz na przezroczystym konektorze, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o prędkości przepływu do 600 ml, objętość wypełnienia 0,04 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 50 psi, o długości roboczej – 2 – 2,5 cm, długość całkowita 3 cm, możliwość podłączenia u pacjenta do 600 aktywacji lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze, dostosowany do użytku z krwią, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

**Odpowiedź nr 180:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 181: dot. Pakietu 6, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego z neutralnym ciśnieniem?

**Odpowiedź nr 181:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 182: dot. Pakietu 17, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowane produkty mają mieć okres ważności min. 24 m-ce od daty produkcji?

**Odpowiedź nr 182:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 183: dot. Pakietu 17, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką Luer Lock, pojemność 1 ml, skalowana co 0,01 ml, wykonana z poliwęglanu, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.

**Odpowiedź nr 183:**

Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 184: dot. Pakietu 17, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawka ma posiadać zabezpieczenie przed niekontrolowanym wysuwaniem się tłoka.

**Odpowiedź nr 184:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zastosowanie ww. rozwiązania. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Nadto, Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został rozdział I, w zakresie działu 4., pkt 4.3. ppkt 3) SIWZ i w zakresie działu 13., pkt 13.1., a także formularz szczegółowej oferty cenowej stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie Pakietów nr 5, nr 12 i nr 70. Treść zmodyfikowanej SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 23.09.2019 r., godz. 09:30.

- termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r., godz. 10:00.

  
Kierownik  
Dział Zamówień  
Piotr Ryczek  
112/19

