

Katowice, dnia 20.04.2023 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

tel. 032/ 359-13-34

e-mail: dzp@us.edu.pl

Uczestnicy postępowania nr DZP.382.3.2.2023

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki p.n.: „Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza”, nr sprawy DZP.382.3.2.2023

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1: „Analizując opis techniczny przygotowany przez państwa dochodzimy do wniosku, że podczas jego przygotowywania doszło do omyłki pisarskiej w przygotowanej przez Państwa specyfikacji technicznej. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania:

1) Czy zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające następujące dane elektryczne dla sieci 50Hz: prąd dla napięcia 8,3A wynoszący 230V oraz prąd dla napięcia 16,6A wynoszący 115V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające następujące dane elektryczne dla sieci 50Hz: prąd dla napięcia 8,3A wynoszący 230V oraz prąd dla napięcia 16,6A wynoszący 115V

Z-ca przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

