

**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013  
  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 13.08.2019 roku

NZP.I-240/39/19

***Wszyscy uczestnicy postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem: **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ENDOPROTEZ**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

**1. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz. 4 membranę do ubytków chrzęstno- kostnych składającą się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100 % z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60 % z kolagenu typ II i 40 % z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Wymiary 3cmx4cmx0,6cm ?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA.

**2. Pytanie**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1-2**

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.


Dostępna w rozmiarze 25x30mm lub 50x40 mm (możliwość docięcia, w zależności od wielkości ubytku) o grubości 2mm.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

**3. Pytanie**

Czy zamawiający w zadaniu nr 15, pozycja 1 dopuści Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym.



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

**Odpowiedź:** NIE

## 4. Pytanie

Czy zamawiający w zadaniu nr 19 dopuści opis:

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.

**Odpowiedź:** TAK.

## 5. Pytanie

Czy zamawiający w zadaniu nr 21 dopuści opis:

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy bezcementowy jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa, bezcementowa, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS.

**Odpowiedź:** TAK.

## 6. Pytanie


### Dot. Formularza ofertowego

**Pkt. 8** – Czy nastąpiła omyłka przy zapisie tj. „posiadamy licencję na wykonywanie zarobkowego krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 6” – prosimy o możliwość wykreślenia tego zapisu jako nie dotyczącego przedmiotowego postępowania?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.

## 7. Pytanie

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania na każdej fakturze informacji o zakazie cesji zgodnie z §5 ust.2 w zw z §12?** Zakaz o którym mowa w §12 jest wystarczający aby skutecznie przeciwdziałać przenoszeniu wierzytelności na inne podmioty, poprzez dookreślenie w umowie, iż jest zakaz cesji. Z uwagi na powyższe nie ma konieczności zamieszczania oddzielnych informacji na fakturach gdyż stanowią one



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

jedynie dokument księgowy, a każdorazowe zamieszczanie takich informacji może prowadzić do utrudnień z wykonywaniem dostaw.

**Odpowiedź:** NIE

#### 8. Pytanie

**Czy Zamawiający w §5 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin 60 dni będzie liczony od dnia wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wystawienia? Podtrzymanie postanowienia o określeniu terminu zapłaty na 60 dni od dostarczenia faktury powoduje niemożliwość jego prawidłowego określenia na fakturze.**

**Odpowiedź:** NIE

#### 9. Pytanie

**Czy Zamawiający zmieni termin określony w:**

**a. §6 ust. 3 z ....godzin na ... dni robocze?**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. Ewentualnie przyjęcie, iż przesłanie zamówienia po godzinie 12 jest uznawane, iż zamówienie wpłynęło w następnym dniu roboczym.

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ABY W PIĄTKI ZAMÓWIENIA BYŁY SKŁADANE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO GODZINY 12:00. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

#### 10. Pytanie

**Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.**


**Odpowiedź:** NIE

#### 11. Pytanie

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 z 1% wartości faktury na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

**Odpowiedź:** NIE



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**w PILE**  
im. Stanisława Staszica  
**64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
PN-N-18001:2004  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00  
Sekretariat (67) 210 66 66  
Fax (67) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

---

## 12. Pytanie

Czy Zamawiający dookreśli w §14, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty bez potrzeby wszczynania innych oddzielnych i kosztownych postępowań mediacyjnych? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:** NIE