



AG-DŁ-2240/11/01/20

**Otrzymują wszyscy
uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych:**” sprawy **AG-2240-11-20**.

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot wyglądał identycznie jak na załączonych ilustracjach w opisie przedmiotu zamówienia? Czy raczej zdjęcia mają charakter poglądowy i Zamawiający dopuszcza aby przedmiot zamówienia miał np. inny kolor, ale spełniał parametry techniczne opisane słownie?

Odp. Zdjęcia są poglądowe i przykładowe, najważniejsze żeby przedmioty spełniały parametry techniczne. Jeżeli w opisie zawarty jest kolor to wymaga się aby taki kolor został dostarczony.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9 - Mikroskop - mikroskop nie posiadający statywu ażurowego, ale statyw o szerokości ok 5 cm, który dzięki niewielkiej szerokości umożliwi obserwowanie przez prowadzącego zajęcia poprawności obsługi mikroskopu przez studenta?

Odp. Zamawiający dopuści statyw o szer. do 5 cm.

3. Prosimy o doprecyzowanie jakiego oświetlenia w mikroskopie oczekuje Zamawiający opisując je jako X-LED. Czy chodzi o diodę Led?

Odp. Chodzi o diodę LED.

Wyjaśnienia zostają dołączone do siwz i stanowią jej integralną część.
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

(-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS

Rektor
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Piłe