

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.ple</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p>	<p>Nr sprawy: ZP/20/2023</p>
--	---	----------------------------------

Załącznik nr 1.1 do SWZ

## I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

### ŁÓŻKO SZPITALNE DZIECIĘCE Z WYPOSAŻENIEM – 13 SZT.

Nazwa	Łóżko dziecięce Sparrow, Szafka przyłóżkowa Kiwi
Typ	FLD-1 (łóżeczko), Kiwi (szafka)
Producent	Formed Pro sp. z o.o., ul. Ceramiczna 2, 34-325 Łodygowice
Kraj pochodzenia	Polska
Rok produkcji:	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2023

Lp.	PARAMETR WYMAGANY		PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
I	PARAMETRY TECHNICZNE		
1.	Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm )	Tak	Szerokość całkowita: 750 mm
2.	Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm )	podać	Długość całkowita: 1540 mm
3.	Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm )	Tak	Wysokość całkowita: 1370 mm
4.	Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm	podać	Wysokość leża: regulowana w zakresie od 650 do 900 mm
5.	Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80	TAK	Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga 8° oraz anty-Trendelenburga 8°
6.	Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm	Tak podać	Leże łóżeczka o wymiarach 1280 x 600 mm
7.	Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach	TAK	Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny
8.	Poręcze boczne dodatkowo wyposażone w wstawki ozdobne z płyty HPL (możliwość wyboru koloru płyty oraz wzoru frezowanego) o wymiarach wys. 750 mm x szer. 210 mm (+/-20 mm).	Tak podać	Poręcze boczne dodatkowo wyposażone w wstawki ozdobne z płyty HPL (możliwość wyboru koloru płyty oraz wzoru frezowanego) o wymiarach wys. 740 mm x szer. 215 mm
9.	Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron	TAK	Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron
10.	Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z płyty HPL, mocowanymi na stałe	TAK	Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z płyty HPL, mocowanymi na stałe
11.	Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60°	TAK	Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60°
12.	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu	TAK	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm z czego 2 posiadają blokadę jazdy i obrotu
13.	Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe	TAK	Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe
14.	Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki	TAK	Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki
15.	Wyposażenie: <b>Materac na łóżeczko</b> o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka - Pianka nacinana typu „gofer” o gęstości 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofuranu	Tak podać	Wyposażenie: <b>Materac na łóżeczko</b> o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka - Pianka nacinana typu „gofer” o gęstości 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy:  <b>ZP/20/2023</b></p>
	<p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wykonana z materiałów antyalergiczných,</li><li>- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)</li><li>- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze</li><li>- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.</li><li>- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych.</li><li>- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru</li><li>- Pranie w temp. Do 95°C</li><li>- Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C</li></ul> <p><b>Wieszak kroplówki</b> (po 1 sztuce na łóżko)</p> <p><b>Szafka przyłóżkowa:</b> (do każdego łóżka)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV</li><li>- Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów min 5</li><li>- Błat szafki wykonany z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV</li><li>- Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm),</li><li>- Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm)</li><li>- Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm)</li><li>- Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm</li><li>- Pomiedzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm</li><li>- Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm</li><li>- Szafka przejezdna.</li></ul>		<p>dimetylofumaranu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wykonana z materiałów antyalergiczných,</li><li>- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)</li><li>- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze</li><li>- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.</li><li>- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych.</li><li>- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru</li><li>- Pranie w temp. Do 95°C</li><li>- Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C</li></ul> <p><b>Wieszak kroplówki</b> (po 1 sztuce na łóżko)</p> <p><b>Szafka przyłóżkowa:</b> (do każdego łóżka)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV</li><li>- Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru 5 kolorów</li><li>-Błat szafki wykonany z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową obramówką PCV</li><li>- Szerokość całkowita szafki: 424 mm</li><li>- Wysokość całkowita szafki: 825 mm</li><li>- Głębokość szafki: 440 mm</li><li>- Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady 110 mm</li><li>- Pomiedzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki 105 mm</li><li>- Komora zamykana drzwiczkami o wysokości 335 mm</li><li>- Szafka przejezdna.</li></ul>
II	OKRES GWARANCJI I SERWISU		
1.	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego min. 24 miesiące	TAK. Podać	Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego 24 miesiące
2.	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji	TAK	Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego	TAK, Podać dane teledoresowe	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony w siedzibie Zamawiającego przez Formed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Leśniana 97, 34-300 Żywiec, tel. +48 33 819 45 94, tel. kom. <b>578 500 329</b> , mail. <b>henryk.wojciuch@formed-eu.pl</b>
4.	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 463, 583, 974. lub certyfikat CE) oraz wpisy/zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych lub oświadczenie, że dokumenty takie nie są wymagane	TAK, dołączyć do oferty	Aktualne dokumenty dopuszczające oferowany wyrób do używania i obrotu na terenie RP (Deklaracja Zgodności zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgłoszenia do Rejestru wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych
5.	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – min. 1 przegląd rocznie	TAK	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wg zaleceń producenta – 1 przegląd rocznie
6.	Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy	TAK	Termin przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej – maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia o wadzie – z wyłączeniem sobót i

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50  <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl</a> e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p> <p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – nr 3</p>	<p>Nr sprawy: ZP/20/2023</p>
--	---	----------------------------------

			dni ustawowo wolnych od pracy
7.	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od oddania do eksploatacji	TAK	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez 10 lat od oddania do eksploatacji
8.	Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym	TAK	Szkolenie personelu medycznego w terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym
9.	Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu)	TAK	Instrukcja w języku polskim (wraz z dostawą i uruchomieniem aparatu)
10.	Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem	TAK	Dostarczenie kart gwarancyjnych wraz z aparatem
11.	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami	TAK	Dostarczenie paszportu technicznego wraz z odpowiednimi wpisami

Cena za 1 szt. ŁÓŻKA SZPITALNEGO DZIECIĘCEGO Z WYPOSAŻENIEM bez VAT 85 501,00 zł

Cena za 1 szt. ŁÓŻKA SZPITALNEGO DZIECIĘCEGO Z WYPOSAŻENIEM z VAT 92 341,08 zł.

**UWAGA:**

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub " $\geq$ " " $\leq$ ", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e  
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia