

Projekt umowy

Umowa NR IN/...../2019

dotycząca: Dostawy i montażu defibrylatorów AED w mieście

zawarta w Rydułtowach w dniu pomiędzy:

Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, zwanym dalej **Zamawiającym** w imieniu którego działa:

Burmistrz Miasta Rydułtowy – **Marcin Połomski**,

a

.....z siedzibą:....., NIP:....., zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1.

Przedmiot dostawy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż trzech kompletów składających się każdy z defibrylatora AED, szafki ogrzewanej z alarmem oraz tabliczek informacyjnych (3 szt.) na elewacjach trzech budynków Miasta Rydułtowy:
 - 1) Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rydułtowach ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy,
 - 3) Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 125C, 44-280 Rydułtowy.
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje dostawę i montaż trzech kompletów składających się każdy z defibrylatora AED, szafki ogrzewanej z alarmem oraz tabliczek informacyjnych (3 szt.).
3. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Warunki dostawy i odbioru sprzętu

1. Dostawa i montaż sprzętu, o którym mowa w § 1, będą zrealizowane w terminie **do 10 tygodni od dnia podpisania umowy**.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i montażu najpóźniej na 2 dni przed tym terminem telefonicznie nr na 32 45 37 422 lub e-mailem na adres um@rydułtowy.pl.
3. Po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu.

4. Za dzień wykonania umowy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony sprzęt:
 - 1) jest niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji technicznej lub jest niekompletny,
 - 2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
 - 3) posiada wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniemZamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy,
6. W przypadku odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zawierający przyczyny odmowy, a Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy.
7. Do dostawy w nowym terminie mają zastosowanie postanowienia ust. 3.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub dostarczenia nowego przedmiotu umowy, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia na swój koszt, bez względu na wysokość kosztów dostawy.
9. Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki i wady w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad niemożliwych do usunięcia, Zamawiający może:
 - 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie umowy,
 - 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
11. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru dostawy w części uprzednio zakwestionowanej.

§ 4.

Wynagrodzenie i rozliczenie

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
Netto: zł + VAT 23% tj. Brutto: zł
słownie brutto:
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni, od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Rydułtowy. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i przesłać na adres: 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5.

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na montaż i nabyty sprzęt. Wykonawca zapewni minimum 5 letnią gwarancję producenta na defibrylator AED, baterię i elektrody.
2. Rękojmia za wady zostanie wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Okres ten liczony jest od daty odbioru końcowego zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu, kartę gwarancyjną.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie bądź faksem.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstałych w okresie gwarancji w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy.
6. Zastosowanie wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.
7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej w sposób pełny korzystać.

§ 6.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - 2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto,
 - 3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i przeglądzie gwarancyjnym, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

Postanowienia końcowe

§ 7.

Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. W zakresie nienormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, które mogą powstać na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

kontrasygndata Skarbnika Miasta

Szczegółowy opis zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych kompletów defibrylatorów AED realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Każdy z 3 kompletów defibrylatorów AED powinien zawierać:
 - 1) **defibrylator AED**

Cechy i właściwości defibrylatora AED:

 - a) sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, rok produkcji 2018/2019,
 - b) zautomatyzowany i intuicyjny,
 - c) zestaw zawierający elektrody dla dorosłych,
 - d) zestaw zawierający baterię litową (czas przechowywania 5 lat, żywotność baterii minimum 5 lat) z gwarancją 5-cio letnią producenta,
 - e) energia impulsu defibrylacyjnego zgodna z wytycznymi ERC 2015,
 - f) czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania powinien wynosić mniej niż 10s, co powinno być poparte zapisami w instrukcji producenta,
 - g) możliwość zaktualizowania oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC bez konieczności wymiany całego urządzenia,
 - h) urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia w języku polskim,
 - i) urządzenie wyposażone w wbudowany metronom oraz asystę wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas prowadzonej resuscytacji zgodnie z wytycznymi ERC,
 - j) możliwość uruchamiania/inicjowania autotestów przez użytkownika,
 - k) możliwość używania na mokrych i metalowych powierzchniach,
 - l) dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia:
 - tolerancja na wstrząsy i upadki (po upadku musi być zachowana ciągła gotowość urządzenia do pracy),
 - temperatura pracy: od -20°C,
 - temperatura czuwania: od 0°C do 43°C,
 - wilgotność względna: od 5% do 95%,
 - odporność na wibracje,
 - wodoodporność/szczelność: PN-EN 60529 klasa minimum IP54, pyłoszczelny, bryzgoszczelny,
 - certyfikat zgodności PN-EN 60601,
 - m) torba transportowa w całości ochraniająca defibrylator przed uszkodzeniem,
 - n) instrukcja obsługi,
 - o) 5 lat gwarancji producenta na baterie oraz defibrylator potwierdzone przez producenta przyjęcia warunków gwarancji,
 - p) deklaracja zgodności,
 - q) zgodność z wytycznymi ERC 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji,

r) posiadanie badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo technologii stosowania,

2) ogrzewaną szafkę zewnętrzną z alarmem:

Cechy i właściwości szafki:

- a) moduł grzewczy zapewniający odpowiednie warunki dla przechowywanego defibrylatora, w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C,
- b) odporność na całoroczne działania atmosferyczne i promienie UV,
- c) wyposażone w przezroczyste okienko pozwalające na kontrolę zawartości,
- d) do zainstalowania na ścianie budynku,
- e) oznaczenie AED na szafce,
- f) alarm dźwiękowo – świetlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora,
- g) szafka dostosowana wielkością do proponowanych defibrylatorów AED,
- h) zamek patentowy umożliwiający otwieranie i zamykanie bez klucza, zabezpieczone za pomocą zrywalnej plomby,
- i) szafka docelowo ma zostać podłączona do elektrycznej instalacji wewnętrznej wskazanego budynku,

3) znak informacyjny AED (3D):

Cechy i właściwości znaku:

- a) naścienny znak informacyjny gięty 3D,
- b) odporny na działania atmosferyczne,
- c) do zainstalowania na ścianie budynku,
- d) orientacyjne wymiary maksymalne: 20cm x 20cm x 20cm,

4) dwa znaki informacyjne (2D) wskazujące kierunek:

Cechy i właściwości znaku:

- a) naścienny znak informacyjny prosty 2D,
- b) odporny na działania atmosferyczne,
- c) do zainstalowania na ścianie budynku,
- d) orientacyjne wymiary maksymalne: 30cm x 15cm,
- e) kierunek prawy i lewy.