



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 158/03/2021

Chrzanów, 19.03.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: sprostowania do odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa materiałów do centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”- sprawa nr 19/2021.

Zamawiający dokonuje korekty do odpowiedzi z dnia 19.03.2021 nr 156/SZP/2021 na pytania:

Pytanie nr 4

Było:

Dotyczy pakiet 3 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier krepowy złożony w 100% z celulozy, o gramaturze 60g/m² oraz parametrach technicznych:

-zawartość siarczanów 0,045%

-wytrzymałość na rozciąganie na sucho 2,06 kN/m w kierunku walcowania oraz 1,33 kN/m w kierunku poprzecznym

-wytrzymałość na rozciąganie na mokro 0,53 kN/m w kierunku walcowania oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Dotyczy pakiet 3 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier krepowy złożony w 100% z celulozy, o gramaturze 60g/m² oraz parametrach technicznych:

-zawartość siarczanów 0,045%

-wytrzymałość na rozciąganie na sucho 2,06 kN/m w kierunku walcowania oraz 1,33 kN/m w kierunku poprzecznym

-wytrzymałość na rozciąganie na mokro 0,53 kN/m w kierunku walcowania oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 5

Było:

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu wykazania w dokumentacji technicznej parametru wytrzymałości na przepuklenia na sucho i mokro?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu wykazania w dokumentacji technicznej parametru wytrzymałości na przepuklenia na sucho i mokro?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892