



SPZOZ- 2336,2337,2338,2341/24

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcínie

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Numer referencyjny: ZP/P/09/24

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o numerze referencyjnym **ZP/P/09/24**:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 3 i 4 dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych  
**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 16 dopuści op. a'50sztuk?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. a'50sztuk.**

Pytanie 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 16 dopuści 2 paski kontrastujące a RTG?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 paski kontrastujące a RTG.**

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 19 dopuści kaniulę 20G 1,1x32mm 61ml/min?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę 20G 1,1x32mm 61ml/min.**

Pytanie 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 20 dopuści kaniulę z nazwa producenta wyłącznie na korku portu?  
**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 20 dopuści kaniulę 18G 1,3x32mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę 18G 1,3x32mm.**

Pytanie 7: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 23 dopuści op. a'100sztuk?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. a'100sztuk.**

Pytanie 8: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 25 i 26 dopuści dren o średnicy 1,24mm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o średnicy 1,24mm.**

Pytanie 9: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 27 dopuści czas użytkowania 7 dni lub 600 aktywacji /zamiast 350/?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czas użytkowania 7 dni lub 600 aktywacji.**

Pytanie 10: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 27 dopuści objętość wypełnienia 0,085ml i przepływ 312ml/min?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza objętość wypełnienia 0,085ml i przepływ 312ml/min.**

Pytanie 11: Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 36 dopuści proste ścięcie?  
**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 12: Pakiet nr 1 poz. 2-4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z osobno pakowana zatyczką?  
**Odpowiedź:**  
**Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**



Pytanie 13: Pakiet nr 1 poz. 5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Nelaton bez tłoczonej nazwy producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 13: Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu T-Kehr o poniższym opisie:

- wykonany z lateksu naturalnego
  - oznakowanie rozmiaru na cewniku
  - w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego
  - sterylizowany tlenkiem etylenu
  - jednorazowego użytku
- dostępne rozmiary:
- od CH 12 do CH 26 (rozmiary co 2 CH)
  - długość ramion 20/40 cm
  - opakowanie jednostkowe: 1 szt. podwójne folia i blister-pack?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 14: Pakiet nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie wyceny za op. a'80 szt.**

Pytanie 15: Pakiet nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do lewatywy o poniższym opisie:

- jednorazowego użytku
- worek do lewatywy o poj. 1750ml,
- skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml
- długość drenu 145 cm
- osłonka na końcówkę
- zacisk przesuwny
- nie zawiera lateksu
- opakowanie handlowe: 10 szt. folia
- opakowanie zbiorcze: 150 szt. karton?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 16: Pakiet nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml,
- skalowana komora: co 1ml od 4 do 50ml;  
co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)
- system By-Pass zapobiega przepiętnieniu
- zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)
- zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)
- bezigłowy port do pobierania próbek
- możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące)
- tylna biała ściana umożliwia lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgęciowo na odcinku 25mm.
- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack?



**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 17: Pakiet nr 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2 l o wysokości 220 mm, średnicy dolnej 105 mm oraz otworem wrzutowym o średnicy 90 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 18: Pakiet nr 1 poz. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika z nakrętką w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 19: Pakiet nr 1 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 60 ml wykonanego z polipropylenu zakręcanego białą nakrętką,  $\varnothing 35 \times 70$  mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 20: Pakiet nr 1 poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 150 ml wykonanego z polipropylenu zakręcanego białą nakrętką,  $\varnothing 68,8 \pm 0,5 \times 69 \pm 0,5$  mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 21: Pakiet nr 1 poz. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 250 ml wykonanego z polipropylenu zakręcanego białą nakrętką,  $\varnothing 95,5 \pm 0,5 \times 61,7 \pm 0,5$  mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 22: Pakiet nr 1 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1000 ml wykonanego z polipropylenu zakręcanego białą nakrętką,  $\varnothing 132,3 \pm 0,5 \times 129,4 \pm 0,5$  mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 23: Pakiet nr 1 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2000 ml wykonanego z polipropylenu zakręcanego białą nakrętką,  $\varnothing 170 \pm 0,5 \times 153 \pm 0,5$  mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 24: Pakiet nr 2 poz. 11-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem 2 m?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 25: Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji, produkt wycofany z produkcji?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 26: Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do przetaczania krwi wykonanego z medycznego PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi wykonanego z medycznego PCV.**

Pytanie 27: Pakiet nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską kłapką
- duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej)
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml  $\pm 0,1$  ml



- filtr płynu o wielkości oczek 15  $\mu\text{m}$
- dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm
- przezroczysty łącznik stożkowy luer lock
- oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami
- niebieski przesuwany zacisk na drenie do zamknięcia infuzji
- regulator przepływu w kształcie cylindra
  - 2 skale dla płynów o różnej gęstości:
    - 1 zakres 5-250 ml/h - 10%,
    - 2 zakres 5-200 ml/h - 40%
- dodatkowy port do iniekcji typu Y
- nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 28: Pakiet nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylną dla noworodków ze zdejmowanym uchwytem – 24 G, 0,7x19mm, przepływ 18 ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 24 G, 0,7x19mm, przepływ 18 ml/min.**

Pytanie 29: Pakiet nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylną dla noworodków ze zdejmowanym uchwytem – 26 G, 0,6x19mm, przepływ 10ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 30: Pakiet nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 22G, 0,9x25 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 31: Pakiet 6, poz. 19

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1 x 30 mm o przepływie 55 ml/min.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 32: Pakiet 6, poz. 19

Proszę o doprecyzowanie, czy Wykonawca dobrze rozumie, że Wykonawca w w/w pozycji oczekuje kaniuli bez dodatkowego portu górnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 33: Pakiet 6, poz. 19

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez skrzydełek, gdyż tylko taka konstrukcja pozwala na pełne wycofanie oraz odpowiednie zabezpieczenie igły.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 34: Pakiet 6, poz. 19

Proszę o odstąpienie od wymogu technologii BD Instaflash TM, zapis taki jest wskazaniem konkretnego producenta i uniemożliwia uczciwą konkurencję, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 35: Pakiet 6, poz. 19

Proszę o odstąpienie od wymogu technologii BD Luer-lock TM, zapis taki jest wskazaniem konkretnego producenta i uniemożliwia uczciwą konkurencję, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 36: Pakiet 6, poz. 20

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3 x 32 mm.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 37: Pakiet 6, poz. 21

Proszę o dopuszczenie kaniuli 17G w rozmiarze 1,4 x 45 mm o przepływie 140 ml/min.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniule 17G w rozmiarze 1,4 x 45 mm o przepływie 140 ml/min.**

Pytanie 38: Pakiet 6, poz. 22

Proszę o dopuszczenie kaniuli 16G w rozmiarze 1,8 x 45 mm o przepływie 200 ml/min.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 39: Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć opłucnej z 3 igłami 80cm, kompletem drenów i kraikiem trójdrożnym, workiem 2-litrowym z zastawką, strzykawką 3-częściową 50-60ml, sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 40: Pakiet nr 2, pozycja 9, 11-14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 41: Pakiet nr 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową opaskę do rurek intubacyjnych o parametrach:

- Dwuczęściowa
- Składa się z dwóch elementów: podkładki na kark i części stabilizującej rurkę
- Podkładka pod szyję – dł. ok. 33,4 cm, część środkowa – dł. ok. 29,7 cm
- Szybkie i wygodne zakładanie
- Wykonana z pianki poliuretanowej obłożona bawełną (część wewnętrzna) oraz welurem (część zewnętrzna)
- Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta
- Możliwość zmiany położenia rurki
- Wygodne zapięcie na laminowany rzep
- Otwór w opasce zapewniający nieruchomienie rurki
- Dodatkowy pasek z rzepem laminowanym mocowany do rurki umożliwiający stabilizację opaski
- Antyodleżynowa
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 42: Pakiet nr 2, pozycja 20


Czy Zamawiający dopuści stazę o długości 47cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stazę o długości 47cm.**

Pytanie 43: Pakiet nr 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki



- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 44: Pakiet nr 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 45: Pakiet nr 2, pozycja 25

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiego produktu oczekuje w pozycji 25?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w pozycji 25 produktu kompatybilnego z systemem poz. 23.**

Pytanie 46: Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową gałęzią o długości 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści obwód z dodatkową gałęzią o długości 120cm.**

Pytanie 47: Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód nie posiadający zatyczki?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 48: Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z mechanicznie zamykanym portem do odsysania?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 49: Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 200-1000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 50: Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 51: Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min



- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 52: Pakiet nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 53: Pakiet nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę i strzykawkę dołączoną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 54: Pakiet nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową pakowaną w opakowanie papierowo-foliowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę ustno-gardłową pakowaną w opakowanie papierowo-foliowe.**

Pytanie 55: Pakiet nr 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 33cm dla rurek tracheostomijnych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamknięty system do odsysania o długości 33cm dla rurek tracheotomijnych.**

Pytanie 56: Pakiet nr 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o łącznej długości 18cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczoteczkę o łącznej długości 18cm.**

Pytanie 57: Pakiet nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę krtoniową jednorazowego użytku wykonana z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.**

Pytanie 58: Pakiet nr 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści maskę krtoniową o parametrach:

- Jednorazowa maska krtoniowa z wbudowanym dostępem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji
- Umożliwia szybkie zabezpieczenie dróg oddechowych
- Anatomiczny kształt ułatwia zakładanie i dopasowanie
- Wyróżnia się wysokim ciśnieniem uszczelnienia
- Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- Ze znacznikiem ułatwiającym poprawne wprowadzenie endoskopu
- Materiał nie zawiera ftalanów
- W zależności od rozmiaru do stosowania u dzieci lub u dorosłych
- Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu: 60 cm H<sub>2</sub>O
- Zawór do napełniania typu Luer
- Rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- Wykonana z PCV, PCTG i silikonu
- Pakowana pojedynczo?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

Z poważaniem.  
-podpis na oryginale-