

Gdańsk, dnia 05.10.2020 r.

D10.251.52.F.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (51 PAKIETÓW)**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2020/S 155-378800** oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Zestaw I**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiającemu w Pakiecie nr 15 poz. 1 chodzi o druty Kirschnera ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 2 może określić długość oraz średnicę gwoździ ?

**Odpowiedź: 9 cali, dł. 228 mm.**

**Zestaw II**

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 50 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha tylko w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 50 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartucha o gramaturze 30g/m2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Zestaw III**

**Pytanie 1 dot. samoprzylepnych etykiet repozycjonawalnych**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG załącznik I pp. 13.3, uzna za poprawne, jeśli samoprzylepne etykiety repozycjonawalne znajdujące się na opakowaniu jednostkowym obłożeń oferowanych w pakiecie nr 4 i 43 będą zawierały nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki oraz dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 niżej opisanego zestawu?

- Serweta DHS z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, z dodatkowym polem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (całkowita gramatura 140g/m2). Rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestetyczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

- Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm, służąca jako owinięcie zestawu, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75x190cm o gramaturze całkowitej 85g/m<sup>2</sup>
- Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- Ręczniki chłonne 30,5x34cm – 2 szt.
- Taśma klejona 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny poliestrowej – 1 szt.
- Kieszka na płyny klejona jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt

Zestaw spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 serwetek do wycierania rąk pakowanych po 1 sztuce ( w ilości 160 000 opakowań), spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza serwetki pakowane po 1 sztuce, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu nr 49 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 49 poz. 1 fartucha nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ: odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnień 100cm H<sub>2</sub>O, troki zgrzewane ultradźwiękowo, fartuch i ręczniki owinięte dodatkowo w papier krepowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu nr 49 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 49 poz. 2 fartucha nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ: troki zgrzewane ultradźwiękowo.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu nr 50**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 50 fartucha z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw IV

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów pokrywanych z zastawką antyrefluksową dostarczanych w zestawach o średnicy 7mm (21F) i długości 70 cm, średnica stentów 22 mm, długość całkowita 90 mm, 110 mm, 130 mm, końce stentów z pętlami do repozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia łyżeczek 8,0 mm i pojemności 9,0 mm<sup>3</sup>, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,36 mm, owalnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu w zakresie 0,30 mm – 0,38 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie igieł ze skosem ostrzonym w trzech płaszczyznach, długości ostrza igły 4 mm i 5 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 dot. Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 180 cm i 230 cm, szerokość rozwarcia łyżeczek 9 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 dot. Pakietu nr 32**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 230 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9 dot. Pakietu nr 32**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy cewnika 1,7-1,8 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu nr 33**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o długości 180 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 dot. Pakietu 51**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem dostarczonym razem z protezą, odległość między zaczepami 5-15 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12 dot. Pakietu 51**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem dostarczonym razem z protezą, zaopatrzonych w dwie pętle lub jedną pętlę i jeden zaczep.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 13 dot. Pakietu 51**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z łącznikiem typu "Y" dostarczonym z zestawem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14 dot. Pakietu 51**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie popychaczy o długości 170 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw V

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 26**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 2 i dopuści w Poz 2. 10 znaczników RTG, długość całkowita od 40-100 mm, średnica 10mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, nie wyłącza pozycji 2 z pakietu nr 26.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 27**

Czy zamawiający dopuści średnice trzonu 24mm lub 26mm, długość całkowita 100 lub 120mm, średnice kołnierzy 26mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, parametry zgodne z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 29**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1, 2,3,4,8,9,10 i dopuści w Poz. 1 długość narzędzia 180cm średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm, rozwarście 6,7mm pojemność 7,7m3, łyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 średnica 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 3 średnica 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 4 Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe do zabiegów polipektomii na zimno, kształt owalny, średnica 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 8 średnica igły 22G, 25G, długość igły 5mm. Opakowanie 10 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 9 długość narzędzia 165cm i 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza pozycji 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 z pakietu.**

## Zestaw VI

**Pytanie 1 dot. Pakietu 32, poz.3,4**

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie sprzętu jednorazowego od wielorazowego i wydzielenie do oddzielnego zadania szczotek i ustników jednorazowych, co pozwoli większej liczbie wykonawców złożyć Państwu korzystną ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu 32, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie szczotek o śr. Cewnika 1,8 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 32, poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przez sformułowanie „ duży ustnik” rozumie ustnik min. 60 FR.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu nr 50**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha ochronnego PP w kolorze niebieskim , nieprzemakalnego na całej powierzchni, odporny na zrywanie, gramatura  $32 \text{ g/m}^2 \pm 2 \text{ g/m}^2$ , rękaw z mankietem dzianinowym; wiązany na troki; rozmiar uniwersalny 139x139 cm, środek ochrony indywidualnej kat. I, spełniający normy DIN EN 14126:2003/AC:2004, ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610, EN ISO 22611, EN ISO 22612.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu nr 50**

Zwracamy si z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę za 1 szt. Do 4 miejsc po przecinku lub o wycenę za opakowanie handlowe zawierające 100 szt. Fartuchów z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Zestaw VII

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie tytanowych gwoździ elastycznych o średnicy 1,5 - 2,5mm ze skokiem co 0,5mm i dł. 300mm; o średnicy 2,0 - 4,0mm dł. 440mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu nr 21**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż dopuszczenie zatyczek, zaślepek do gwoździ jest wymagane do oferowania? Jeżeli tak, to czy Zamawiający doda oddzielną pozycję do wycenienia zaślepek z adekwatną ilością, bądź zastąpi zapis „sztuka” na „komplet”?

Doprecyzowanie tego zapisu jest istotne przy dokładnym wycenieniu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Oferent uwzględnia w ofercie wycenę i składowe systemu stanowiące całość do implantacji gwoździa.**

**Pytanie 3 dot. zapisów umowy (Załącznik nr 6D do SIWZ – komis z użyczeniem):**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż wykonawca powinien dołożyć należytej staranności, aby dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad. Przy dołożeniu należytej staranności i dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad procedura wskazana w §8 ust. 7 w ogóle nie będzie miała zastosowania.**

**Pytanie 4 dot. zapisów umowy (Załącznik nr 6D do SIWZ – komis z użyczeniem):**

Czy Zamawiający doda zapis w §10, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. zapisów umowy (Załącznik nr 6D do SIWZ – komis z użyczeniem):**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12 ust. 6 z 500 zł na 100zł?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw VIII

### Dotyczy: załącznika nr 6a projekt umowy (sprzedaż)

**Pytanie 1 dot. Par. 4**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin*”.

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

**Pytanie 2 dot. Par. 6 ust. 1 i 2**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Pytanie 3 dot. Par. 6 ust. 1 i 2**

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” w par. 6 ust. 1 i 2

**Pytanie 4 dot. Par. 6 ust. 3**

Prosimy o wykreślenie tych punktów z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego / terminowego wykonania zamówienia stanowią kary umowne. Wykonawca nie powinien być zatem dodatkowo obciążany innymi kosztami wynikającymi z realizacją zamówienia u innego sprzedawcy.

Ponadto pragniemy zauważyć, że bieżący zapis w sposób rażąco obciąża finansowo Wykonawcę względem faktycznej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem obowiązków.

**Pytanie 5 dot. Par. 6 ust. 10**

Zwracamy uwagę, że wyznaczony limit kar jest rażąco wysoki i może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, na poziomie 40% wartości szacunkowej umowy.

**Pytanie 6 dot. Par. 6 ust. 8**

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie następującego zapisu:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należyście wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odpowiedź: dla pytań od 1- 6.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zastrzeżenia zgłoszone do wzoru umowy nie są zasadne. W szczególności zastrzeżenia w zakresie wysokości kar umownych. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując**

szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r. II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem ksara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swojego zobowiązania ( tak: KIO wyrok z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Są Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08”.

Niezasadne są wnioski o dodanie zapisów związanych z epidemią COVID-19. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadkach opóźnienia, wszystkie okoliczności związane z COVID-19 będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie, w szczególności czy faktycznie COVID-19 był wyłączną i bezpośrednią przyczyną opóźnienia. Indywidualnie ocenione będzie również, czy w danych okolicznościach na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć ( mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treści art. 355 § 2 k. c.) Niezasadne są również wnioski o dodanie zapisów dotyczących okoliczności traktowanych jako siła wyższa. W przypadkach niewykonania umowy, wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie ( mając na uwadze art. 355 § 2 k. c.), w szczególności czy faktycznie czy wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewykonania umowy była „ siła wyższa”).

## Zestaw IX

### Pytanie 1 dot. Pakietu nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 taśmą samoprzylepną w komplecie oraz drugą pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1 taśmę pakowaną osobno.**

### Pytanie 2 dot. Pakietu nr 7, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 3 dot. Pakietu nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 4 dot. Pakietu nr 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 5 dot. Pakietu nr 8, punkt 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, o odporności na rozerwanie mokro/sucho 95/108 kPa ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 6 dot. Pakietu nr 8, punkt 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>, i odporności na rozerwanie mokro/sucho 95/108 kPa ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 7 dot. Pakietu nr 8, punkt 16

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną 10 x 50 z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 8 dot. Pakietu nr 8, punkt 19, 20

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie 9 dot. Pakietu nr 9, punkt 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm z warstwą chłonną 60 x 140 cm, o odporności na rozerwanie mokro/sucho 95/108 kPa ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu nr 9, punkt 12**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>, i odporności na rozerwanie mokro/sucho 95/108 kPa ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11 dot. Pakietu nr 9, punkt 18**

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17 nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12 dot. Pakietu nr 9, punkt 24**

Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczną samoprzylepną 10 x 50 z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13 dot. Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetki sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetki pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16 dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający dopuści koc złożony z warstwy zewnętrznej wykonanej z polipropylenu o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> i z poliestrowego wypełnienia o gramaturze 77g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17 dot. Pakietu nr 49, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności w obszarze wzmocnienia z przodu i na rękawach 66cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 18 dot. Pakietu nr 50**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19 dot. Pakietu nr 50**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 dot. Pakietu nr 50**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w uniwersalnym rozmiarze L?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartucha w rozmiarze XXL wg europejskiej tabeli rozmiarów tzn. wzrost 185-188cm obw. Klatki piersiowej 108-112cm; obwód bioder 112-116cm.**

## Zestaw X

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 17**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania implantuj wykonanego z wchłanianego materiału poliestrowego o średnicach 11 lub 16 mm, pakowanych po 6 sztuk w pojedynczych, sterylnych opakowaniach? Implant nie wymaga narzędzi aplikacyjnych. Zapewnia swobodny wzrost kości czaszki, szczególnie po resorpcji, dlatego jest szczególnie użyteczny w chirurgii dziecięcej. Materiał wchłaniany całkowicie po 2-3 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



## Zestaw XI

### **Pytanie 1 dot. Pakietu nr 11 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wypełnienie poliestrowe gramatura 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pakiet nr 12 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję maski jak na zdjęciu poniżej:

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



### **Pakiet nr 32 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane zbiorczo w kartonik po 50 sztuk, bez funkcji dyspensera, jednak z bezproblemowym wyciągnięciem ich?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.**

### **Pakiet nr 32 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Części nr 32 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

## Zestaw XII

### **Pytanie 1**

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli:

**z Pakietu nr 29 pozycję nr 1, 2, 3, 5, 6 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 29a)** i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu nr 29, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne, o rozwarciu łyżeczek 8mm, pojemności 7,6mm<sup>3</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu nr 29, poz. 1.**

Czy Zamawiający w sumie oczekuje 120 opakowań po 20 sztuk lub 240 opakowań po 10 sztuk?

**Odpowiedź: tak.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu nr 29, poz. 2.**

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne, o rozwarciu tyżeczek 8mm, pojemności 7,6mm<sup>3</sup>, sterylizowane metodą EO? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu nr 29, poz. 2.**

Czy Zamawiający w sumie oczekuje 60 opakowań po 20 sztuk lub 120 opakowań po 10 sztuk?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu nr 29, poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 10mm, 15mm, 25mm, plecione z drutu o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 7 dot. Pakietu nr 29, poz. 5.**

Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 10mm, 15mm, 30mm (do wyboru Zamawiającego), wykonaną z plecionego drutu o grubości 0,4mm, bez skalowanej rękojeści? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

## Zestaw XIII

**Pytanie 1 dot. pakietu nr 26**

Czy Zamawiający w pakiecie 26 dopuści proponowane rozwiązanie: proteza samorozprężalna nitinolowa do dróg żółciowych o średnicach 8-10 mm oraz długościach 60-100 mm co 20 mm, niepowlekana, zestaw wprowadzający o średnicy 8,5 Fr i długości 185 cm pozwalający na korekcję położenia protezy w trakcie uwalniania.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający w pakiecie 27 dopuści proponowane rozwiązanie: Proteza przełykowa samorozprężalna, nitinolowa, długości 80-100-120-140 mm, pokryta silikonem obustronnie w środkowej części, kołnierze niepokryte, średnice protez 20 oraz 24 mm, kołnierze odpowiednio 24 oraz 28 mm, zestaw wprowadzający dł. 80 cm, śr. 8 mm umożliwiający korekcję położenia protezy w trakcie uwalniania.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 44**

Czy Zamawiający w pakiecie 44 dopuści ampułkostrzykawkę z kwasem hialuronowym o pojemności 5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 1 ust. 3**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Termin przydatności do użycia wyrobu nie może być krótszy niż połowa okresu ważności dla produktu wielorazowego lub 6 miesięcy dla wyrobów jednorazowych, liczone od daty dostawy.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

Przechowawca ma obowiązek pobrać przedmioty przechowywane z zachowaniem zasady pobierania materiałów z najkrótszą datą ważności w ramach danego asortymentu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 8 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i wymiany towaru wadliwego w terminie 4 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji (...)”.

Proponowana zmiana umożliwi ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji poprzez wykonanie ekspertyzy reklamowanego towaru. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 1, ust. 2, ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio z wysokości 0,5% do wysokości 0,25 %?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 4**

Prosimy o modyfikację zapisu umowy w taki sposób, że podstawą wyliczenia kary umownej będzie niewykorzystana wartość brutto umowy w zakresie pakietu, którego dotyczy odstąpienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9 dot. projektu umowy (komis bez użyczenia) § 11 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw XIV

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych:**

**Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 28**

Czy zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie 28 ustnik pediatryczny, jednorazowego użytku, wykonany z nietoksycznego materiału poliwęglanowego, wyposażony w elastyczną opaskę, posiadający porty boczne pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej, zabezpieczający endoskopy giętkie o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 14,30 mm podczas badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 28**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 28, aby jednorazowy ustnik endoskopowy pediatryczny był pakowany pojedynczo w foliowe opakowanie zawierające numer partii produkcyjnej oraz datę produkcji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw XV

**Pytanie 1 dot. pakietu 50**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup> lub min. 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 dot. wzoru umowy**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 dot. wzoru umowy**

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1)Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie

termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zestaw XVI

### **Pytanie 1 dot. Pakietu nr 49, poz.1**

- Czy zamawiający wymaga fartuch z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
- Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
- Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?
- Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I
- Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
  - Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?
- Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
- Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?
- Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu nr 49, poz.2**

- Czy zamawiający wymaga fartuch z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**
- Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**
- Czy wymaga się, aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**
- Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**
- Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
  - Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**
- Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**
- Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ -zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**
- Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

### **Pytanie 3 dot. Pakietu nr 50, poz.1**

- Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
- Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiaru L?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**
- Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm, szerokości ok. 160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**
- Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**
- Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 4 dot. Pakietu nr 43**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny
- 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację
- 2 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m<sup>2</sup> (jedna z serwet na stolik instrumentariuszki dołączona osobno do zestawu).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## Zestaw XVII

#### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania grotów Steinmann'a o średnicy 4mm; 4,5mm; 5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 2 dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 16** dopuści możliwość zaferowania drutów do cerklarzu o średnicy 1,0mm; 1,5mm i 2 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 3 dot. pakietu nr 21**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 21 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania gwoździa – średnica: 1,5mm – długość 300mm oraz średnica 2,0-4,0mm ze skokiem co 0,5mm i długości 440mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## Zestaw XVIII

#### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 46.**

Czy Zamawiający w pakiecie 46 dopuści akcesoria i części serwisowe do respiratora Carescape r860 dopuszczone do obrotu, ale objęte stawką 23% vat?

Prosimy o zmodyfikowanie wymogów w zakresie oświadczenia – załącznik 7, tak aby wymóg złożenia dokumentu odnosił się do pozycji będących wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ: „Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.” Obniżona stawka podatku VAT stosuje się do wprowadzania wyrobów medycznych, natomiast nie dotyczy ona części zamiennych używanych do naprawy, które są objęte standardową stawką podatku.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 46**

Czy Zamawiający w pakiecie 46 wykreśli wymagania graniczne, które nie dotyczą przedmiotowego zamówienia? Opisana w pakiecie 46 wyroby pozycja 1 jest częścią wielorazową, pozycje 2, 3 i 4 są wyrobami przeznaczonymi do opieki nad jednym pacjentem (a nie wyrobami jednorazowymi) oraz mikrobiologicznie czystymi (a nie sterylnymi).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z aktualnym formularzem asortymentowo- cenowym.**

## Zestaw XIX

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 44 g/m<sup>2</sup>, pakowanego a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym. Pokrowiec bez rozcięcia. Wycięcie pod szyją wykończone dzianinowym golfem. Szerokość pokrowca 45cm, długość 55cm, średnica wykroju szyi 17 cm Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż - 92,3N, w poprzek: 44,1 N.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 2 dot. pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji przepuklin zgodnego z SIWZ, jednakże w którym fartuchy wykonane są z włókniny SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej – przód i rękawy dodatkowa warstwa PP-PE o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry fartucha spełniają wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie 3 dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji wideochirurgicznych zgodnego z SIWZ, jednakże w którym fartuchy wykonane są z włókniny SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w części wzmocnionej – przód i rękawy dodatkowa warstwa PP-PE o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry fartucha spełniają wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 8 i 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawów, które na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym posiadają etykietę z nazwą zestawu oraz pozostałymi wymaganymi informacjami. Brak oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. pakietu nr 43 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego do długich procedur, w którym:

- (pkt. 6,7,8,) samoprzylepna serweta górna, serweta dolna oraz serwety boczne wykonane są z dwuwarstwowego chłonnego, o dużej wytrzymałości laminatu,

z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej serwet (3 warstwy). Gramatura laminatu 55g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej gramatura 110g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro oraz odporność na przenikanie cieczy zgodna z SIWZ.

- (pkt. 6,7) serweta górna i dolna nie posiadają organizatorów przewodów.
  - (pkt. 9) serweta na stolik Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm.
- Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. wzoru umowy § 6 ust. 4**

Wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zastrzeżenia zgłoszone do wzoru umowy nie są zasadne. W szczególności zastrzeżenia w zakresie wysokości kar umownych. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana.**

## Zestaw XX

**Pytanie 1 dot. pakietu 29, poz. 8**

Prosimy o informację, czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do ostrzykiwania o długości 4mm-6mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, zapisy zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo- cenowym.**

**Pytanie 2 dot. pakietu 30, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aplikatora MAJ-675 do sterylizacji metodami niskotemperaturowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dot. pakietu 30, poz. 2**

W związku z wycofaniem z dystrybucji niesterylnych balonów do EUS-a zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 równoważnych balonów sterylnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. wzoru umowy sprzedaży i umowy komis 6D, zapisów SIWZ różnice w zapisach SIWZ § XVI, poz. 2.2 (kryteria) i Umowa § 2, poz.1, i § 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami Umowy termin dostaw jest liczony w dniach roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 5 do umowy komis z użyczeniem – załącznik nr 6D do SIWZ, §12 ust. 5 i 6**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 do umowy komis z użyczeniem – załącznik nr 6D do SIWZ, §12 ust. 12 i 13**



Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 30% wartości wskazanej w §1 ust. 4 (wartości szacunkowej umowy) liczona dla każdego Pakietu z osobna?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw XXI

### **Pytanie 1 dot. Pakietu 28**

Jakie to uzasadnione potrzeby legły u podstaw decyzji Zamawiającego, że w opisie przedmiotu zamówienia wymaga mocowania z dzianiny? Czy zamawiający dopuszcza mocowanie z elastycznej, miękkiej, regulowanej silikonowej gumki (pozostałe parametry bez zmian)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu 32, poz. 2**

Jakie to uzasadnione potrzeby legły u podstaw decyzji Zamawiającego, że w opisie wymaga długości szczotki 250 cm i średnicy główki czyszczącej 3 mm? Czy zamawiający dopuszcza długość 230cm i średnicę główki 5 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### **Pytanie 3 dot. Pakietu 32, poz. 3**

Jakie to uzasadnione potrzeby legły u podstaw decyzji Zamawiającego, że w opisie wymaga średnicy cewnika 1,9mm? Czy zamawiający podpuszcza średnicę cewnika 1,7 (pozostałe parametry bez zmian)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

## Zestaw XXII

### **Pytanie 1 dot. Pakietu 7, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę dolną w rozmiarze 33 x 55 cm z jedną taśmą samoprzylepną, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu 8- wymagania jakościowe- poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu nie posiadającego oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym oraz fioletowego oznaczenia z przodu, po lewej i po prawej stronie opakowania jednostkowego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.**

### **Pytanie 3 dot. Pakietu nr 9- wymagania jakościowe- poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu nie posiadającego oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym oraz pomarańczowego oznaczenia z przodu, po lewej i po prawej stronie opakowania jednostkowego ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę.**

### **Pytanie 4 dot. Pakietu 43**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego do długich procedur zgodnego z SIWZ, z następującymi różnicami:

- poz. 4- taśma lepna w serwecie górnej o długości 100 cm, dzielona na odcinki 15 cm + 70 cm+15cm
- poz. 6-8 serwety o gramaturze wynoszącej na całej powierzchni 74 g/m<sup>2</sup>, bez dodatkowych wzmocnień i organizerów przewodów, odporności na rozerwanie sucho/mokro 255/224 kPa, odporności na przenikanie cieczy 150 cm H<sub>2</sub>O
- poz. 9- wzmocnienie 90x75, grubość folii 55 mikronów
- poz. 10- taśma lepna z włókniny poliestrowej bez folii PE , o gramaturze 108 g/m<sup>2</sup>
- poz. 12- wykonana z folii polietylenowej, w strefie krytycznej posiada wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o rozm. 75 x 190 cm

**Odpowiedź: dla poz. 4 zamawiający wyraża zgodę. Dla pozycji 6-8 Zamawiający nie wyraża zgody. Dla pozostałych pozycji zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu 47**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o wytrzymałości na zrywanie po starzeniu 21 N? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu 48 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów 7,5 x 7,5 cm pakowanych nie po 5 szt. ale po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7 dot. Pakietu 48- wymagania i parametry graniczne**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów w opakowaniach zawierających etykietę główną z kodem kreskowym i wewnątrz 2 naklejki do dokumentacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8 dot. Pakietu 49 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha z następującymi różnicami w wymiarach (rysunek poniżej, wymiar D na rysunku występuje jako A):

Rozm. M- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi (na rysunku wymiar opisany jako A)

Rozm. L- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi


Rozm. LL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XLL- wymiar A: 170 cm +/- 5 cm; wymiar D: 86 +/- 2 cm

Poziom pylenia 2,9 log10 (przód, rękaw).

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9 dot. Pakietu 49 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z następującymi różnicami w wymiarach (rysunek w pytaniu do poz. 1):

Rozm. M- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi ( na rysunku wymiar opisany jako A)

Rozm. L- wymiar D: 79 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. LL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XL- wymiar D: 85 +/- 2 cm mierzone od wykroju szyi

Rozm. XLL- wymiar A: 170 cm +/- 5 cm; wymiar D: 86 +/- 2 cm

Właściwości zgodne z wymaganiami EN13795.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu 50**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny o gramaturze 20 g/m2 pakowanego po 100 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zestaw XXIII

**Pytanie 1 dot. Pakietu 5 – Endoproteza całkowita stawu skokowego**

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:

Anatomiczna bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile bearing; element puszczelowy i skokowy typu press-fit; element puszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); część puszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach każdy z nich

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (błąd w numeracji pakietu)**

## Zestaw XXIV

**Pytanie 1 dot. Pakietu nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklage” w pełnym asortymencie średnic, minimalne wymagania średnic 1,0mm, 1,5mm, 2mm, długości 10 m do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zestaw XXV

**Pytanie 1 dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od dnia otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w ust. 5” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu (§ 3 ust. 7 projektu umowy). Zamawiający wskazuje, iż wykonawca powinien dołożyć należytej staranności, aby dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad. Przy dołożeniu należytej staranności i dostarczeniu przedmiotu wolnego od wad procedura wskazana w § 3 ust. 7 w ogóle nie będzie miała zastosowania.**

**Pytanie 2 dot. Projektu umowy.**

W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

**Odpowiedź: W związku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierającym oświadczenie Wykonawcy o znajomości stanu majątkowego Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że na chwilę obecną nie zachodzą i według jego obecnej wiedzy nie będą zachodzić w okresie do końca trwania umowy**

**przetargowej wobec Zamawiającego przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).**

**Pytanie 3 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 10:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego **niedostarczonego w terminie**, za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego.**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego **dostarczonego z wadą**, za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.**

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 1 dzień roboczy Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.**

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

5. W związku z wprowadzeniem we wcześniejszych ustępach limitu kar umownych wnosimy o usunięcie tego zapisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 wzoru umowy 6c i 6d) oraz udostępnienia (dot. § 8 wzoru umowy 6b oraz § 9 wzoru umowy 6d), których wzory przesyłamy w załączeniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 4 wzoru umowy 6c i 6d).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw XXVI

**Pytanie 1 dot. pakietu 36 poz. Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu jednoczęściowego do ileostomii o średnicy do wycięcia 15-90 mm – pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dot. pakietu 36, Poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu jednoczęściowego do kolonostomii o średnicy do wycięcia 20-60mm lub 10-70 mm – pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dot. pakietu 36, Poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu jednoczęściowego do urostomii o średnicy do wycięcia 12-46 mm – pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dot. pakietu nr 36, Poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu jednoczęściowego Convex o średnicy do wycięcia 15-46 mm – pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. pakietu 36, Poz. nr 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu jednoczęściowego o pojemności 250 ml – pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. pakietu 37, Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki do systemu dwuczęściowego o średnicy do wycięcia 15-62 mm - pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 dot. pakietu 37, Poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki do systemu dwuczęściowego pediatrycznego o średnicy do wycięcia 15-28 mm - pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8 dot. pakietu 37, Poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka o średnicy do wycięcia 15-30 mm - pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## Zestaw XXVII

**Pytanie 1 dot. pakietu 34**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu w pakiecie nr 34 - czy Zamawiający miał na myśli przewód oddechowy od długości 1,7 m - zgodnie z aktualnymi informacjami w katalogu producenta oferowanego sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, wymagane są obwody oddechowe zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu dostawy do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zestaw XXVIII

### **Pytanie 1 dot. Pakietu 5, poz. 3,4,5**

Prosimy o dopuszczenie osłon, których opakowanie jednostkowe nie zawiera informacji o sposobie użycia (rozkładania) – produkty te nie posiadają szczególnych cech a ich budowa i sposób rozkładania są na tyle proste, że nie wymagają szczególnych instrukcji

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 2 dot. Pakietu 7, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej stokinety 30x122cm, bezlateksowa, wykonana z termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), wyściółka z poliestru Jersey. Stokineta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 3 dot. Pakietu 7, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie 2 taśm pakowanych osobno.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 4 dot. Pakietu 7, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej stokinety 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,9 \log_{10}$ ) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup>, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H<sub>2</sub>O), pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety w zestawie z 1 taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 5 dot. Pakietu 11**

Prosimy o dopuszczenie niesterylnego, jednorazowego, białego koca do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110x210 cm z możliwością podgrzania, wykonany z włókniny polipropyleowej o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> (warstwa zewnętrzna) i poliestrowej o gramaturze 88g/m<sup>2</sup> (wypełnienie) z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 6 dot. Pakietu 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasek ochronnej dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, posiadająca w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1  $\mu\text{m}$ ) > 99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, Pakowane po 10sztuk. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 7 dot. Pakietu 47**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych, kolor brązowy. Wewnętrzna warstwa ułatwiająca nakładanie wykonana z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min. 0,34 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankieta z fartucha chirurgicznego i

dodatkowo mankiet rolowany. Zawartość protein < 50 ug/g. Opakowanie foliowe, podciśnieniowe, długość min. 282 mm dla rozmiaru 6-6,5, długość min. 295 mm dla rozmiaru 7-9. Opakowanie 40 par. Rozmiary od 6.0 do 9.0.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 dot. Pakietu 49, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o poniższym składzie:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny o przedstawionym opisie, Zamawiający utrzymuje zapisy co do wymaganych dokumentów - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

**Pytanie 9 dot. Pakietu 49, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o poniższym składzie:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barrierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny o przedstawionym opisie, Zamawiający utrzymuje zapisy co do wymaganych dokumentów - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu 49, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o poniższym składzie:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 35 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny o przedstawionym opisie, Zamawiający utrzymuje zapisy co do wymaganych dokumentów - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

**Pytanie 11 dot. Pakietu 49, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o poniższym składzie:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barrierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha

oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny o przedstawionym opisie, Zamawiający utrzymuje zapisy co do wymaganych dokumentów - zgodnie z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.**

**Pytanie 12 dot. Pakietu 50**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego, niesterylnego, wykonanego z włókniny SPP o gramaturze min. 18 g/m<sup>2</sup>. Wiązany na troki w pasie i przy szyi; rękawy zakończone elastyczną nieuciskającą gumką. Dostępny w min. 3 wariantach kolorystycznych: żółtym, zielonym i niebieskim; rozmiary: L i XL. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I. Pakowane po 50 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13 dot. Pakiet 50**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego w kolorze żółtym, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wiązany w pasie i z przylepcem na szyi z rękawami zakończonymi nieuciskającymi elastycznymi gumkami. Fartuch dostępny w rozmiarach L i XL, obwód na dole fartucha dla rozmiaru L- min. 142 cm i dla rozmiaru XL- min. 152 cm. Fartuchy znakowane podwójnie jako środek ochrony osobistej kategorii I i wyrób medyczny klasy I. Pakowanych po 100 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

## Zestaw XXIX

**Pytanie 1 dot. Pakietu 50**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartucha ochronnego PP w kolorze zielonym, odporny na zrywanie, gramatura 24 g/m<sup>2</sup> 2 rękaw z mankietem; wiązany na troki ; rozmiar uniwersalny: 136x140 cm, środek ochrony indywidualnej PPE kat. I.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu 50**

Zwracamy si z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę za 1 szt. Do 4 miejsc po przecinku lub o wycenę za opakowanie handlowe zawierające 10 szt. Fartuchów z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

## Zestaw XXX

**Pytanie 1 dot. Pakietu 2, poz. 1:**

Czy na potwierdzenie, że zaferowane opaski spełniają wymogi Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty kart danych technicznych opasek, w których jest wskazane, że opaski elastyczne po procesie sterylizacji nie tracą swoich właściwości tj. nie tracą swojej elastyczności i nie żółkną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu 2, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**



**Pytanie 3 dot. Pakietu 2, poz. 1 i 2**

Jeżeli Zamawiający używa opasek z poz. 1 i 2 w warunkach bloku operacyjnego, to czy podobnie, jak w Pakiecie 48, oczekuje, aby opakowania wyrobów stosowanych na bloku operacyjnym opatrzone były etykietą TAG, która zbudowana jest z części nieusuwalnej oraz z dwóch fragmentów, które w łatwy i wygodny sposób można odkleić celem dołączenia do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni, spełniającego wymagania normy 13795-1,2,3 dla materiałów krytycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. Pakietu 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 szt. taśmy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. Pakietu 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozm. 80x30 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7 dot. Pakietu 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni, spełniającego wymagania normy 13795-1,2,3 dla materiałów krytycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8 dot. Pakietu 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z w rozm. 37x120 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9 dot. Pakietu nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO OPERACJI PRZEPUKLIN, gdzie:

11. Serweta na stolik Mayo odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 123/119 kPa. Pozostałe zgodnie z wymogami.
12. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, odporność na przenikanie cieczy min. 100 H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 40/40 kPa. Pozostałe zgodnie z wymaganiami
13. Serweta górna (ekran anestetyczny) samoprzylepna zgodnie z wymaganiami
14. Serweta dolna, samoprzylepna, zgodnie z wymaganiami
15. Serweta boczna, samoprzylepna zgodnie z wymaganiami
16. Taśma lepna wykonana z włókniny spunlance, tj. poliester + wiskoza + warstwa kleju o łącznej gramaturze 68 gr/m<sup>2</sup>. Pozostałe zgodnie z wymogami.
17. Fartuch: Zgodnie z wymaganiami
18. zgodnie z wymaganiami
19. Tupfer z gazy 17-nitkowej. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
20. Tupfer z gazy 17-nitkowej. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
21. zgodnie z wymaganiami
22. zgodnie z wymaganiami
23. zgodnie z wymaganiami
24. zgodnie z wymaganiami
25. zgodnie z wymaganiami
26. zgodnie z wymaganiami

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 dot. Pakietu nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści ZESTAW DO OPERACJI WIDEOCHIRURGICZNYCH, gdzie:

11. Serweta na stolik Mayo odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 123/119 kPa. Pozostałe zgodnie z wymogami
12. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o odporność na przenikanie cieczy min. 100 H<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 40/40 kPa. Pozostałe zgodnie z wymaganiami
13. Serweta górna (ekran anestetyczny) samoprzylepna zgodnie z wymogami
14. Serweta dolna, samoprzylepna zgodnie z wymaganiami
15. Serweta boczna zgodnie z wymogami
16. Fartuch. Zgodnie z wymaganiami

17. Zgodnie z wymaganiami
  18. Tupfer z gazy 17-nitkowej. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
  19. Zgodnie z wymaganiami
  20. Dren, który jest poza serwetą owinięciem, w opakowaniu zewnętrznym zestawu i we własnym opakowaniu, umożliwiającym aseptyczne zastosowanie
  21. Zgodnie z wymaganiami
  22. Zgodnie z wymaganiami
  23. Zgodnie z wymaganiami
  24. Taśma lepna wykonana z włókniny spunlance, tj. poliester + wiskoza + warstwa kleju o łącznej gramaturze 68 gr/m2 . Pozostałe zgodnie z wymogami.
  25. Zgodnie z wymaganiami
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11 dot. Pakietu 48**

Czy Zamawiający na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu sterylizacji wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 12 dot. Pakietu 48**

Czy Zamawiający na potwierdzenie oferowanych parametrów kompresów wymaga załączenia do oferty próbek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13 dot. Pakietu 49, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylne pełnoochronny fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami od zewnątrz, który spełnia wszystkie wymogi normy 13794?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14 dot. Pakietu 49, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny o gramaturze 35 g/m2 (strefa mniej krytyczna) i 75 g/m2 strefa krytyczna (włóknina o masie powierzchniowej 35 g/m2 i laminat o masie powierzchniowej 40 g/m2), o niskim poziomie pylenia równym 1,2 LOG 10 dla powierzchni krytycznych i 1,6 log 10 dla powierzchni mniej krytycznych, zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-10, oraz o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 65,9/64,8 kPa zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1, oraz o następujących rozmiarach i długościach:

1a	<b>M</b> dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54-76 cm
1b	<b>M</b> dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54- <b>76 cm</b>
1c	<b>L</b> dł. A 125-151 cm, B 115-143 cm, C 63-70 cm, D 54- <b>83 cm</b>
1d	<b>XL</b> dł. A 127-151 cm, B 115-143 cm, C 68-75 cm, D 54- <b>85</b>
1e	<b>XXL</b> dł. A 138-157 cm, B 128-149 cm, C 70-78 cm, D 56- <b>87 cm</b>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 dot. Pakietu 49 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny do standardowych procedur o bardzo niskim poziomie pylenia równym 1,22 LOG 10 zgodnie z normą PN-EN ISO 9073-10, oraz o odporności na rozrywanie na sucho/mokro 45,8/45,8 kPa zgodnie z normą PN-EN ISO 13938-1, oraz o następujących rozmiarach i długościach:

2a	<b>M</b> dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54- <b>76 cm</b>
2b	<b>M</b> dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54- <b>76 cm</b>
2c	<b>L</b> dł. A 115-130 cm, B 105-120 cm, C 63-70 cm, D 54- <b>83cm</b>
2d	<b>XL</b> dł. A 125-151 cm, B 115-143 cm, C 63- <b>74</b> cm, D 54-85 cm
2e	<b>XXL</b> dł. A 127-155 cm, B 115-149cm, C 68-77 cm, D 54-87cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16 dot. Pakietu 50**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch z włókniny o gramaturze 17 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17 dot. Pakietu 50**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch z włókniny o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 18 dot. projektu umowy:**

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny, co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r. KIO/2358/10 Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego oczekiwania i zaspokajał jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010r. KIO/UZP 352/10 „nie można oczekiwać, iż zlecający usługę świadczoną w dłuższym okresie czasu, a nie na przykład jednorazowo, będzie w stanie określić minimalną ilość towarów”.**

**Pytanie 19 dot. projektu umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 20 dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 oraz w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy;”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy i skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 21 dot. projektu umowy:**

Zważywszy, że § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego (proszę o krótki opis)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż „złym stanem majątkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy art. 490 § 2 k. c. określa się m. In. Niewystarczającą ilość środków stwarzającą możliwość braku spełnienia konkretnego świadczenia wzajemnego w terminie.**

**Pytanie 22 dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Treść § 6 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie

wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r. II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swojego zobowiązania ( tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).**

**Pytanie 23 dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości brutto zamówienia częściowego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie na towar wolny od wad”?

Treść § 6 ust. 2 wzoru umowy jest niejasna i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niewymienionego w terminie na wolny od wad, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: j. w.**

**Pytanie 24 dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto określonej w § 1 ust. 4” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: j. w.**

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

## Zestaw XXXI

**Pytanie 1 dot. pakietu 9**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do wideochirurgii, w którym:

- kompresy 10x20 cm pakowane są po 5 sztuk
- 3 opatrunki samoprzylepne z warstwą chłonną są w rozmiarze 6x7 cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XXXII

**Pytanie 1 dot. pakietu 37**

Czy Zamawiający w pakiecie 37 dopuszcza:

Poz. 1 płytką stomijna, hydrokoloidowa, mająca właściwości ochronne i pielęgnacyjne dla skóry, elastyczna – rozmiary: 40/10-35mm, 50/10-45mm, 60/10-55mm, 70/10-65mm

Poz. 2 zwracamy się o wyłączenie z pakietu płytki pediatrycznej, która ma inny rozmiar i nie może pasować do pozostałych pozycji (płytki dla dorosłych i płytki pediatryczne nie mogą pasować do tego samego worka z poz. 3 bo mają inne rozmiary)

Poz. 2 lub proszę o wyłonienie dodatkowej pozycji – worka pediatrycznego, który byłby kompatybilny z płytką pediatryczną

Poz. 3 worek w systemie dwuczęściowym, pasujący do płytek z poz. 1 i 4, przezroczysty

- otwarty zamykany na rzep – rozmiary: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

- urostomijny – rozmiary: 40 mm, 50 mm

Poz. 4 płytka stomijna, hydrokolodiwa, mająca właściwości ochronne i pielęgnacyjne dla skóry, elastyczna, wypukłość 6 mm – rozmiary: 40/10-20mm, 50/15-30mm, 60/15-40mm, 70/15-53mm i wypukłość 9 mm – rozmiary: 40/10-20mm, 50/15-30mm, 60/15-40mm, 70/15-43mm (do wyboru)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. pakietu 38**

Czy Zamawiający w pakiecie 38 dopuszcza:

Poz. 4 czy Zamawiający odstąpi od wymogu rękawa do irygacji jednoczęściowego i zgodzi się na ofertę rękawa w systemie dwuczęściowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania handlowe zawierające max. 10szt.**

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Faktura zostaje automatycznie wygenerowana z systemu, zaraz po złożeniu zamówienia. Ponieważ jest to system międzynarodowy, nie mamy możliwości ingerować w jej treść. Faktura może zawierać numer umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XXXIII

**Pytanie 1 dot. Pakietu 49, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności w obszarze wzmocnienia z przodu i na rękawach 66cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 dot. Pakietu 49, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o szerokości 61cm (wymiar C) ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3 dot. Pakietu 49, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o szerokości 63cm (wymiar C)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. Pakietu 49, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o szerokości 63cm (wymiar C)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5 dot. Pakiet 49, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o szerokości 61cm (wymiar C)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 dot. Pakiet 49, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o szerokości 63cm (wymiar C)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 dot. Pakiet 49, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o szerokości 63cm (wymiar C)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **22.10.2020 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje>.”

ust. 2 „Termin składania ofert upływa dnia **22.10.2020 r.**”

ust. 3 „Oferty zostaną otwarte **w tym samym dniu o godz. 11.00** w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 080 (środkowy pokój) – za pomocą ww. platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy). Aktualny załącznik dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego [www.copernicus.gda.pl](http://www.copernicus.gda.pl).

**Zatwierdził**

**Wiceprezes ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski**

Sporządziła Sekretarz komisji – Magdalena Fuławka

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk  
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100  
Sekretariat Biura Zarządu:  
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

[www.copernicus.gda.pl](http://www.copernicus.gda.pl)  
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl  
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości  
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064