

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:
„Zakup sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Zapytanie nr 1: Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi do Zadania nr 3: Bronchofiberoskop. W pytaniach od 1 do 8

Czy zamawiający dopuści jako równoważny Zestaw 20 bronchofiberoskop jednorazowy występujących w trzech rozmiarach Slim, Regular, Large z monitorem Ambu Aview 2 Advance (w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji) renomowanej firmy AMBU o następujących parametrach) :

Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny (20 szt. w zestawie)
- Technologia video (kamera, źródło światła)
- Pole widzenia 85
- Głębina ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)
- Oświetlenie LED
- Długość części roboczej 600 mm
- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- Zakres regulacji: do góry 180°/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)
- Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large
- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy oraz wprowadzenia każdego narzędzi dostępnych na rynku pasujących do kanału roboczego

Parametry monitora Ambu aView 2 Advance – 1 szt:

WYŚWIETLACZ	
Rozdzielczość	1920 x 1080 pikseli, Full HD
Orientacja	Pozioma
Typ ekranu	12,8" kolorowy TFT LCD
Czas uruchamiania	Natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania
POŁĄCZENIE	
2 x złącze USB	USB 3.0 typ A
Cyfrowe wyjście wideo	HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
WIFI	Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
LAN	Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
PAMIĘĆ	
Pojemność przechowywania	32 GB
System montażu	Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	
Napięcie zasilania	19,0 VDC; 3,43 ADC

Typ baterii	14,4 VDC 6500mAh
Czas działania baterii	minimum 3 h
Wskaźnik stanu naładowania baterii	sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%
Wymiary	Szerokość: 331 mm (13,03") Wysokość: 215 mm (8,46") Grubość: 52 mm (2,05") Masa: 2.7 kg (6,0 lb)
Masa	2.7 kg
KOMPATYBILNOŚĆ	
Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednorazowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny.	
SERWIS	
Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych.	
INNE	
Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchniowe przecieranie za pomocą husteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym.	
w zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówkę, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających	

„Zgodnie z wytycznymi krajowymi ds. zwalczania COVID-19 jaki i powszechnie dostępnymi światowymi rekomendacjami środowisk naukowych i lekarskich, zalecanym sprzętem do bronchoskopii w trakcie pandemii SARS-CoV-2 są bronchoskopy jednorazowe.”

W okresie panującej epidemii użycie urządzeń jednorazowych ogranicza możliwości zakażenia.

Zamawiający nie dopuszcza jak wyżej.

dot. zad. 1 videogastroskop

pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu kompatybilnego z oferowanym endoskopem?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści nowszej technologii Chip w końcówce endoskopu jakim jest matryca CMOS?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,8 mm?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia końcówki: góra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1100 mm?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści min. 3 programowalne przyciski endoskopowe?

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?

Wejście typu Luer w gastrokopie występuje tylko w endoskopach firmy Pentax, a więc ogranicza konkurencję.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 17

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 1400 mm?

Zgodnie z SWZ.

Zadanie 2 Videokolonoskop

pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu kompatybilnego z oferowanym endoskopem?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści nowszej technologii Chip w końcówce endoskopu jakim jest matryca CMOS?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika oraz końcówki 12,0 mm?

Zgodnie z SWZ.

pkt.9

Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1690 mm?

Zgodnie z SWZ.

pkt. 14

Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?

Wejście typu Luer w kolonoskopie występuje tylko w endoskopach firmy Pentax, a więc ogranicza konkurencję.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 18

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 19

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Pentax.

Zgodnie z SWZ.

pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2010 mm?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) spowodują wymianę tego elementu / podzespołu na nowy.” ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas naprawy liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by urządzenie zastępcze dostarczane było w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Każdą naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji (...)” ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% do 0,1% ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika 1.3 do SIWZ Bronchofiberoskop pkt 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji głębokości ostrości + - 2mm

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika 1.3 do SIWZ Bronchofiberoskop pkt 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji średnicy wziernika + - 0,1mm

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika 1.3 do SIWZ Bronchofiberoskop

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany bronchofiberoskop wyposażony był we wlot kanału biopsyjnego typu LUER? Jest to najbardziej typowe złącze, kompatybilne z największą liczbą narzędzi.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika 1.3 do SIWZ Bronchofiberoskop

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany bronchofiberoskop wyposażony był w zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy załącznika 1.3 do SIWZ Bronchofiberoskop

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany bronchofiberoskop wyposażony był w system optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii?

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Baranś