



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6

skr. poczt. 119

tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00

e-mail: wsse.lublin@sanepid.gov.pl, www: <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.2.120.2024

Lublin, dnia 12.03.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na „ Dostawę systemu do identyfikacji bakterii z rodz. Enterobacteriaceae do aparatu VITEK 2GN”.*

Zamawiający, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie niniejszym informuje, że w dniu 11.03.2024 r. w postępowaniu prowadzonym poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) na, *Dostawę systemu do identyfikacji bakterii z rodz. Enterobacteriaceae do aparatu VITEK 2GN”* , wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5-15 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 dni roboczych.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy certyfikatu jakości przy dostawie na rzecz samodzielnego pobrania z udostępnionej strony internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 poz. 1 i wyraża zgodę na odstąpienie dostawy certyfikatu jakości przy dostawie i samodzielnie pobierze certyfikat z udostępnionej strony internetowej.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt z 6 miesięczną datą ważności od momentu dostawy?

Odpowiedź: : Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 poz. 1 i wyraża zgodę na dostarczenie produktu z 6 miesięczną datą ważności od momentu dostawy.

Pytanie 4

Dotyczy formularza cenowego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym produktu, gdyż taka informacja widnieje na wystawionej fakturze VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 Formularz oferty i dodaje kolumnę z numerem katalogowym produktu.

Do odpowiedzi Zamawiający dołącza na stronie internetowej prowadzonego postępowania nowy Załącznik nr 1 Formularz oferty.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sporządziła: Agnieszka Żybura