

L.dz. DZP / 242 / 25 / 2025

Dotyczy: postępowania nr TP-18/25 prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia do rehabilitacji pacjentów onkologicznych do Ośrodka Rehabilitacji Onkologicznej.

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 2 - Aparat do elektroterapii, do terapii ultradźwiękowej oraz do laseroterapii oraz Pakietu nr 3 – Aparat do elektroterapii, do terapii ultradźwiękowej, do laseroterapii oraz do magnetoterapii.

Pytanie nr 1, dot. II Warunki instalacji i gwarancji, poz. 4:

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczania dokumentu DTR? Producent aparatu dostarcza wyłącznie instrukcję obsługi i nie posiada dokumentu DTR.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem dostarczenia wszelkich dokumentów dotyczących aparatu, niezbędnych do jego eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 2, dot. III Serwisu gwarancyjnego, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych? Producent urządzenia nie wymaga przeprowadzania takich przeglądów.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy spełnieniu pozostałych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3, III Serwis gwarancyjny, poz. 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby Wykonawca powiadamiał Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania okresowego przeglądu technicznego, w sytuacji, gdy producent urządzenia nie przewiduje konieczności takich przeglądów?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy spełnieniu pozostałych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:
Maciej Czarnecki- Pełnomocnik