



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 27...-12-2018 r.

W.Sz.Z: TZ-280-121/18

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki- 4 zadania

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 koszulek naczyniowych krótkich o długości 10 cm oraz koszulek naczyniowych długich o długości 25 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 stentów uwalniających lek sirolimus z biodegradowalnego polimeru, w sposób abluminalnych-gradientowy, bezpośrednio do ściany naczynia krwionośnego, balon wysokociśnieniowy, ciśnienie nominalne 9 atm i RBP 16atm/14atm (dla 3,5-4,0mm), z potwierdzoną badaniami randomizowanymi możliwość bezpiecznego skrócenia DAPT do 1 miesiąca, z informacją zawartą w instrukcji obsługi. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 zestawów wprowadzających do tętnicy promieniowej 5F, 6F o długości 7cm i 10cm, w zestawie z przewodnikiem stalowym typu mini spring 0,018"/0,021"/0,025" oraz zestawów do ucisku tętnicy promieniowej na zasadzie pompowanej opaski jednorazowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Toruniu

mgr Marcin Robaczewski



Województwo
Kujawsko-Pomorskie