

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 29.08.2023
EZ/350/58/2022/...638

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 58/2023 Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z przeszkoleniem systemów planowania radioterapii oraz doposażenia akceleratora

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Punkt VIII SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 1. Termin realizacji zamówienia: „Czy mając na uwadze przedłużające się terminy dostaw Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu odnośnie realizacji zamówienia na: Dostawa systemów planowania radioterapii oraz doposażenia akceleratora do dnia 30.11.2023, instalacja i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników do dnia 15.12.2023”?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.2

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „w oferowanej stacji” słowami „w oferowanym oprogramowaniu systemu”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia zapis na proponowany przez Wykonawcę.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.3

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „przez oferowaną stację” słowami „przez oferowane oprogramowanie”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia zapis na proponowany przez Wykonawcę.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.4

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „przez oferowaną stację” słowami „przez oferowane oprogramowanie”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia zapis na proponowany przez Wykonawcę.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.5

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie niniejszego parametru jako niemającego możliwości zastosowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla parametr.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.6

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie niniejszego parametru jako niemającego możliwości zastosowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla parametr.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.7

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie niniejszego parametru jako niemającego możliwości zastosowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla parametr.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Lekarska stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 2.8

Opis wymaganych parametrów technicznych dla lekarskiej stacji planowania leczenia obejmuje oprogramowanie dla systemu weryfikacji i zarządzania, bez dedykowanego komputera dla tego systemu.

Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie niniejszego parametru jako niemającego możliwości zastosowania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla parametr.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Fizyczna stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 1.9
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w opisie parametru mowa jest o oferowanym oprogramowaniu systemu weryfikacji i zarządzania w ramach lekarskiej stacji planowania leczenia. Opis wymaganych parametrów technicznych dla fizycznej stacji planowania leczenia nie obejmuje oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Fizyczna stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 1.10

Opis wymaganych parametrów technicznych dla fizycznej stacji planowania leczenia nie obejmuje ani oprogramowania dla systemu weryfikacji i zarządzania ani kompletnej stacji.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego” słowami „planowania leczenia”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Fizyczna stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 1.11

Opis wymaganych parametrów technicznych dla fizycznej stacji planowania leczenia nie obejmuje ani oprogramowania dla systemu weryfikacji i zarządzania ani kompletnej stacji.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego” słowami „planowania leczenia”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 3 do SWZ, Fizyczna stacja planowania leczenia, Parametry oceniane, tabela, poz. 1.12

Opis wymaganych parametrów technicznych dla fizycznej stacji planowania leczenia nie obejmuje ani oprogramowania dla systemu weryfikacji i zarządzania ani kompletnej stacji.

Z uwagi na powyższe prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie słów „systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego” słowami „planowania leczenia”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 4 do SWZ, Warunki gwarancji, § 4, ust 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w ten sposób, że otrzyma ono brzmienie;

Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem na nr ... lub e-mail: ...) i udostępnienia sprzętu Wykonawcy. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin ten upływa z końcem następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 4 do SWZ, Warunki gwarancji, § 4, ust 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych, Zamawiający dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE

Załącznik nr 4 do SWZ, § 4 ust. 6

W celu usunięcia wątpliwości co do zakresu gwarancji, Zamawiający proszony jest o dodanie w treści w nawiasie, treści w brzmieniu: „jak i wad lub uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi w stosunku do przedmiotu umowy.”;

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dodaje powyższy zapis.

PYTANIE

Załącznik nr 4 do SWZ, § 5 ust. 1 pkt 1.1. oraz § 6 lit. C

Zamawiający proszony jest o skorygowanie odwołania; jest odwołanie do §2 ust. 1 pkt 1, powinno być do §2 ust. 1 umowy;

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia zapis na wyżej wskazany.

PYTANIE

Załącznik nr 4 do SWZ, § 6 tiret 8 po literze d

Zamawiający proszony jest o skorygowanie dowołania; jest odwołanie do § 3 ust. 2, powinno być do § 3 ust. 1 umowy;

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprawia zapis na wyżej wskazany.

PYTANIE


Załącznik nr 4 do SWZ, § 6 tiret 12 po literze d

W celu usunięcia wątpliwości co do użytego pojęcia „dostawa”, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w tym kontekście pojęcie to oznacza dostarczenie aparatury do miejsca jej instalacji oraz uruchomienia

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



Mgr inż. Magdalena Kraszewska