



Wrocław, 02.08.2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem: bezolejowej pompy próżniowej, 2 szt. aparatu do pomiaru ACT, generatora do litotrypsji dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej; znak sprawy:4WSzKzP.SZP.2612.58.2023

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu 4 załącznika nr 2 do swz zestawów wprowadzających do dostępu podkolanowego o dostępnej średnicy tylko 4F. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry określone w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 4- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 12 pakietu 4 załącznika nr 2 do swz przewodników obwodowych sztywnych o dostępnej średnicy tylko 0.035”.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry określone w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Z uwagi na wycofanie produktów z oferty prosimy o wykreślenie z pakietu 4 pozycji 21 i 22 oraz z pakietu 5 pozycji 4.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie:

- z pakietu nr 4 poz. 21 i 22;
- z pakietu nr 5 poz. 4

(do pobrania poniżej zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ)

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*