



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22
Nr KRS 0000006495; **NIP** 671-15-54-411; **REGON** 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Szczecinie

Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg
tel. centr. +48 94/35 44 620
NIP 671-15-54-411

Kołobrzeg, dnia 09.10.2023 r.

Nr postępowania: 27/2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego z podziałem na 10 zadań”.

Zamawiający na podstawie zapisów pkt 8 ppkt 1 zapytania ofertowego informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia. W związku z powyższym zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

zadanie nr 5

pytanie nr 1:

czy zamawiający dopuści do postępowania i uzna za spełniający zgodnie z treścią zapytania ofertowego aparat do dwukanałowej elektroterapii o poniższych parametrach technicznych:

- 1 Aparat 2-kanałowy do elektroterapii
- 2 Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem
- 3 Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów
- 4 Dostępne prądy:
 - Galwaniczny,
 - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny,
 - Rosyjska stymulacja - prąd Kotza
 - Impulsy trapezoidalne
 - Impulsy stymulujące
 - Impulsy prostokątne
 - Impulsy trójkątne
 - Impulsy eksponencjalne
 - Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym
 - Impulsy łączone
 - Impulsy Przerywane
 - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty),
 - 2-polowa interferencja
 - 4-polowa interferencja
 - Izoplanarne pole wektorowe
 - Fale o średniej częstotliwości
 - Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta
 - Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha
 - HVT
 - Impulsy IG
 - Modulowany prąd impulsowy
 - Prąd VMS
 - Prąd Kotza
 - EPIR
 - Prąd Leduca
 - Fale H

- Mikroprądy
 - Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta
 - Stymulacja spastyczna wg Jantscha
 - Elektrodiagnostyka
- 5 Prosta zmiana polaryzacji elektrod
 - 6 Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)
 - 7 Programowalne sekwencje (zestawy) prądów
 - 8 Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.
 - 9 Test jakości elektrod
 - 10 Sygnały dźwiękowe
 - 11 Kontrola kontaktu elektrod ze skórą
 - 12 Regulacja kontrastu ekranu
 - 13 Możliwość zmiany kolorów ekranu
 - 14 Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu
 - 15 Płynna modyfikacja parametrów prądów
 - 16 Sekwencje zapisywane przez użytkownika (150)
 - 17 Historia ostatnich 20 zabiegów
 - 18 Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)
 - 19 Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (500)
 - 20 Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi
 - 21 Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych
 - 22 Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie
 - 23 Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie
 - 24 Wielojęzyczne menu
 - 25 Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii
 - 26 Identyfikacja i test akcesoriów
 - 27 Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, zasilacz.
 - 28 Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
 - 29 Klasa bezpieczeństwa II (wg IEC 536)
 - 30 Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz
 - 31 Waga aparatu 3 kg
 - 32 Wymiary 380 x 190 x 260 mm

odpowiedź:

zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w następujący sposób:

1. w treści zapytania ofertowego z dnia 03.10.2023 r. w pkt 7 Miejsce, termin składania i otwarcia ofert wprowadza się następujące zmiany:
 - „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez: **Platformę** do dnia: **13.10.2023 r. do godz. 10:00**
 - 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: **13.10.2023 r. do godz. 10:15”**

Przypomina się wykonawcom, iż niniejsze wyjaśnienia wraz z modyfikacjami stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany w treści złożonych ofert. Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają niezmienione.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
/-/ lek. med. Maria Pietryk