



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 16.11.2021 r.

DZP – 33/2021

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza a nie wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2 poz. 11-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów TYVEK ze wskaźnikiem chemicznym o gramaturze 64,4 g/m²?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów TYVEK ze wskaźnikiem chemicznym o gramaturze 64,4g/m².

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza a nie wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej i nadtlenu wodoru z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego, zabicia bakterii po 20 minutach, jeżeli Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na czas realizacji umowy autoczytnik – inkubator (na podstawie osobnego porozumienia – protokołu nieodpłatnego użyczenia)? Oferowany system szybkiej kontroli sterylizacji parą wodną spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, w tym jednocześnie obsługuje dwa typy wskaźników biologicznych (para i nadtlenek wodoru) oraz opcjonalnie pozwala na wydruk wyników kontroli procesu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiolkowych wskaźników biologicznych w opakowaniach po 50 szt. podobnie jak wskaźniki w pozycji 1? Dostarczone wskaźniki mają 24 miesięczny okres trwałości.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 – dot. zapisów umowy §8 ust. 3

Prosimy o obniżenie kar z 30% do 20%.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umownych.

Z poważaniem

Z-CIA DYREKTORA
ds. Technicznych - Administracyjnych
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Bytomiu
Marcin Briks