

Gdańsk, dnia 19 października 2020 r.

D10.251.52.F.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH (51 PAKIETÓW)” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 155-378800 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw I

Pytanie 1 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dwuwarstwowego zestawu uniwersalnego o gramaturze 62g/m² dodatkowo w strefie krytycznej posiadające wzmocnienia o gramaturze 70 g/m² - całkowita gramatura w strefie krytycznej = min. 132g/m².

- Skład zestawu:
- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
 - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
 - 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm
 - 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
 - 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
 - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
 - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm



Odporność na przenikanie wody 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej. Zestaw pakowany w karton zbiorczy, zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 43, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, aby dwie etykiety przylepne w języku polskim zawierały informację o nazwie, numerze katalogowym, serii, dacie ważności, oraz informację o producencie/importerze/dostawcy w zależności od asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu 43, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawach obłożeń taśmy lepnej włókninowej o wymiarach 9x50cm wykonanej z mocnej, elastycznej włókniny Spunlace o grubości 0,36mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 47, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od informacji AQL podanej na opakowaniu zbiorczym. Poziom AQL rękawic, które chcemy Państwu zaoferować spełnia wymogi SIWZ i zostanie potwierdzony kartą techniczną producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dot. pakietu 49, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w powyższych pozycjach fartuchów chirurgicznych w rozmiarach M-XXXL, o następujących wymiarach:

Długość fartucha (A):	Szerokość(C) mierzona pod pachami:	Długość rękawa (D):	Długość rękawa (D) mierzona od wykroju szyi:	
M	120	74	49	65
L	130	76	54	72
XL	140	78	59	80
XXL	150	80	64	86
XXXL	160cm	82	69	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary, przy zachowaniu pozostałych wymogów.

Pytanie 6, dot. pakietu 49, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, aby fartuchy pakowane były z ręcznikami do osuszania rąk wykonanymi z wiskozy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **27.10.2020 r.**, w następujący sposób:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 „Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje>.”

ust. 2 „Termin składania ofert upływa dnia **27.10.2020 r.**

ust. 3 „Oferty zostaną otwarte **w tym samym dniu o godz. 11.00** w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 080 (środkowy pokój) – za pomocą ww. platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządziła Sekretarz komisji – Magdalena Fuławka