

Wodzisław Śląski 05.12.2023 r.

L.dz. TP /23

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów
do diagnostyki
Nr sprawy 28/ZP/2023

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 miał na myśli próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha), średnica miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

Odpowiedź: Oczekujemy próżnociąg : jałowy, typu „dzwon”, miękka miseczka, z zegarem odczytu próżni. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. Pakietu nr 13 przedmiotowego zamówienia:

Pytanie nr 1 do zadania nr 13 poz.1

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę kulkowa o długości właściwej 110mm (bez elementu wkładanego do uchwytu) ? Jednocześnie prosimy o określenie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrody kulkowej o średnicy 3mm? 4mm? Czy 5mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 do zadania nr 13 poz.2

Czy zamawiający dopuści do postępowania Elektrode szkatułkową, prostą, 2,3 x 19 mm, długość roboczej 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści gąbkę wymagającą splukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści produkt oferowany na 23% stawce VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści równoważne prostokątne myjki do przedoperacyjnego mycia ciała, a także do codziennego stosowania, nie wymagające użycia wody oraz splukiwania, wykonane z miękkiej włókniny w rozmiarze 22 cm x 22 cm, nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, która działa szybko i skutecznie, antybakteryjne, z możliwością wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, myjki jednorazowego użytku, pakowane po 4 sztuki w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Dot. Projektu umowy zał. Nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 5 ust. 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 15 pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści: Iгла do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 27G x 90mm z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku, z podłużnym oczkiem wypływu leku, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą 0,7 x 30mm, uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do operacji dysku o wymiarach 200cm x 320cm, z otworem 25cm x 30 cm wypełniony folią operacyjną?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z osłoną na stolik Mayo ze wzmocnieniem z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z ręcznikami w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą samoprzylepną typu rzep o wymiarach 2cm x 22cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetą na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm wykonanej z folii PE + wzmocnienie w strefie krytycznej włóknina (wiskoza+poliester) o gramaturze 77g/m²?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m², odporność na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocnienia SM o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do operacji przepukliny o wymiarach 200cm x 320cm, z otworem 25cm x 30 cm wypełniony folią operacyjną?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami 17 nitek pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z materiału typu SMS o gramaturze 50g/m², odporność na przenikanie cieczy 41,7cm H₂O, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa wzmocnienia SM o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi w którym szwy trójścieżkowe wykonane są techniką ultradźwiękową typu prostego, nieprzemakalność 39cm H₂O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw DHS o poniższym składzie i parametrach:

- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m²

- 1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania


- 1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²

- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową dł. 156 mm, trzonek 2,4mm jednorazową, sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową dł. 153 mm, trzonek 2,4mm jednorazową, sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do swz

1.Dot. § 3 umowy Czy zamawiający wprowadzi do umowy postanowienie:

„Na podstawie regulacji w art. 455 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na zasadach i warunkach określonych i dozwolonych przez prawo, w szczególności poprzez niniejsze jednoznaczne postanowienia umowne:

Strony dokonują zmiany parametrów jakościowych i/lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu albo oznaczenia handlowego;

Strony, o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dokonają zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

W przypadku wstrzymania produkcji asortymentu określonego w formularzu asortymentowo-cenowym albo wycofania go z obrotu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy albo w przypadku czasowej niedostępności produktu w obrocie na terytorium RP lub wygaśnięcia świadectwa rejestracji dopuszczenia do obrotu na terenie RP, o których to zdarzeniach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, Strony dopuszczają dostawę zamienników o nie gorszych parametrach od tych zaoferowanych w ofercie, występujących pod inną nazwą handlową, jeżeli zostanie zachowana przetargowa cena netto. Przy braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę zamiennika w sytuacjach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego towaru z umowy przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia o wartość asortymentu wyłączonego z umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem