



Szp/FZ – 40/431/2021

Wrocław, dnia 20.08.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa mammografu*”

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ, Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, pkt 77: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji opisowej dla radiologa bez funkcji negatoskopu? Oferowana stacja opisowa posiada wszystkie pozostałe narzędzia i funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stacji opisowej dla radiologa bez funkcji negatoskopu przy zachowaniu pozostałych parametrów aparatu bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ, Inne wymagania, pkt. 5: Prosimy Zamawiającego o podanie dostawcy systemów HIS/RIS/PACS, z którymi należy zintegrować oferowany mammograf oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w SWZ w Rozdziale nr IV pkt 8 jakimi systemami informatycznymi dysponuje. Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami dla systemów firmy Asseco oraz Agfa.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdzi, że w pomieszczeniach mammografu istnieje sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach istnieje wentylacja mechaniczna, która zapewnia 1,5 krotność wymiany powietrza zgodnie z wymogami pomieszczeń diagnostyki radiologicznej.

Pytanie nr 4


Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie starszych niż 1 rok. Bez tego nie będzie możliwe złożenie projektu osłon stałych w WSSE.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wyniki pomiarów wydajności skuteczności wentylacji z kwietnia 2019 r., które może udostępnić. Z chwilą opracowywania przez Wykonawcę projektu osłon stałych Zamawiający zleci aktualizację pomiarów wentylacji w przedmiotowym pomieszczeniu.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy? Jeśli transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności serwisu windy podczas dostawy urządzenia.

Odpowiedź: Pracownia Mammografii i USG Piersi zlokalizowana jest w Ośrodku Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Nowotworów na poziomie -1 (niski parter). Na drodze nie występują schody. Windy znajdują się w budynku, ale nie ma konieczności korzystania z nich.



Pytanie nr 6

Jeśli urządzenie ma być instalowane na wyższych kondygnacjach budynku, w którym nie ma wind czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia za pomocą dźwigu przez wykonany w tym celu otwór w ścianie zewnętrznej budynku.

Odpowiedź: *Nie dotyczy (patrz odpowiedź na pytanie nr 5)*

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy)

Odpowiedź: *Zamawiający zapewni dostępność zasilania 5kVA w pomieszczeniu, w którym ma być montowany mammograf.*

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź: *Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym wewnętrznym adresem IP. Zamawiający potwierdza że jeżeli urządzenie będzie posiadało możliwość połączenia VPN to Zamawiający umożliwi zdalny dostęp.*

Pytanie nr 9

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytaniem nr 8.*

Pytanie nr 10

Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytaniem nr 8 i 9.*

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.

Odpowiedź: *Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie usytuowany mammograf. Pomieszczenie obecnie służy jako pracownia USG.*

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający udostępnia rzut niskiego parteru w formacie PDF. Pomieszczenie, w którym ma być montowany mammograf to obecnie pracownia USG (lp. 0.35) przy wejściu głównym.*

Plik w Załączeniu

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie.



Odpowiedź: *Po stronie Wykonawcy istnieje uzupełnienie/wymiana wykładziny w obszarze wykonywanych robót przez Wykonawcę.*

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe).

Odpowiedź: *Wykonawca powinien przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Rodzaj i ilość drzwi powinien wynikać z projektu osłon stałych, który opracowuje Wykonawca.*

Pytanie nr 15

Prosimy o informację jakie prace remontowe przewiduje Zamawiający za wykonanie, których odpowiedzialny będzie wykonawca? Prosimy o ich wyszczególnienie.

Odpowiedź: *Należy wykonać wszystkie prace ogólnobudowlane związane z dostawą i montażem urządzenia przez Wykonawcę. Ponadto pomieszczenie należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.*

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

Odpowiedź: *Patrz odpowiedź na pytanie nr 14.*

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odpowiedź: *Min. 1400 planowanych ekspozycji w tygodniu*

Pytanie nr 18

Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni mammografii.

Odpowiedź: *Pod pomieszczeniem pracowni znajdują się fundamenty budynku.*

Pytanie nr 19

Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii.

Odpowiedź: *W budynku stropy wykonane są z płyt żelbetowych monolitycznych gr. 22 cm w układzie ciągłym trzyprzęsłowe i krzyżowo-zbrojone.*

Pytanie nr 20

Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni mammografii (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie.

Odpowiedź: *Pod przedmiotowym pomieszczeniem pracowni znajdują się fundamenty budynku. Nad pomieszczeniem pracowni znajdują się pomieszczenia Pododdziału Chemioterapii Diennej. Obok pomieszczenia pracowni, znajduje się istniejące pomieszczenie pracowni mammografii. W tych pomieszczeniach stale znajdują się ludzie.*

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*



Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej,

Odpowiedź: *W zakresie wykonawcy należy opracowanie koncepcji / projektu aranżacji pomieszczenia wraz z usytuowaniem urządzenia.*

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

Odpowiedź: *Zamawiający będzie wymagał kompletu dokumentacji niezbędnego do uruchomienia pracowni (certyfikaty, atesty użytych materiałów w tym wykładziny podłogowej, pomiary instalacji elektrycznej, informatycznej, ew. wykonanej instalacji wentylacyjnej, rezystancji el.).*

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf.

Odpowiedź: *W przedmiotowym pomieszczeniu nie znajduje się kabel zasilający mammograf. Po stronie Wykonawcy należy dobór odpowiedniego kabla zasilającego do oferowanego urządzenia.*

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

Odpowiedź: *Rozdzielnia elektryczna znajduje się w odległości ok. 20-25 mb.*

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf*

Pytanie nr 27

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu mammografu będzie leżało po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: *Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.*

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie nr 29

Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

Odpowiedź: *Wykonawca nie może ingerować w istniejącą i pracującą wentylację budynku. Natomiast jeżeli zalecenia Producenta urządzenia będą wymagały innych parametrów niż istniejące to należy zaprojektować osobny układ lub zaproponować inne rozwiązanie Zamawiającemu niezależne od istniejącego, obecnie pracującego.*



Pytanie nr 30

Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

Odpowiedź: *Ewentualne miejsce do posadowienia centrali wentylacyjnej może znajdować się w istniejącej wentylatorowni zlokalizowanej blisko pomieszczenia pracowni na poziomie niskiego parteru.*

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.

Odpowiedź: *Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia pomieszczenia pracowni mammografii spełniającego wytyczne producenta oferowanego urządzenia.*

Pytanie nr 32

Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu?

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza powyższe.*

Pytanie nr 33

W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

Odpowiedź: *Zamawiający sugeruje, żeby w przypadku montażu centrali wentylacyjnej, Wykonawca przewidział również układ chłodzenia. W przypadku braku montażu centrali wentylacyjnej Zamawiający wyraża zgodę na instalację jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.*

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Odpowiedź: *Zamawiający określił te wymagania w Załączniku nr 1.1*

Pytanie nr 35

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 36

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje wykonania kanałów kablowych pod powierzchnią podłogi. Za wykonanie podłączenia i odpowiednich dróg kablowych odpowiada Wykonawca.*

Pytanie nr 37

Jeśli Zamawiający oczekuje wykonania kanałów kablowych pod powierzchnią podłogi – to prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma naprawić wykładzinę podłogową w miejscu wykonania kanałów .



Fabrycznie nowa wykładzina będzie miała inny kolor niż ta sama, która jest położona w pomieszczeniu. Czy Wykonawca będzie miał obowiązek ułożyć nową wykładzinę w całym pomieszczeniu?

Odpowiedź: *Wykonawca ma obowiązek wstawić/uzupełnić wykładzinę w miejscach wykonywanych robót, dostosowując kolorystykę i rodzaj do istniejącej.*

Pytanie nr 38

Kto jest gwarantem istniejących instalacji elektrycznych i sieciowych na obiekcie?

Odpowiedź: *Istniejąca instalacja elektryczna i sieciowa na obiekcie posiada rękojmię i gwarancję. Wykonawcą instalacji jak i całego pawilonu jest IT Tender Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakładowej 17, 62-064 Plewiska.*

Pytanie nr 39

Kto jest gwarantem budynku?

Odpowiedź: *Gwarantem wszystkich robót jest IT Tender Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakładowej 17, 62-064 Plewiska.*

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonanie oczekiwanych przez Zamawiającego prac adaptacyjnych nie będzie przez Zamawiającego i Gwaranta traktowane jako naruszenie warunków gwarancji.

Odpowiedź: *Przedmiotowy zakres prac adaptacyjnych zostanie wyłączony z zakresu gwarancji IT Tender Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zakładowej 17, 62-064 Plewiska.*

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie producenta i typu mammografu przeznaczonego do utylizacji.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że producentem mammografu przeznaczonego do utylizacji jest firma GE Medical System typ Performa Stereo MGF-110 (nr seryjny 12301, rok produkcji 2007).*

Pytanie nr 42

Prosimy o podanie informacji gdzie znajduje się mammograf przeznaczony do utylizacji.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że mammograf przeznaczony do utylizacji znajduje się w Magazynie wolnostojącym na terenie Szpitala przy ul. Kamińskiego 73a we Wrocławiu.*

Pytanie nr 43

Prosimy o podanie jakiego producenta jest używany przez Zamawiającego system RIS.

Odpowiedź: *Zamawiający wskazał w SWZ w Rozdziale nr IV pkt 8 jakimi systemami informatycznymi dysponuje. Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami dla systemów firmy Asseco oraz Agfa.*

Pytanie nr 44

Dotyczy punktu 5 opisu przedmiotu zamówienia – z jakim oprogramowaniem ma zostać zintegrowane dostarczane urządzenie.

Odpowiedź: *Zamawiający wskazał w odpowiedzi na pytanie nr 2 w Informacji nr 1 dla Wykonawców oraz w SWZ w Rozdziale nr IV pkt 8 jakimi systemami informatycznymi dysponuje.*

Pytanie nr 45

Dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 1:

Mając na względzie fakt, iż rękojmią jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla



Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 8 ust. 1 i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie do § 8 ust. 1 kolejnego zdania o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo odstąpienia od umowy na podstawie rękojmi.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46

Dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 2 pkt 5): Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: „5) wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku 3 awarii w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących wyłączenie go z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 47

Dotyczy wzoru umowy Par. 11 ust. 1 pkt. 2)-4): W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 48

Dotyczy wzoru umowy Par. 14:

Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym dane osobowe. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie, proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności opisane w par. 14 dotyczyło zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par 14 ust 2 w następujący sposób:



Było:

„ 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 pkt 1) -7) niniejszego paragrafu, może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jest:

„ 2. Wykonawca i Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 pkt 1) -7) niniejszego paragrafu, może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pytanie nr 49

Dotyczy SWZ str. 10 pkt. XV. 1.1) oraz Załącznika nr 1.1 do swz kol. 4: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko i wyłącznie tych przypadków, których potwierdzenia brak w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu.

Pytanie nr 50

Dotyczy SWZ str. 10 pkt. XV. 1.1) oraz Załącznika nr 1.1 do swz kol. 4: Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia (poprzez wskazanie numeru strony) w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych jedynie parametrów technicznych oferowanego mammografu wymaganych w Załączniku nr 1.1 do swz, a nie np. wymogów odnoszących się do świadczenia usług serwisowych, integracji czy wyposażenia dodatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab.  Wojciech Witkiewicz

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszak