



Puck, dn. 20.06.2023 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych i obłożeń znak ZP/07/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zakres 4 Poz. 1,2,3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 2-4 min., pakowanych a' 2 szt. z wyceną 1 sztuki? Pozostałe parametry opasek bez zmian.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.
2.	Zakres 4 Poz. nr 13, 14 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry plastrów bez zmian.	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o parametrach opisanych w pytaniu.
3.	Zakres 14 Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
4.	Zakres 14 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
5.	Zakres 14 Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3,3 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
6.	Zakres 14 Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika o	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

	pojemności 800 ml, kompatybilnego z użyzonym urządzeniem.	
7.	Zakres 14 Poz. nr 4, 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zbiorników bez skali, ze zintegrowanym filtrem, kompatybilnych z użyzonym urządzeniem?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 20.06.2023 r.