



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 24/ZP/2023
DZP/237/2023

Zgorzelec, dnia 28.09.2023r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1605 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 igieł do znieczuleń typu Pencil Point z prowadnicą z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR w rozmiarach: Poz. 1 25G x 3 1/2?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 6 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 igieł do znieczuleń typu Pencil Point z prowadnicą z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR w rozmiarach: Poz. 2 27G x 3 1/2?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 igieł do znieczuleń typu Pencil Point z prowadnicą z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnicę skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlif igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR w rozmiarach: Poz. 3 27G x 4?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L, z otworem wrzutowym o średnicy 60mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 3 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1L, z otworem wrzutowym o średnicy 60mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2L, z otworem wrzutowym o średnicy 70mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 3 poz. 5 oraz 11

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5L, z otworem wrzutowym o średnicy 100mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10L, z otworem wrzutowym o średnicy 100mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 3 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 20L, z otworem wrzutowym bez specjalnych wcięć umożliwiających bezpieczne oddzielenie igły od strzykawkę, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. Pojemniki o tak dużych pojemnościach nie posiadają dodatkowego otworu z wypustkami do usuwania małych materiałów. Do usuwania małych materiałów medycznych, takich jak igły, są przeznaczone pojemniki o mniejszych pojemnościach. Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 3 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10L, z otworem wrzutowym o średnicy 100mm i wysokości 300mm. Pojemnik składa się z trzech elementów: pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na pojemniku oraz małej pokrywki do przymykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia otworu po napełnieniu pojemnika, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 3 poz. 5, 6, 8, 11, 12

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o bezpieczeństwo personelu, aby pojemniki o pojemnościach, 5L, 10L oraz 20L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm?

Odp. Zamawiający nie wymaga aby pojemniki o pojemnościach, 5L, 10L oraz 20L posiadały otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm. Zamawiający dopuszcza otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm z wyłączeniem pozycji 8.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 240mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6 poz. 1 i 2

Dotyczy Pakietu nr 6 Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 6, pozycji 1 i 2, igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 90 mm.?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6 poz. 3

Dotyczy Pakietu nr 6 Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6, pozycji 3 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych o dł. 120 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odp. Zamawiający potwierdza że gwarancja nie obejmuje wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 37

Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 14 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 11 Fr lub 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 14 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 22 poz. 6-9

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzoną 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 22 poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 22 poz. 15-20

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 9)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 w poz. 39** dopuści dotychczas stosowane rurki tracheostomijne z nowej serii BLUselect z łukiem wygięcia rurki 105°, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 40

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 w poz. 40** mógłby doprecyzować, czy zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych powinny zawierać, tak jak dotychczas stosowane, igłę Tuohy z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami dla łatwiejszego manewrowania igłą przy skórze pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 40

Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 w poz. 40** oczekuje, aby zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierały niskoprofilowe, zatraskowe mocowanie cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 10)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 17 poz. 1

Zestaw do szynowania moczowodów DJ. Cewnik w rozm.

3Ch i dł. 8;10;12;14cm z popychaczem o dł. 75 cm i prowadnicą 0,018"/150cm

4Ch i dł. od 8 do 28cm z popychaczem o dł. 75 cm i prowadnicą 0,028"/150cm

4,7Ch i dł. od 26 do 30 cm z popychaczem o dł. 75 cm i prowadnicą 0,032"/150cm

6Ch i dł. od 24 do 28 cm z popychaczem o dł. 45 cm i prowadnicą 0,038"/150cm

7Ch i dł. od 24 do 30 cm z popychaczem o dł. 45 cm i prowadnicą 0,038"/150cm

8Ch i dł. od 24 do 30 cm z popychaczem o dł. 40 cm i prowadnicą 0,038"/125cm

wykonany z poliuretanu. W zestawie zacisk (lub 2 zaciski dla cewnika o/z.)

(pozostałe parametry zgodnie z SWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 11)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. 32:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, sterylną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej dwuczęściowej osłonce (brak osłonki na odcinku min. 1,5 cm) , o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm (80 µm), gramaturze 48 g/m², porowatości śr. 976 µm, max. 2 314 µm, porowatości 84%, wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 12)

Pytanie 1 dot. projektu umowy par. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. projektu umowy par. 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie mogła przekroczyć 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie? W ocenie Wykonawcy zapis w obecnym brzmieniu jest zbyt rygorystyczny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 dot. formularza cenowego pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia ceny jednostkowej za opakowanie zbiorcze (ilość sztuk w zaproponowanym opakowaniu nie będzie przekraczać 3-miesięcznych potrzeb Zamawiającego)? Czy Wykonawca może samodzielnie dostosować formuły wyciszające w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w punkcie 15 SWZ.

(ZAPYTANIE NR 13)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści łamane rozmiary obuwia, tj.: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający wymaga obuwia w przynajmniej dwóch kolorach: zielonym i niebieskim?

Odp. Zamawiający nie wymaga tylko dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający, chcąc otrzymać obuwie najwyższej jakości, wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344?

Odp. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344.

(ZAPYTANIE NR 14)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 6

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na Iglą do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu Pencil Point. Składająca się z cienkiej stalowej igły otoczonej końcówką (mandrynem). Oznaczenie koloru mandrynu zgodnie z międzynarodowym kodem oznakowania wg DIN EN ISO 6009. Końcówka przezroczysta Luer Lock umożliwiająca jednoczesną kontrolę w czasie wkłucia. W komplecie przezroczysta nasadka ułatwiająca kontrolę wkłucia – zapobiega wyciekowi stosowanego środka. Końcówka szlifowana ułatwiająca wkłucie. Sterylna, bez pyrogenów, nietoksyczna, nie zawiera metali ciężkich, zawiera osłonę na igłę. W rozm:

Poz. 1 – rozm. 26G dł. 90mm z prowadnicą

Poz. 2 – rozm 27G dł. 90mm z prowadnicą

Poz. 3 – rozm 27G dł. 120mm z prowadnicą

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 13

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Seldingera jednokanałowy w rozm:

poz. 1 – rozm cewnika 2F(22G) dł. 8cm, rozm. igły 22G dł. 38mm, rozm.prowadnika 0,014" dł. 35cm;

poz. 2 – rozm cewnika 3F (19G) dł. 8cm, rozm. igły 20G dł. 38mm, rozm prowadnika 0,022" dł. 40cm;

poz. 3 – rozm cewnika 3F(19G) dł. 15cm, rozm. igły 20G dł. 38mm, rozm prowadnika 0,022" dł. 50cm. Zestaw posiada ostrą igłę punkcyjną, cienkościenną, rozszerzało ułatwiające łatwe wprowadzanie bez odkształceń. Prowadnik umieszczony w osłonce umożliwiającej jednoręczne wprowadzenie. Jedna końcówka prowadnika miękka typu „J”, druga miękka, typu prosta. Kateter centralny wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego pirogenego i nietrombogenicznego, miękniącego w temperaturze ciała), cieniujący a RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka,

atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL. Posiada skrzydełka mocujące, system mocowania cewnika do skóry pacjenta podwójny, koreczki zamykające cewnik i strzykawkę. Zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie i przesuwanie się elementów i zapakowany sterylnie. Podane średnice wewnętrzne i pojemność.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 17

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów:

Kateter: 3F, odległość między pętlami 10 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm.

Kateter: 3F, odległość między pętlami 12 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm.

Kateter: 3F, odległość między pętlami 14 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm.

Kateter: 4F, odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm

Kateter: 4F, odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm

Kateter: 4F, odległość między pętlami 20 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm

Kateter: 4F, odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm

Kateter: 4F, odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.022"/110 cm

Kateter: 4.8F, odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.032"/110 cm

Kateter: 4.8F, odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.032"/110 cm

Kateter: 4.8F, odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.032"/110 cm

Kateter: 4.8F, odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.032"/110 cm

Kateter: 6F, odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.035"/110 cm

Kateter: 6F, odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.035"/110 cm

Kateter: 6F, odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.035"/110 cm

Kateter: 7F, odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 7F, odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 7F, odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 7F, odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 8F, odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 8F, odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 8F, odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Kateter: 8F, odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, przewadnik śr/dł. 0.038"/110 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 15)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji produktu mata (absorbent) na podłogę o dużej wchłaniałości 1,4 litra/ m² płynów z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Wymiary 81 cm x 122 cm. Ilość w opakowaniu 25szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji produktu sterylna jednorazowa osłona (pokrowiec) na kamerę o wymiarach 18 cm x 244 cm posiadająca końcówkę samouszczelniającą się i nierozmakającą taśmę do mocowania osłony o wymiarach 2 x 20 cm, nie zawierająca lateksu. Ilość w opakowaniu 25szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji produktu sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem o średnicy 120mm i głębokości osłony 140mm. Otwór o średnicy 15mm Kołnierz wyposażony w 16 ząbków zapobiegających spadaniu osłony. Osłona pakowana jest pojedynczo w podwójne opakowanie: papierowo – foliowe oraz worek. Ilość w opakowaniu 200szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w w/w pozycji produktu sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem o średnicy 120mm i głębokości osłony 140mm. Otwór o średnicy 15mm Kołnierz wyposażony w 16 ząbków zapobiegających spadaniu osłony. Osłona pakowana jest pojedynczo w podwójne opakowanie: papierowo – foliowe oraz worek. Ilość w opakowaniu 200szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 dot. projektu umowy § 2 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 9 §2 w sposób następujący:

9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu

Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 6 dot. projektu umowy § 2 ust. 9

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 9 §2 umowy w sposób następujący:

9. *W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych towarów z umowy.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 7 dot. projektu umowy §7 ust.1 pkt a i b

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 pkt a i b umowy w sposób następujący:

1. *Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:*
 - a) *w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru (wadliwego lub niedostarczonego), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.*
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
 - b) *w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł za każdy przypadek.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 8 dot. projektu umowy §7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 3 umowy w sposób następujący:

3. *Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto umowy.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 9 dot. projektu umowy §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie procentowe wskazanej w niniejszym postanowieniu wartości do 30 %?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 10 dot. projektu umowy §10 ust.2 pkt 1) i 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §10 ust.2 pkt 1) i 2) umowy w sposób następujący:

2. *Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez:*
 - 1) *przedłużenie czasu obowiązywania umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – w przypadku niezrealizowania w czasie trwania umowy szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w §4 ust.1 - z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym do niniejszej umowy – załącznik nr 1,*
 - 2) *zwiększenie o 10% wartości szacunkowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy PZP, w takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, poprzez jego wydłużenie na okres do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym niniejszej umowy – załącznik nr 1,*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

(ZAPYTANIE NR 16)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP , warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE, o chłonności 3820,18 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający oczekuje czepka z możliwością wywinięcia przedniej części?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 18, 21

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera, o średnicy kołnierza 12,7cm, głębokości osłony 10,2cm, otwór o średnicy 3,1cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt lampy pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik 3- komorowy (w ramach blistra):

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 80cm (niebieski SMS)

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm przezroczysty

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Chwytnak plastikowy 18cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE, o chłonności 3820,18 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH26 z balonem o pojemności 30 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley'a CH10 z balonem 3-5ml o długości 310mm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foley'a ze strzykawką z gliceryną dostępne w rozmiarze CH12-24 z balonem 10ml z bezpieczną dla pacjenta możliwością utrzymania do 30 dni, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,2 l czerwony, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 10mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5 l czerwony, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 75 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10 l czerwony, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 75 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 20 l czerwony, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 75 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 5 l żółty, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 75 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 10 l żółty, posiadający otwór wrzutowy o średnicy 75 mm, o wysokości 25,8 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 15 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x75?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x40?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x120?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x90?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm z przylepcem 5x40cm, wykonaną z folii PE 65g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 180sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 27 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści sterylizację radiacyjną?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm (lewa kieszeń 15x30cm, prawa kieszeń 25x30cm) z przylepcem 5x40cm, wykonaną z folii PE 65g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 30 dot. pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 250sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów, taśma lepna 5x80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów, taśma lepna 5x80cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, z przylepcem 5 x 86cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z foli PE ze wzmocnieniem 60x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, z foli o gramaturze 40g/m² ze wzmocnieniem

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m², o odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, współczynnika pylenia 3.4log₁₀, I klasa palności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, przylepiec o długości 85cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny typu spunlanc
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, z foli o gramaturze 40g/m² ze wzmocnieniem

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 100/99 kPa, odporności na penetrację płynów 102 cm H₂O, współczynnik pylenia 3log₁₀, chłonność wzmocnienia min. 383% ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu Header Bag?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 245mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, o sile zrywu przed i po starzeniu min. 6N?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,09mm+/-0,02, o sile zrywu przed i po starzeniu min. 9N?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, na dłoni 0,14mm+/-0,02, o sile zrywu przed starzeniem min. 13N i po starzeniu min. 11N?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 dot. pakietu nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,08mm+/-0,02?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 dot. pakietu nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 17)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści rurkę tylko ze stałym szyldem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladową ilość ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta wyłącznie na opakowaniu, nie zaś na skrzydełkach szyldu?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 5.0-9.5?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści cząsteczki 2.0-2.2 µm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści bez zastawki jednokierunkowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści nebulizator zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 1 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania standardowego zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G x 80mm
- Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 1 poz. 42

Czy Zamawiający dopuści końcówkę zaokrągloną i ściętą prosto?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 1 poz. 47

Czy Zamawiający oczekuje mankietu przeznaczonego dla jednego pacjenta czy też wielokrotnego użytku?

Odp. Zamawiający oczekuje mankietów wielokrotnego użytku, jednocześnie informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający nanosi zmianę w zał. nr 2 do SWZ tj. formularz cenowy w pakiecie nr 1 poz. 47.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu zamiast wbudowanego przyrządu zmieniającego barwę ze srebrnej po napełnieniu PMR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 6 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści igły posiadające kropkę kierunkową przy ścięciu, w celu zlokalizowania ostrza?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze G27x120?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 2.5mm do 10.0mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę posiadającą potrójne oznaczenie głębokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z medycznego PVC zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z PE bez zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 3.0-9.0 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 dot. pakietu nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 24 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 24 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane PVC?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 24 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 dot. pakietu nr 24 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany bez dodatkowych silikonowych pierścieni uszczelniających?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 24 poz. 9–10

Czy Zamawiający dopuści rurkę dwuświatłową w standardowych rozmiarach dla rurek dooskrzelowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 25 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z jedną maską w zestawie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 25 poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU jednorazowego użytku z jedną maską w zestawie, natomiast drugą maskę dołączoną osobno?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 25 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy pozwalający na mierzenie temperatury z czoła z odległości 5-10 cm, termometr na podczerwień, alarm w przypadku gorączki, podświetlany wyświetlacz, pomiary w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, automatyczne wyłączenie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 25 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści tacę na leki o wymiarach 405x315x55 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 dot. pakietu nr 25 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści gruszkę tylko w rozmiarach 7 oraz 9?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 18)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego zestawu infuzyjnego z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra, z pojedynczą skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h, Spike ABS, komora wentylowana/odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym. Komora kroplowa długość min.50mm, Długość drenu 138 cm, zestawu 150 cm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A . Wewn. średnica drenu 3 mm. Objętość wypełnienia drenu:16ml. Regulator rolkowy na drenie do zamknięcia infuzji. Złącze luer lock obrotowe, koreczek standard. Opakowanie 240szt. Sterylizowany EO, data ważności – 36 miesięcy od daty produkcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 19)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 25 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat do mierzenia ciśnienia z głowicą o średnicy 50 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 25 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat do mierzenia ciśnienia z głowicą o średnicy 50 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 25 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania gruszek w rozmiarach 7 oraz 9, z pominięciem rozmiaru 8.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 20)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 22 poz. 6-9

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „ze sferycznym zakończeniem zapewniającym maksymalnie wypchnięcie płynu z cylindra minimalizującym przestrzeń martwą” odnosi się do zakończenia tłoka, które to sferyczne zakończenie jest wyraźnie widoczne np. w próbkach oferowanych strzykawek.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż zapis odnosi się do zakończenia tłka.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 22 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki typu bezpiecznego o pojemności 2-3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 26 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie stosowane - o dowolnych długości od 20mm do 60mm /co 5mm/ do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w SWZ t.j. 22, 47 i 60mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 26 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły półautomatyczne typu tru-cat, umożliwiające pobranie równoważnych wycinków 15mm i 22mm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 26 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do aspiracji szpiku kostnego z regulacją, w rozmiarze 15G - tak jak obecnie stosowane - o dowolnych długości od 30mm do 75mm /co 5mm/ do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ oraz umożliwiające regulację w wymiarach opisanych w SWZ t.j. 30, 60 i 73mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 26 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do trepanobiopsji - tak jak obecnie stosowane - z równoważnym do wskazanego w SWZ sytemu antyluksacyjnego jednego z producentów, zapobiegającego niekontrolowanemu odchyleniu igły, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 21)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 9 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku typu Macintosh i Miller o poniższych rozmiarach/wielkościach .

Zestawy laryngoskopów Timesco Freeway Blade i Callisto Compact z fabrycznie załadowaną rękojeścią to kompletne rozwiązanie do jednorazowego użytku, które zmniejsza ryzyko zakażenia krzyżowego. łyżki laryngoskopowe Timesco Freeway to gama światłowodowych, w pełni plastikowych łyżek laryngoskopowych, które zapewniają doskonałe oświetlenie i wizualizację, oferując wysoką jakość i ekonomiczną alternatywę dla łyżek metalowych. Dostępne w różnych rozmiarach dla typów Macintosh i Miller. Doskonałe oświetlenie i wyjątkowa wytrzymałość to tylko niektóre z wielu cech serii rękojeści jednorazowego użytku Callisto, dostępnych w wersji z naciągami wstępnym w rozmiarze średnim i kompaktowym.

MACINTOSH:

- Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; plastikowa
- Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację;
- Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; z zatraskiem kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki
- Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu plastiku, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku;
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło;
- Wytrzymały zatrask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści;
- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki;

Produkt, Kod, Opis

2965.150.15NS Freeway Macintosh Size 2 116mm x 22mm

2965.150.20NS Freeway Macintosh Size 3 134mm x 19mm

2965.150.25NS Freeway Macintosh Size 4 155mm x 20mm

MILLER

- Jednorazowe łyżki światłowodowe, prosta; plastikowa
- Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego koloru zielonego, ułatwiającego identyfikację;
- Podstawa łyżki z systemem zapobiegającym dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu; z zatraskiem

kulkowym typu „clisk” i podstawą z wytłoczonym rodzajem oraz rozmiarem łyżki

- Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu plastiku, profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku;
- Światłowód nieosłonięty, doświetlający wewnątrz jamy ustnej i gardła wykonany z polerowanego akrylu, dający mocne, skupione światło;
- Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści;
- Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symboli CE i „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na podstawie łyżki;

Produkt, Kod, Opis

2965.185.05NS Freeway Miller Size 0 80mm x 9mm

2965.185.10NS Freeway Miller Size 1 104mm x 9mm

2965.185.15NS Freeway Miller Size 2 156mm x 11mm

2965.185.20NS Freeway Miller Size 3 196mm x 12mm

XLED TIMESCO – rękojeści wielorazowego użytku, źródło światła, dioda LED z możliwością demontażu.

Rękojeści dostępne w 3 rozmiarach.

KOD PRODUKTU NAZWA WYMIARY

3000.500.05 XLED Handle, Small 146mm x 19mm

3000.500.10 XLED Handle, Medium 146mm x 29mm

3000.508.10 XLED Handle, Stubby 111mm x 32mm

Rękojeść w zielonym standardzie ISO 7376 , zapewniająca pełną kompatybilność z łyżkami w standardzie ISO 7376. Na rękojeści widoczny zielony pasek, logo XLED, kod produktu, znak CE, numer LOT.

Metalowy kołnierz, wyposażony w żarówkę LED, zapewnia podaż mocnego światła do światłowodu w łyżce laryngoskopowej.

Żarówka LED o napięciu 3 V uzyskuje mocne, białe światło, bez efektu migotania.

Żarówka zapewnia 3 x większą moc wyjściową niż inne wiodące marki.

Wyjątkowa wydajność 40 000 luksów, oraz temperatura światła 5000(k).

Rękojeść wykonana z metalowego materiału, który zapewnia 5 lat gwarancji lub 4000 cykli sterylizacji w autoklawie.

Rękojeść przystosowana z bateriami lub akumulatorami o napięciu 2,5 V.

System elektroniczny zapewnia podaż mocnego i spójnego światła, oraz zapobiega migotaniu żarówki nawet przy niskim poziomie naładowania.

Radełkowa powłoka uchwytu zapewnia doskonałą przyczepność.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 22)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 16

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 19

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 36

Czy zamawiający dopuści dł. drewna min. 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 21 poz. 2-3

Czy Zamawiający wymaga IS-y z ostrą igłą biorczą?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 21 poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 21 poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 23)

Pytanie 1 dot. projektu umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 dot. projektu umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 60% do 10%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 24)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 1/35 rurkę tracheostomijną z mankietem z odsysaniem znad mankieta, z kątem 98°, z atraumatycznym otworem umieszczonym z boku rurki tuż nad mankietem oraz z mankietem wstecznie wklejonym, co ułatwia skuteczne odessanie gromadzącej się wydzieliny, z obrotowym łącznikiem 15mm niwelującym siły skrętne, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, przewód do odessania w kolorze żółtym, na baloniku kontrolnym rozmiar rurki i średnica mankieta, sterylna, dostępne kaniule wewnętrzne, rozm. 6,5-10,0 co 0,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 1/38 opaskę do rurki tracheostomijnej, 2-częściowa opaska szyjna do rurek tracheostomijnych. Zapięcie na rzep, bezpieczne i łatwe zakładanie. Progresywna regulacja i łatwe pozycjonowanie. Niedrażniąca, bawełniana warstwa zewnętrzna i odprowadzająca wilgoć, miękka warstwa wewnętrzna. Przeznaczona specjalnie do długotrwałego stosowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 1/39 rurkę tracheostomijną, z mankietem, z kątem 95°, z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie dwie elastyczne kaniule wewnętrzne kodowane kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna, mandryn, żel na bazie wody. Sterylna, rozm. 3,5-10,0 co 0,5mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 1/40 zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem zbrojonym 19G/90cm, bezpiecznym w MRI, z otworem w części dystalnej, widoczny w promieniach RTG, centymetrowy znacznik wyjścia cewnika z igły, igła 17G/9,84cm, łącznik zgodny z ISO 80369-6, filtr płaski 0,2 mikrona, strzykawka 10ml Luer slip niskooporowa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 1 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 1/48 zestaw do konikotomii ratunkowej, gotowy do użycia, rozszerzadło stożkowe ze stali nierdzewnej w rurce oddechowej, łącznik 15mm, z ramką do umocowania, z założonym stoperem głębokości wejścia w tchawicę, z silikonową przestrzenią martwą, skalpel i szeroka, miękka opaska mocująca. Zestaw bez mankieta w rozmiarach 2,0 i 4,0 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 9 pozycji 1 jednorazową łyżkę światłowodową, zgodną z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlnych refleksów, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą trzech łożysk kulkowych, włókna światłowodu w całości osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu wynosi 4,7mm. Mocowanie łyżki -długi ogonek-zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Dostępna w rozmiarach Mac 0,1,2,3,4,5 o długości od 85; 94.5; 111; 133; 145; 149 do 159 mm i średnicy od 10.7; 9.9; 13; 14; 14.5; 13; do 14.5 mm. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym (biały, niebieski, żółty, czerwony, różowy, cienki żółty dla MAC), etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 9 pozycji 2 jednorazową łyżkę światłowodową, zgodną z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlnych refleksów, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą trzech łożysk kulkowych, włókna światłowodu w całości osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie pokryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu wynosi 4,7mm. Mocowanie łyżki -długi ogonek-zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Dostępna w rozmiarach Mill 000; 00,0,1,1.5,2,3,4 o długości od 60; 66.5; 78; 103; 124; 154; 195 do 205 mm i średnicy od 7; 12.8; 12.8; 12.8; 13.5; 13.5 do 19.0 mm. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym (biały, niebieski, żółty, czerwony, różowy, ciemny żółty dla MAC), etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce istniejących wymogów swz dla zadania 9 pozycji 3 rękojeść światłowodową w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. Rękojeść radełkowana w celu pewnego uchwytu. Wyłącznik światła w postaci stalowej, odpornej na ścieranie tulejki. Trwałe, laserowe oznaczenie producenta i znak CE na rękojeści. Rękojeść wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, zgodne z normą ISO 7376. Źródło światła - Dioda LED o żywotności minimum 10 000 godzin. Rękojeść zasilana bateryjnie, ogólnodostępnymi bateriami. Dostępna w 3 rozmiarach: Standard (średnica 29mm,dł.151-152mm), Krótka (średnica 29mm,dł.109-110mm) oraz Cienka (średnica 19mm,dł.151-152mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 25)**Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 31**

Podkład higieniczny, 60x90 (+/- 2cm) , Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folia zewnętrzna nieprzepuszczająca wilgoci, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. Podkład ten jest higieniczny i opatrzony jest 5% stawką vat.(jak art. higieniczne np. chusteczki czy papier toaletowy)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 31

Podkład medyczny, 60x90 (+/- 2cm) , Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folia zewnętrzna nieprzepuszczająca wilgoci, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. Podkład ten jest wyrobem medycznym i opatrzony jest 8% stawką vat?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 26)**Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie jednorazowego prześcieradła z wkładem chłonnym, wykonanego z włókniny PP i laminatu PE, rdzenia chłonnego zbudowanego z warstwy SAP oraz puszystej pulpy typu Fluff Pulp z perforacją, chłonność do 4 litrów, prześcieradło przeznaczone jest również do przesuwania pacjenta, wytrzymałość do 150 kg, minimalizuje tarcia i urazy podczas przenoszenia pacjenta. Wymiary: 100 x 220 cm (+/- 2 cm), wkład chłonny 60 x 208 cm (+/- 2 cm). W celu zachowania higieny pakowane indywidualnie. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 dotyczącą wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie podłogowej 3 warstwowej maty chłonnej, antypoślizgowej z mikroperforacją o wymiarze: 50cm x 90cm, chłonności 5L/m². Wykonane z: górna warstwa z szybko przepuszczalnego mikro perforowanego polietylenu, w kolorze niebieskim, środkowa warstwa absorpcyjna z Airlaidu z dodatkiem SAP - z superchłonnego polimeru w kolorze białym oraz dolna warstwa, mikrowytłoczona, wykonana z antypoślizgowego polietylenu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 27)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności 2500 g i retencji wg. NAFC 680 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają moczu, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo, zapobiegają wypływaniu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy talio- wych; przylepcorzepty wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. brak elementów lateksowych. Chłonność 2500 g i retencja wg. NAFC 680g.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki, które mają chłonność 2500 g i retencję wg. NAFC 680g, przylepcorzepty wielokrotnego użytku oraz indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla noworodków bez balsamu pielęgnacyjnego na wewnętrznej powierzchni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkłady o masie nie mniejszej niż 95,0 g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 28)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający w pak 1 poz 25 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10mm x 50mm x 190mm - 200ml, 10mm x 100mm x 190mm - 800ml, 10mm x 130mm x 190mm - 1200ml. Długość ramienia roboczego 220cm. Worek w tubusie, wypychany, drut bez efektu pamięci wykonany z nitinolu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 29)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 31

Prosimy o zgodę na zaferowanie w pakiecie 31 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego ale o długości mediana 256 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 32

Prosimy o zgodę na zaferowanie w pakiecie 32 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego ale o sile zrywu przed starzeniem min. 6N i po starzeniu min. 6N.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

(ZAPYTANIE NR 30)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o nieznacznej różnicy w wymiarach 75x38cm, w tym część chłonna 69cmx32cm (+/-1cm). Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarżową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz. 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z drenem wykonanym z poliuretanu, bez DEHP pakowany folia-folia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu ma posiadać zastawkę antyzwrotną nad dodatkowym portem do dostrzyknięcia leku, w celu ochrony przed cofaniem się leku i krwi?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 1 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furazerka ściągniętego gumką z tyłu. Wysokość czepka z przodu 16cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 dot. pakietu nr 1 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody o wymiarach 13x244 cm składana rewersowo, wykonana z mocnej folii PE folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną końcówką, z taśmą przylepną do mocowania na głowicy i z dodatkowym przyklepcem z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowa foliowa typu pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dot. pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 1 cewnika typu Foley dwudrożnego wykonanego z lateksu z powłoką wykonaną z elastomeru silikonowego wewnątrz i na zewnątrz, dla rozmiaru CH 6, poj. balonu 3 ml, dł. 28 cm, z przewodnicą wykonaną z PBT. Szywna zastawka portu do uszczelniania balonu w kodzie barwnym rozmiaru CH cewnika. Sterylizowany EtO. Na porcie worka DZM logo producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 8 dot. pakietu nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 3 cewnika Foleya dwudrożnego, silikonowy, z balonem uszczelniającym o pojemności 3-5 ml, rozmiar 10CH, długość ok. 27 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 dot. pakietu nr 2 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 pozycji 6 cewnik Pezzer lateksowy, rozmiar 10-34 CH - do wyboru zamawiającego. Cewnik długości 40 cm, zakończenie w postaci główki wyposażonej w 4 otwory boczne drenujące o zaoblonych krawędziach i średnicy nie przekraczającej 5 mm, gwarantujące prawidłowy drenaż, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia- worek.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 10 dot. pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów moczowodowych jak obecnie stosowanych: ze stentem typu Pigtail z poliuretanu otwarty/zamknięty lub otwarty /otwarty do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 5cm; długości 24, 26, 28, 30 cm w zależności od wybranej średnicy: 4,8, 6, 7, 8 CH; popychacz 40cm, przewodnica 150cm z nieruchomym rdzeniem pokryta PTFE. Do stosowania do 3 miesięcy, sterylne, pakowane pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 dot. pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów jak obecnie stosowanych: cewnik wykonany z poliuretanu otwarty/zamknięty lub otwarty /otwarty do wyboru przez Zamawiającego, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, o długości 8cm dla rozm. 3CH i 12-22cm (co 2) w rozmiarze 3CH i 4CH, popychacz

prosty długości 43cm, prowadnica o długości 100cm lub 150cm w zależności od wybranego rodzaju, z nieruchomym rdzeniem pokryta PTFE, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń mają być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 13 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetoczeń z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 14 dot. pakietu nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi o długości min. 80 mm w części przezroczystej.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 15 dot. pakietu nr 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych o długości min. 60 mm w części przezroczystej.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 16 dot. pakietu nr 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetoczeń z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 17 dot. pakietu nr 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetoczeń bursztynowych z igłą biorczą dwukanałową wykonaną z ABS, bez dodatkowej igły w przyrządzie.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 18 dot. pakietu nr 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetoczeń bursztynowych z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 19 dot. pakietu nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL $\leq 1,5$, kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 20 dot. pakietu nr 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości 290 ± 10 mm. Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym odporne przez min. 10 min. na Izopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone

certyifikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 21 dot. pakietu nr 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z siłą zrywania zgodną z EN 455-2 przed i po starzeniu $\geq 6,5$ N. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 22 dot. pakietu nr 33 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL $\leq 1,5$, kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczalne do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 dot. pakietu nr 33 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 31)

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład, którego rdzeń chłonny ma rozmiar 50 cm x 180 cm i jest umiejscowiony w centralnej części podkładu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści podkład, którego rdzeń chłonny ma rozmiar 50 cm x 180 cm i jest umiejscowiony w centralnej części podkładu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 dot. pakietu nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 5 dot. pakietu nr 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści serwetki o gramaturze min. 40 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając w myśl art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1605 t.j. ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmienione dokumenty zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec i posiadają poniższe oznaczenia:

1) 24_ZP_2023_FORMULARZ_CENOWY_ZAŁ NR 2_ZMIANA_1 W PAKIECIE 1 POZ. 47.pdf

Z poważaniem,

**Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała**

Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

**Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 1) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.p