

Mrągowo, dnia 17.10.2023r.

NZ-11/23

Do wiadomości
uczestników postępowania

W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania na „Dostawę drenów do pompy artroskopowej FMS DUO+ oraz implantów ortopedycznych i utworzenie depozytu implantów – powtórka” Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

1. **Pakiet nr 2, poz.1.** Czy zamawiający dopuści Elektrody do waporyzacji, boczne, kompatybilne do rękojeści oferowanej w poz.2 współpracujące z posiadanym przez szpital urządzeniem VAPR 3. Sterylne, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że oferowana elektroda będzie „elastyczna” oraz kompatybilna z systemem Vapr Mitek, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. **Pakiet nr 2, poz.2.** Czy zamawiający dopuści uchwyt bipolarny z kablem 4m, wielorazowa, kompatybilny z elektrodami artroskopowymi oferowanymi w pkt.1 współpracujący z posiadanym przez szpital urządzeniem VAPR, podłączany za pośrednictwem adaptera przyłączeniowego, udostępnionego nieodpłatnie na czas trwania umowy?

Odp. Zamawiający dopuści rękojeść kompatybilną z elektrodami oferowanymi w Pakiecie 2 poz. 1.

3. **Pakiet nr 8, poz.1.** Czy Zamawiający dopuści Ostrze sterylne, wielorazowe, pakowane pojedynczo, kompatybilne z mikropiłą oscylacyjną Stryker Remb, szerokość 12,50mm, grubość 0,4mm, długość 34,50mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. **Pakiet nr 8, poz.2.** Czy Zamawiający dopuści Ostrze sterylne, wielorazowe, pakowane pojedynczo, kompatybilne z mikropiłą oscylacyjną Stryker Remb, szerokość 6,80mm, grubość 0,4mm, długość 18,50mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp niniejsze wyjaśnienia do SWZ zamieszczone zostały na stronie postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/831301>.

Prezes Zarządu
Brygida Schlueter-Górska