



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 7/ZP/2021
DZP/117/2021

Zgorzelec, dnia 29.04.2021r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Wymianę na nowy system do kardioangiografii cyfrowej dla Pracowni Hemodynamiki wraz z dostawą, instalacją i szkoleniem.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1. Dot. Pkt 21 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r)

Zamawiający wymaga:

21.	System antykolizyjny ramienia (pojemnościowy lub elektromechaniczny). Zamawiający wymaga rozwiązania zapewniającego automatyczne utrzymanie minimalnej odległości detektora od ciała pacjenta ciągłej ustawianej dynamicznie w miarę zmiany ustawień kątowych statywu.	Tak, podać		Bez punktacji
-----	--	------------	--	---------------

Zamawiający modyfikacją z dnia 23.04.2021 zmodyfikował parametr tak, że w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści system z elektromechanicznym systemem antykolizyjnym, który realnie umożliwi manualne przybliżenie płaszczyzny detektora minimalnie do skóry – co gwarantuje realne korzyści w postaci skutecznej redukcji dawki w stosunku, gdy detektor jest w pewnej większej (np. 1-2 cm) odległości od pacjenta? Ponad wskazane korzyści rozwiązanie to działa również dla małych części ciała jak nos.

Aparat, który chcemy zaoferować posiada wszystkie wymagane certyfikaty dopuszczające (w tym bezpieczeństwa) na całym świecie.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametry na:

21.	System antykolizyjny ramienia (pojemnościowy lub elektromechaniczny). Zamawiający wymaga rozwiązania zapewniającego zapewnienie minimalnej odległości detektora od ciała pacjenta ciągłej ustawianej dynamicznie w miarę zmiany ustawień kątowych statywu.	Tak, podać		Bez punktacji
-----	--	------------	--	---------------

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 2. Dot. Pkt 35 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r).

Zamawiający wymaga:

35.	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta. Zamawiający wymaga dostarczenia panelu w postaci ekranu dotykowego.	Tak		Bez punktacji
-----	---	-----	--	---------------

Zamawiający modyfikacją z dnia 23.04.2021 zmodyfikował parametr tak, że w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści system realizujący wszystkie opisane funkcje za pomocą pulpitu dotykowego? Jest to rozwiązanie przewyższające nie tylko funkcjonalnością, ale również niezawodnością. Pulpit dotykowy zasłonięty przez osłony sterylne podczas zabiegu jest rozwiązaniem wygodniejszym i w obsłudze bardziej responsywnym.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametry na:

35.	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta. Zamawiający wymaga dostarczenia panelu w postaci pulpitu lub ekranu dotykowego.	Tak		Bez punktacji
-----	---	-----	--	---------------

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 3. Dot. Pkt 41 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r).

Zamawiający wymaga:

41.	Ułożyskowanie anody ciche w tzw. łożysku „płynnym”. Ułożyskowanie anody w sposób minimalizujący hałas.	Tak		Bez punktacji
-----	---	-----	--	---------------

Zamawiający modyfikacją z dnia 23.04.2021 zmodyfikował parametr tak, że zrezygnował z rozwiązania umożliwiającego szybką reakcję systemu akwizycji na naciśnięcie przycisku ekspozycji.

Zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach angiograficznych łożyskowania anody cichego w tzw. łożysku „płynnym” nie jest spowodowane głównie poziomem hałasu, ale przede wszystkim umożliwienie szybkiego wirowania anody w sposób cały. To natomiast powoduje, że obraz na monitorze jest uzyskiwany natychmiast po naciśnięciu przycisku ekspozycji. Zamawiający rezygnując z tego warunku „upośledza” system i pozbawia go głównej funkcjonalności.

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga łożyska typu ciekły metal lub innego rozwiązania zapewniającego natychmiastową reakcję (ekspozycje i wyświetlenie obrazu) na naciśnięcie przycisku ekspozycji?

W związku z powyższym wnosimy o dodanie parametru:

41.	Ułożyskowanie anody ciche w tzw. łożysku „płynnym”.	Tak / Nie		TAK - 2 NIE - 0
-----	---	-----------	--	--------------------

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowanie łożyska typu ciekły metal lub innego rozwiązania zapewniającego natychmiastową reakcję (ekspozycje i wyświetlenie obrazu) na naciśnięcie przycisku ekspozycji. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na przyznanie punktów w kryterium oceny ofert, zaoferowanego parametru.

Pytanie 4. Dot. Pkt 70 i 79 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r).

Zamawiający wymaga:

70.	Głębokość bitowa detektora min. 16 bit min. 14 bit	Tak, podać		Bez punktacji
79.	Głębokość bitowa przetwarzanego obrazu min. 16 bit min. 12 bit	Tak, podać		Bez punktacji

Zamawiający modyfikacją z dnia 23.04.2021 zmodyfikował parametr obniżając jeden z czynników wpływających na jakość obrazu.

Głębokość bitowa uzyskiwanego i przetwarzanego obrazu jest jednym z decydujących parametrów decydujących o możliwości lub braku możliwości uwidocznienia rozprężonego stentu np. na tle kręgosłupa.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru na:

70.	Głębokość bitowa detektora min. 14 bit	Tak, podać		> 14 bit - 2 = 14 bit - 0
79.	Głębokość bitowa przetwarzanego obrazu min. 12 bit	Tak, podać		> 14 bit - 2 = 14 bit - 0

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie 5. Dot. Pkt 130 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r)

Zamawiający wymaga:

130.	Szkolenie aplikacyjne pracowników w siedzibie Zamawiającego min. 5 dni dla max. 20 pracowników	Tak, podać		Bez punktacji
------	--	------------	--	---------------

W obecnym brzmieniu parametr nie jest jednoznaczny i pozwala na dowolność interpretacji.

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymienione szkolenia będą przeprowadzone w okresie po oddaniu urządzenia do użytku i podpisaniu protokołów wykonania zamówienia i nie wliczają się w wymagany okres realizacji?

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymienione szkolenia będą przeprowadzone w okresie po oddaniu urządzenia do użytku i podpisaniu protokołów wykonania zamówienia i nie wliczają się w wymagany okres realizacji.

Pytanie 6. Dot. Pkt 117 Załącznik nr 3 SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 Z DNIA 23.04.2021r)

Zamawiający wymaga:

117.	Min. jeden kolorowy monitor kontrolny w sali badań typu „flat” (TFT/LCD)	Tak, podać		Bez punktacji
------	--	------------	--	---------------

Czy w związku z tym, że w punkcie 75 opisany jest monitor min 58” w sali zabiegowej umożliwiający wyświetlanie m.in. parametrów hemodynamicznych, Zamawiający wykreśli pkt 117 i zrezygnuje z konieczności zaoferowania dodatkowego kolorowego monitora w sali badań typu „flat” (TFT/LCD)?

Odp. Zamawiający dokonuje wykreślenia punktu 117 w załączniku nr 3 do SWZ i jednocześnie dokonuje w powyższym zakresie aktualizacji w/w załącznika.

Pytanie 7. Dot. Pkt 10.1.3. SWZ

Pkt 10.1.3. SWZ: *W przypadku, gdy Zamawiający, na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy PZP w całości w części odstąpi od wymagania lub nie dopuści użycia środków komunikacji elektronicznej, co będzie wyraźnie zaznaczone w SWZ, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna, w szczególności w postaci papierowej jako model fizyczny, model w skali lub próbki, w sposób i zakresie który zostanie określony przez zamawiającego w SWZ.*

- Ponieważ postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapis powyższy nie ma zastosowania – wnosimy o jego usunięcie.

Odp. Zamawiający informuje, że zapis punktu 10.1.3. SWZ wskazuje „w przypadku”, a więc jest to zapis warunkowy, jeżeli Zamawiający w całości lub części odstąpi od użycia środków komunikacji elektronicznej, to w takim przypadku zostanie to wyraźnie zapisane i zaznaczone w SWZ. Jest to zapis uniwersalny, przez co nie wymaga to jego wykreślenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 10.1.3 SWZ.

Pytanie 8. Dot. Pkt 14.2. SWZ

Pkt 14.2. SWZ: *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021r. o godz. 9:00 przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert jest niejawne. W przypadku awarii tego systemu, która będzie powodować brak możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na dedykowanej Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) na stronie danego postępowania*

W odniesieniu do treści art. 222 PZP w literaturze wskazano: (P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2021):

„**Zasada jawności otwarcia ofert** (otwarcie ofert przy użyciu systemu teleinformatycznego; zmiana terminu otwarcia). Kwestia jawności otwarcia ofert jest przejawem stosowania jednej z generalnych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady jawności (art. 18 PrZamPubl). Zasada ta jest uzupełnieniem postanowień ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć: Zamawiający, który dokonuje tej czynności, wykonawcy (ich pełnomocnicy, przedstawiciele), jak również osoby trzecie. Procedura ta powinna nastąpić nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 16 PrZamPubl Zamawiający w SWZ określa co najmniej termin otwarcia ofert.”

Otwarcie ofert powinno być jawne – wnosimy o zmianę SWZ

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w pkt. 14.2 SWZ. Informujemy, że w obecnym stanie prawnym sama czynność otwarcia, odszyfrowania ofert odbywa się w obecności komisji przetargowej i jest niezwłocznie publikowana informacja z otwarcia ofert na dedykowanej platformie zakupowej dotyczącej danego postępowania. Ponadto w obecnym stanie prawnym, czynność otwarcia ofert może nastąpić nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Przepisy art. 221-222 NPzp nie przewidują obowiązku jawnego otwarcia ofert, tak jak to miało miejsce w przypadku art. 86 ust. 2 Pzp2004 („Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia”). W uzasadnieniu do projektu NPzp słusznie zwrócono uwagę, że: „Ustawa nie wymaga od zamawiającego, tak jak ma to miejsce w dotychczasowym stanie prawnym, publicznego otwarcia ofert, ale również nie wyłącza takiej możliwości. Otwarcie ofert oznacza możliwość zapoznania się osób upoważnionych po stronie zamawiającego z treścią ofert. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający będzie podawał na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Natomiast bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający będzie udostępniał na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Zgodnie z art. 18 ust. 1 NPzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. W przypadku otwarcia ofert, wykonanie zasady jawności postępowania polega na niezwłocznym po otwarciu ofert, udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Przepisy NPzp nie przewidują *expressis verbis* jawnego otwarcia ofert.

Pytanie 9. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 1 ust 4

§ 1 ust 4 projektu umowy: *Wykonanie umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru, obejmującego zakres określony w ust. 2 i 3. Z dniem podpisania protokołu jak wyżej wykonawca przenosi na zamawiającego własność sprzętu medycznego wymienionego w pkt 1, tym samym dniem nastąpi przeniesienie własności sprzętu medycznego na Zamawiającego.*

Wystarczające jest jednokrotne wskazanie, że z dniem podpisania protokołu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność sprzętu.

Ponadto błędne jest oznaczenie „pkt 1” – powinno być „ust 1”.

- Wnosimy o korektę zapisu.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 1 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Wykonanie umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru, obejmującego zakres określony w ust. 2 i 3. Z dniem podpisania protokołu jak wyżej wykonawca przenosi na zamawiającego własność sprzętu medycznego wymienionego w ust. 1.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 10. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy

§ 4 projektu umowy:

Ust 3. *Najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do obioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu:*

(...)

d. *protokoły ze szkoleń*

ust 10. *Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego bezpłatnego instruktażu stanowiskowego personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i instrukcji obsługi dostarczonego sprzętu medycznego. Szczegółowy termin szkolenia uzgodniony będzie przez Wykonawcę ze wskazaną przez Zamawiającego osobą. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem ze szkolenia.*

- Wnosimy o rozdzielenie czynności odbioru końcowego sprzętu medycznego od czynności przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego.

Termin przeprowadzenia szkolenia nie zależy bowiem wyłącznie od Wykonawcy – a jest w dużej mierze zależny od woli osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, oraz od dostępności personelu Zamawiającego. Powszechnie stosowaną praktyką jest prowadzenie szkoleń już po odbiorze urządzeń medycznych; ponadto Zamawiający w formularzu cenowym wymaga podania odrębnej ceny za szkolenie, nie ma zatem przeszkód, aby wynagrodzenie za szkolenie zostało wypłacone po jego przeprowadzeniu, na podstawie odrębnej faktury.

Odp. Zamawiający dokonuje wykreślenia ppkt. d. w ustępie 3 § 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ). Jednocześnie Zamawiający dopisuje ust. 3A § 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Z chwilą przeprowadzenia wszystkich wymaganych szkoleń, Wykonawca przekaze Zamawiającemu protokoły ze szkoleń.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 11. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 4 ust 14.

§ 4 ust 14 projektu umowy: *Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli zostanie to spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej, w szczególności takimi jak pożar, powódź, strajk, embargo. Strona powołująca się na siłę wyższą winna udokumentować jej zaistnienie.*

Wnosimy o uzupełnienie listy zdarzeń mających znamiona siły wyższej o epidemię COVID-19 – obecnie jest to czynnik mający największy wpływ na możliwość realizowania zobowiązań, a jednocześnie jest to okoliczność, której strony nie mogą przewidzieć, ani jej przeciwdziałać.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 4 ust. 14 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli zostanie to spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej, w szczególności takimi jak pożar, powódź, strajk, embargo, COVID-19. Strona powołująca się na siłę wyższą winna udokumentować jej zaistnienie.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 12. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 5 ust 3.

§ 5 ust 3 projektu umowy: *Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.*

Przepisy art. 437-439 oraz art. 447 PZP, zawierające szczególne regulacje dotyczące realizacji zadań przez podwykonawców, zawierania umów oraz sposobu realizacji obowiązków, w tym płatności na rzecz podwykonawców, dotyczą wyłącznie zamówienia na roboty budowlane. Gdyby warunki zatrudniania podwykonawców miały dotyczyć wszystkich rodzajów zamówień, czyli tak robót budowlanych, jak i usług i dostaw, wówczas w treści ustawy PZP zbędne byłoby wskazanie, że przepisy te dotyczą umów, których przedmiotem są roboty budowlane. Jednak zgodnie z literalną treścią przywołanych przepisów, ustawa zobowiązuje zamawiającego do określania zasad zawierania umów z podwykonawcami wyłącznie w przypadku zamówień na roboty budowlane. Jednocześnie, taka konstrukcja przepisów PZP ogranicza swobodę kontraktową stron umowy o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi, uniemożliwia bowiem wprowadzenie do takiej umowy postanowień odpowiadających treści przepisów ww przepisów. Wprowadzenie do umowy dotyczącej zamówienia na dostawy wskazanych zapisów jest działaniem contra legem, Zamawiający publiczny nie może bowiem zastępować ustawodawcy, tam, gdzie ten nie wprowadził szczególnych zasad.

- Ponieważ niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawę, co wprost wskazano SWZ, ww zapis projektu umowy projektu umowy należy usunąć, jako niezgodny z Prawem zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający dokonuje wykreślenia ust. 3 w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ). Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 13. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 8 ust 5

§ 8 ust 5 projekt umowy: *Całkowita suma kar umownych naliczonych zgodnie z treścią umowy nie przekroczy 60 % wartości łącznej wartości umowy brutto określonego w Umowie.*

Wysokość maksymalnej kary umownej jest rażąco wygórowana – kara umowna w wysokości 60% łącznej wartości wynagrodzenia nie może być uznana za uzasadnioną wysokością możliwej do poniesienia przez Zamawiającego szkody. Nawet przy założeniu, że kary umowne mają pełnić funkcję dyscyplinującą Wykonawcę w należyтым realizowaniu obowiązków umownych, to taka wysokość kar umownych może skutkować pozbawieniem Wykonawcy znacznej części wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. W orzecznictwie przyjęto, że zasadnicze kryterium oceny wysokości kary uznaje się stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej przez wierzyciela, ale uwzględnia się również relację między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt I Aca 1673/15).

- Wnosimy o obniżenie wartości maksymalnej łącznej kary umownej do 10% wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 8 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Całkowita suma kar umownych naliczonych zgodnie z treścią umowy nie przekroczy 50 % wartości łącznej wartości umowy brutto określonego w Umowie.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 14. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 10 pkt 9 i 10

§ 10

9. *w zakresie częściowej, wcześniejszej spłaty zobowiązania pod warunkiem zgłoszenia zamiaru i kwoty wcześniejszej spłaty (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), w terminie nie krótszym niż 30 dni przed jej dokonaniem,*

10. *Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do Umowy*

W świetle przepisu art. 457 k.c. taki zapis umowny nie jest uzasadniony, ponadto w § 10 błędnie oznaczono numerację.

Prosimy o informację, czy wcześniejsza spłata dozwolona ma być w całości czy w części?

Prosimy o informację, czy wcześniejsza spłata, wskazana jako zmiana umowy, ma być potwierdzona pisemnym aneksem pod rygorem nieważności?

- Wnosimy o korektę treści umowy.

Odp. Zamawiający informuje, że wcześniejsza spłata jest dozwolona zarówno w całości jak i w części. Wcześniejsza spłata, ma być potwierdzona pisemnym aneksem pod rygorem nieważności.

Pytanie 15. Dot. pkt 15 załącznika nr 3a do SWZ (Warunki Gwarancji I Serwisu Oferowanego Sprzętu)

pkt 15 załącznika nr 3a do SWZ (Warunki Gwarancji I Serwisu Oferowanego Sprzętu): *Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail).*

W jakim celu Zamawiający wymaga podania danych serwisu poza Polską?

Serwis pogwarancyjny świadczony będzie po upływie 60-miesięcznej gwarancji, a zatem położenie serwisów, zarówno w Polsce jak i terenie innych krajów UE, może się zmienić. Nadto, po upływie terminu gwarancji, Wykonawca nie jest już zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Zamawiającego, a dane dot. położenia punktów serwisowych są powszechnie dostępne i Zamawiający może te dane ustalić samodzielnie.

- Wnosimy o usunięcie zapisu.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 15 w załączniku nr 3A do SWZ (Warunki Gwarancji i Serwisu Oferowanego Sprzętu). Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji załącznika nr 3A do SWZ.

Pytanie 16. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 11 ust.1

- Prosimy zmianę umowy, aby możliwe było jej wypełnienie w przypadku konsorcjum, gdy powierza się dane osobowe był tylko jeden z konsorcjantów? (drugi z wykonawców nie będzie miał dostępu do danych osobowych), poprzez zmianę § 11 ust.1

„W celu realizacji umowy głównej Zamawiający (Administrator danych) powierza **Wykonawcy (lub Liderowi Konsorcjum) – dalej nazywanego w niniejszym § 11 „Wykonawcą”,** (Podmiotowi przetwarzającemu) w trybie art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych pacjentów, korzystających z usług Zamawiającego, zgromadzonych na sprzęcie medycznym, którego dotyczy Umowa, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wyłącznie w celu właściwej jej realizacji. Przetwarzanie obejmować może maksymalnie następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania pacjenta, rozpoznanie główne, opis procedury medycznej wykonanej za pomocą sprzętu będącego przedmiotem Umowy oraz dane służbowe pracownika wykonującego i opisującego badanie.”

Wskazujemy, iż z uwagi na podział zadań w ramach umowy konsorcjum podmiot finansujący nie będzie przetwarzał danych osobowych pacjentów Zamawiającego,

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 11 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „W celu realizacji umowy głównej Zamawiający (Administrator danych) powierza Wykonawcy (lub Liderowi Konsorcjum) – dalej nazywanego w niniejszym § 11 „Wykonawcą”, (Podmiotowi przetwarzającemu) w trybie art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych pacjentów, korzystających z usług Zamawiającego, zgromadzonych na sprzęcie medycznym, którego dotyczy Umowa, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz wyłącznie w celu właściwej jej realizacji. Przetwarzanie obejmować może maksymalnie następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania pacjenta, rozpoznanie główne, opis procedury medycznej wykonanej za pomocą sprzętu będącego przedmiotem Umowy oraz dane służbowe pracownika wykonującego i opisującego badanie.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 17. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy § 10 ust. 9

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy § 10 ust. 9 - tak aby doprecyzować skutki wcześniejszej spłaty swojego zobowiązania wobec wykonawcy w poniższy sposób?

„w zakresie częściowej, wcześniejszej spłaty zobowiązania pod warunkiem zgłoszenia zamiaru i kwoty wcześniejszej spłaty (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), w terminie nie krótszym niż 30 dni przed jej dokonaniem, **z tym że Strony zgodnie postanawiają, iż taka wcześniejsza spłata jest możliwa jedynie w wysokości kwoty odpowiadającej kwocie jednej raty (bądź wielokrotności kwoty jednej raty),**

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 10 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „w zakresie częściowej, wcześniejszej spłaty zobowiązania pod warunkiem zgłoszenia zamiaru i kwoty wcześniejszej spłaty (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), w terminie nie krótszym niż 30 dni przed jej dokonaniem, **z tym że Strony zgodnie postanawiają, iż taka wcześniejsza spłata jest możliwa jedynie w wysokości kwoty odpowiadającej kwocie jednej raty (bądź wielokrotności kwoty jednej raty).**” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 18. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Czy w zakresie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, kary umowne kumulują się ?

Odp. Tak, kary umowne kumulują się w zakresie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.

Pytanie 19. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 2 - formularz oferty

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie §6 ust. 1 w poniższy sposób:

„Na cenę składają się następujące koszty:

- 1) cena systemu do kardioangiografii cyfrowej niezbędny do przeprowadzania szybkich i precyzyjnych interwencji kardiologicznych wraz z dostawą, instalacją i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w wyznaczonych pomieszczeniach brutto: Słownie
- 2) ryczałtowy koszt szkolenia Słownie
- 3) koszt **ratalnego** finansowania dostawy z instalacją systemu do kardioangiografii cyfrowej słownie

- równocześnie w konsekwencji, prosimy o dostosowanie Załącznika nr 2 formularza cenowego, pozycja 3. poprzez dodanie słowa „RATALNEGO” do kosztu finansowania, tak aby pełne zdanie brzmiało:

„Koszt **ratalnego** finansowania dostawy z instalacją systemu do kardioangiografii cyfrowej”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Dot. Załącznik nr 8 – Projekt umowy oraz Załącznik nr 8 – Projekt umowy, §6 ust. 9

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie §6 ust. 9 w poniższy sposób:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia **pozostałej niezapłaconej** kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny. **Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty niespłaconej ceny nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbioru oświadczenia Wykonawcy dotyczącego postawienia tej kwoty w stan natychmiastowej wymagalności.**”

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 6 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia pozostałej niezapłaconej kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny. Zamawiający będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty niespłaconej ceny nie później niż w terminie 30 dni od dnia odbioru oświadczenia Wykonawcy dotyczącego postawienia tej kwoty w stan natychmiastowej wymagalności.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odp. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie sprzętu w całym okresie finansowania leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie sprzętu w całym okresie finansowania leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 23.

Prosimy o informację czy możliwa będzie cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie finansowania sprzętu medycznego?

Odp. Zamawiający informuje, że możliwa będzie cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie finansowania sprzętu medycznego.

Pytanie 24.

Prosimy o informację czy możliwe będzie zawarcie Umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie Umowy zastawu rejestrowego.

Pytanie 25.

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie odnośnie oferowanego wyrobu dotyczy urządzenia głównego- angiografu, nie urządzeń towarzyszących.

Odp. Zamawiający potwierdza, że oświadczenie wskazane w pkt. 5.1.1. SWZ dotyczy urządzenia głównego – kardioangiografu nie urządzeń towarzyszących.

Pytanie 26.

Zwracamy się z prośbą o podanie danych dostawców systemów PACS/RIS z jakimi należy zintegrować oferowane urządzenie.

Czy w zakres przedmiotu zamówienia obejmuje licencję na podłączenie urządzenia do angiografii od strony PACS/RIS jest w zakresie?

Odp. Tak, podłączenie jest w zakresie Wykonawcy, PACS – RADPOINT, RIS – CHAZON firmy PIXEL.

Pytanie 27.

Prosimy o informację czy demontowane urządzenia należy zutylizować, czy przetransportować do magazynu wskazanego przez Zamawiającego? Kto ponosi koszt.

Odp. Demontowane urządzenie należy zutylizować na koszt Wykonawcy.

Pytanie 28. Dot. Załącznik nr 3A – Warunki Gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu, pkt 4 i 5

4.	Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych	<=24 h Tak, podać	
5.	Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych.	<=48 godzin Tak, podać	

- Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii odpowiednio do 48 h w przypadkach nie wymagających wymiany części oraz do 5 dni roboczych. Przy zachowaniu zapisów dotyczących pokrycia kosztów badań wraz z transportem w innym wskazanym przez Wykonawcę ośrodku w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego Przez okres przestoju przedmiotu zamówienia - powyżej 48 godzin (z powodu awarii, naprawy spowodowanej bez winy Zamawiającego - do czasu naprawy).

Obecne terminy, ze względu na stan epidemii i trudno do przewidzenia okoliczności, zbyt krótkie.

A w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, wręcz niewykonalne fizycznie.

Prosimy o zmianę zapisów pkt 4 i 5 w następujący sposób:

4.	Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych	<=48 h Tak, podać	
5.	Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych.	<=5 dni roboczych Tak, podać	

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 3)**Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 3 pkt. 3**

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wymóg dostarczenia „System wyposażony w najnowocześniejszy i najbardziej wydajny dla danego producenta pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania”, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia technologii Clarity IQ w przypadku angiografu produkcji firmy Philips, technologii Optiq w przypadku angiografu produkcji firmy Siemens, technologii AutoRight w przypadku angiografu produkcji firmy GE oraz technologii DoseRite w przypadku angiografu produkcji firmy Canon.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt. 3 załącznik 3 do SWZ, Zamawiający wymaga systemu wyposażonego w najnowocześniejszy i najbardziej wydajny dla danego producenta, tzn. że wymaga najnowocześniejszej technologii i w najwyższej dostępnej wersji aplikacji.

Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 3 pkt. 126

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że instalacja systemu zasilania awaryjnego o mocy 100 kVA, będzie wymagać przeznaczenia dodatkowej powierzchni poza obecnym zakresem pracowni Hemodynamiki oraz instalacji dodatkowych systemów chłodzących związanych z dodatkowym wydatkiem cieplnym.

W związku z powyższym wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostarczenia systemu zasilania awaryjnego UPS o mocy min. 20 kVA gwarantującego podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 5 min. z możliwością kontynuowania badania, bez konieczności jego zakończenia, na zasilaniu awaryjnym i po przejściu na zasilanie główne, utrzymującego ciągłość obrazowania radiologicznego poprzez zapewnienie min. fluoroskopii oraz ruchów.

Odp. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w przypadku dostarczenia systemu zasilania awaryjnego UPS o mocy min. 20 kVA gwarantującego podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 5 min. z możliwością kontynuowania badania, bez konieczności jego zakończenia, na zasilaniu awaryjnym i po przejściu na zasilanie główne, utrzymującego ciągłość obrazowania radiologicznego poprzez zapewnienie min. fluoroskopii oraz ruchów.

Pytanie 3. Dotyczy Załącznika nr 3 pkt. 12 i 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna maksymalną ocenę punktową dla rozwiązania o maksymalnej szybkości ruchów statywu w płaszczyznach LAO/RAO i CRAN/CAUD równej 20°/s, które umożliwi współbieżność ruchów statywu (tzn. jednoczesny ruch w płaszczyznach LAO/RAO i CRAN/CAUD), co pozwala osiągnąć docelową projekcję nawet o 30% szybciej w porównaniu do statywu bez współbieżności ruchów

Odp. Zamawiający nie potwierdza, i informuje, że w takiej sytuacji jak opisana w Pytaniu nr 3 przyzna 0 pkt. w pkt. 12 i 14 załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia ?

Odp. Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz nie udostępni urządzenia sieciowego umożliwiającego zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia.

Pytanie 5.

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia ?

Odp. Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia.

Pytanie 6.

Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G dostarczonego i opłaconego przez Wykonawcę?

Odp. Nie dotyczy, odpowiedź pozytywna w zakresie pytania 5.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu TK. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi kardioangiografu. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający potwierdza, że złożenie wniosku o Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG zgodnie z Ustawą Prawo atomowe oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy leży po stronie kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uruchomienie pracowni rtg oraz uruchomienie i stosowanie aparatu rtg.

Odp. Zamawiający potwierdza, że złożenie wniosku o Wydanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG zgodnie z Ustawą Prawo atomowe oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy leży po stronie kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uruchomienie pracowni rtg oraz uruchomienie i stosowanie aparatu rtg.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń personelu po uzyskaniu zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG. Takie szkolenia można prowadzić z udziałem pacjentów , takie szkolenia niosą najwięcej korzyści dla personelu Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń personelu po uzyskaniu zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza , że czas oczekiwania na zezwolenie na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG nie wlicza się do czasu realizacji umowy. Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania procedur administracyjnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza, że czas oczekiwania na zezwolenie na uruchomienie pracowni RTG oraz uruchomienie i stosowanie aparatów RTG nie wlicza się do czasu realizacji umowy.

Pytanie 11.

W związku z tym, że miejsce instalacji urządzenia znajduje się na poziomie +2 prosimy o wskazanie drogi transportu urządzenia do miejsca instalacji . Czy na drodze transportu jest winda?

Odp. Zamawiający informuje, że droga transportu urządzenia zależy od Wykonawcy. W jednej z dostępnych dróg transportu znajduje się winda.

Pytanie 12.

Jeśli na drodze transportu urządzeń znajduje się winda to prosimy o podanie jej wymiarów i udźwigu.

Odp. Zamawiający informuje, że rozmiary windy wynoszą : szerokość 1400mm, głębokość 2400mm, szerokość drzwi 1100mm, wysokość kabiny 2100mm, Wysokość drzwi 2000mm, a jej udźwig wynosi 1500kg

Pytanie 13.

Jeśli urządzenia mają być transportowane przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie udziału serwisu windy w trakcie transportu urządzeń.

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru drogi transportu urządzenia windą, zapewni w razie potrzeby udział serwisu windy w trakcie transportu urządzeń.

Pytanie 14.

Jeśli udźwig windy lub jej wymiary uniemożliwią transport urządzeń przy jej pomocy to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej budynku w celu wprowadzenia urządzenia przy pomocy dźwigu tak by transport urządzenia mógł się odbyć bez pomocy windy.

Odp. Zamawiający, wyraża zgodę na rozwiązanie opisane powyżej (w pytaniu nr 14).

Pytanie 15.

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi tak to prosimy o wskazanie miejsca wykonania takiego otworu?

Konieczne wymiary takiego otworu to wysokość 220cm szerokość 150cm

Odp. Zamawiający informuje, że jest to ściana południowa budynku B, tj. ściana południowa Pracowni Hemodynamiki.

Pytanie 16.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia przez otwór w ścianie to jakie wymogi Zamawiający postawi do odtworzenia elewacji gdyż elewacja pokryta identyczną farbą obecnie będzie się różniła od tej istniejącej.

Odp. Zamawiający informuje, że elewacja po odtworzeniu ma być maksymalnie zbliżona do istniejącej.

Pytanie 17.

W związku z obowiązkami Wykonawcy opisanymi w punkcie 3 paragraf 1 prosimy o potwierdzenie, że wykonanie projektu osłon stałych oraz uzyskanie jego akceptacji przez WSSE nie leży po stronie Wykonawcy .

Odp. Zamawiający informuje, że wykonanie projektu osłon stałych oraz uzyskanie jego akceptacji przez WSSE leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 18.

W związku z obowiązkami Wykonawcy opisanymi w punkcie 3 paragraf 1 prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni radiologicznej leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni radiologicznej leży po stronie Zamawiającego

Pytanie 19.

Czy Zamawiający udostępni edytowalną wersję dokumentacji pomieszczeń przeznaczonych dla urządzenia.

Odp. Zamawiający nie posiada takiej wersji dokumentacji.

Pytanie 20.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej pomieszczeń przeznaczonych pod instalację.

Odp. Zamawiający załącza do odpowiedzi dokumentację, którą posiada.

Pytanie 21.

Prosimy o wskazanie nośności stropów na planowanej drodze dostawy urządzeń.

Odp. Zamawiający nie posiada informacji o nośności stropów na planowanej drodze dostawy urządzeń.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni. Takie szkolenia aplikacyjne niosą najwięcej korzyści dla personelu Zamawiającego gdyż mogą zostać przeprowadzone z udziałem pacjentów.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni.

Pytanie 23.

Prosimy o udostępnienie parametrów istniejącego kabla zasilającego Pracownię Hemodynamiki (długość, przekrój , materiał , kiedy został zainstalowany).

Odp. Kabel YKY5x120 z 2008r.

Pytanie 24.

W ramach obowiązków Wykonawcy leży demontaż istniejącego w Pracowni Hemodynamiki urządzenia , prosimy o opisanie jakie są ziamy Zamawiającego w stosunku do tego urządzenia lub co Wykonawca będzie musiał zrobić ze zdemontowanym urządzeniem.

Odp. Zamawiający informuje, że istniejący aparat ma być zutylizowany na koszt Wykonawcy.

Pytanie 25.

Prosimy o określenie wymiarów i ochronności drzwi radiologicznych, które Wykonawca ma wymienić.

Odp. Zgodnie z wymogami projektu osłon sporządzonego przez Wykonawcę.

Pytanie 26.

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej podstawy stalowej jeśli Wykonawca uzna, że może ją wykorzystać?

Odp. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej podstawy stalowej jeśli Wykonawca uzna, że może ją wykorzystać.

Pytanie 27. Dotyczy wzoru umowy §§ 4 ust. 13

Standardem podmiotów zrzeszonych w ramach międzynarodowych korporacji jest posiadanie ubezpieczenia dla całej grupy podmiotów, obejmujących swym zakresem wszystkie zrzeszone w ramach niej podmioty na terytoriach ich działania. Z uwagi na to oraz zgodnie z wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi, nie ujawniamy całości takiej polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, ale przedkładamy dokument potwierdzenia zawarcia polisy oraz opłacenia składki wskazujący na objęcie zakresem ubezpieczenia konkretnego podmiotu, wydany przez naszego brokera ubezpieczeniowego. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne dane związane z zakresem ubezpieczenia i kwotą ubezpieczenia. Czy w związku z

powyższym Zamawiający uzna złożenie takiego dokumentu za spełnienie warunku, w którym mowa we wzorze umowy, w par. 4 ust. 13?

Odp. Zamawiający uzna złożenie dokumentu o którym mowa powyżej (w pytaniu 27) za spełnienie warunku, o którym mowa we wzorze umowy, w par. 4 ust. 13.

Pytanie 28. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 8

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 7 ust. 8 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub w wykonanych pracach budowlanych na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do § 7 ust. 8 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 7 ust. 8 wzoru treści umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie 29. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 5

Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 60% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 60% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 8 ust. 5 wzoru treści umowy (załącznik nr 8 do SWZ) i jednocześnie informuje, że w tym zakresie dokonał już zmiany zapisu treści wzoru umowy.

Pytanie 30. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej przewidzianej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu umowy, w szczególności niedostarczenia sprzętu medycznego w terminie lub dostarczenia sprzętu medycznego niezgodnego z umową wynosiła 6000,-zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 8 ust. 1 pkt. 1) wzoru treści umowy (załącznik nr 8 do SWZ)

Pytanie 31. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 8

Prosimy o dodanie postanowień umożliwiających dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom z jednej grupy kapitałowej Wykonawcy lub stałego jego podwykonawcy, których listę Wykonawca udostępni Zamawiającemu. Zwracamy uwagę, że w przypadku podmiotów przetwarzających zrzeszonych w dużych strukturach korporacyjnych, serwis sprzętów medycznych skomplikowanych technologicznie może wymagać konsultacji z producentem takiego sprzętu i przeprowadzenie przez niego zdalnej diagnostyki, co ma istotny wpływ na szybkość i efektywność dokonania naprawy. Wobec tego, proponujemy dodanie kolejnego zdania czwartego do par. 11 ust. 8 „Zamawiający wyraża zgodę, bez konieczności udzielenia uprzedniej pisemnej zgody, na przekazywanie danych osobowych podwykonawcom Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, znajdujących się na liście stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy („Lista Podwykonawców Przetwarzania”), z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację wzoru umowy w § 11 ust. 8 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może przekazać przetwarzanie powierzonych w umowie danych osobowych swoim podwykonawcom wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Forma pisemna dla zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. W przypadku powierzenia danych do dalszego przetwarzania, Wykonawca zapewni przestrzeganie warunków niniejszego paragrafu przez dalszego przetwarzającego a za jego działania będzie odpowiadał jak za działania własne. Zamawiający wyraża zgodę, bez konieczności udzielenia uprzedniej pisemnej zgody, na przekazywanie danych osobowych podwykonawcom Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, znajdujących się na liście stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy („Lista Podwykonawców Przetwarzania”), z zastrzeżeniem zdania poprzedniego”. Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 32. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 9

Dla celów realizacji zdalnego dostępu i zdalnych napraw, może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się w USA lub w innym kraju znajdującym się poza EOG. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową, będzie dokonywany wyłącznie do określonych na Liście Podwykonawców Przetwarzania podmiotów i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnemu. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na następującą zmianę par. 11 ust. 9:

„9. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG) poza możliwością przekazania danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podwykonawców Przetwarzania z siedzibą poza EOG. Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG, z zastrzeżeniem podmiotów znajdujących się na Liście Podwykonawców Przetwarzania. Jeżeli Wykonawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG do podmiotów innych niż znajdujące się na Liście Podwykonawców Przetwarzania, informuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację wzoru umowy w § 11 ust. 9 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „9. Wykonawca oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG) poza możliwością przekazania danych do podmiotu znajdującego się na Liście Podwykonawców Przetwarzania z siedzibą poza EOG. Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG, z zastrzeżeniem podmiotów znajdujących się na Liście Podwykonawców Przetwarzania. Jeżeli Wykonawca ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG do podmiotów innych niż znajdujące się na Liście Podwykonawców Przetwarzania, informuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania”. Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 33. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 14

Możliwość realizowania niezapowiedzianej kontroli w przypadku „uzasadnionych przesłanek świadczących o niewywiązywaniu się przez Wykonawcę z powierzonych obowiązków” daje Zamawiającemu prawo do zakłócenia działalności Wykonawcy przy stwierdzeniu jednostronnie i subiektywnie istnienia „uzasadnionych” przesłanek. Sama ingerencja w działalność gospodarczą innego podmiotu powinna być możliwa w sytuacjach absolutnie wyjątkowych z uwagi na istotne ryzyka związane z taką kontrolą (np. dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy, danych poufnych Wykonawcy lub jego klientów). Brak jest zatem uzasadnionych podstaw do przyznania tak daleko idącego uprawnienia Zamawiającemu jak niezapowiedziana kontrola, tym bardziej jeśli przesłanką jej przeprowadzenia są tak niesprecyzowane okoliczności. W związku z tym, prosimy o wykreślenie zdania drugiego z par. 11 ust. 14

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację wzoru umowy w § 11 ust. 14 (załącznik nr 8 do SWZ), przez wykreślenie zdania drugiego. Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 34. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 15

Zwracamy uwagę, że kary umowne regulowane są w par. 8 a nie par. 7 wzoru umowy. Dodatkowo, przewidziana tam kara za nieterminowe wykonanie umowy jest karą rażąco wygórowaną, mającą na celu zabezpieczenie terminowej realizacji zamówienia w zakresie dostawy i instalacji sprzętu i nie powinna mieć w związku z tym zastosowania do par. 11 ust. 5. Usunięcie uchybień wskazanych w par. 11 ust. 15 wiąże się również z koniecznością współpracy stron i wzajemnego wsparcia w tym zakresie – niezasadne jest więc nakładanie kar na Wykonawcę w przypadku, gdy np. ewentualne uchybienie terminowi wdrożenia zaleceń pokontrolnych wiąże się z ich niejasnością i koniecznością doprecyzowania ich z Zamawiającym. W związku z tym, prosimy o usunięcie z par. 11 ust. 15 zdania drugiego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację wzoru umowy w § 11 ust. 15 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy

Pytanie 35. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 19

Rozporządzenie RODO nakłada obowiązek zgłoszenia **stwierzonego** naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 72h. Niezasadnym i naruszającym w sposób rażąco równowagę stron jest zatem żądanie zgłoszenia administratorowi faktu samego **podejrzania** naruszenia takich danych, tym bardziej w tak niespotykanym i niestandardowym dla praktyki rynkowej krótkim 12-godzinnym terminie, który – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie par. 11 ust. 19.:

„19. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 36 godzin, zgłosić je Zamawiającemu oraz dostarczyć wszelkich informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków, przewidzianych art. 33 RODO.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację wzoru umowy w § 11 ust. 19 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłosić je Zamawiającemu oraz dostarczyć wszelkich informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków, przewidzianych art. 33 RODO.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy

Pytanie 36. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 21 i 22

Zwracamy uwagę, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wskazują na odpowiedzialność administratora lub procesora w zakresie naruszenia przez ten podmiot postanowień dot. ochrony danych osobowych i nakazuje organowi zweryfikować, który podmiot ponosi odpowiedzialność za dane naruszenie. W sytuacji, gdyby Wykonawca podnosił

odpowiedzialność za naruszenie przepisów, to wykonawca dostanie karę odpowiadającą jego własnemu naruszeniu. Tym samym, Zamawiający zostaje obciążony przez organ karą dotyczącą wyłącznie swojego własnego naruszenia i w tej sytuacji ryzyko związane z naruszeniem zamawiającego nie może być przerzucane na Wykonawcę (gdyż Wykonawca ponosiłby dodatkową odpowiedzialność za własne błędy zamawiającego) a tego typu kara może stanowić bezpodstawnie wzbogacenie. W sytuacji, gdy dane naruszenie dotyczy przetwarzania, w którym uczestniczy zarówno administrator, jak i procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną podmiotowi trzeciemu. W tym kontekście więc brak jest uzasadnienia dla automatycznego przerzucania odpowiedzialności na Wykonawcę, jeśli kara administracyjna została nałożona przez organ na Zamawiającego (stwierdzając tym samym, iż Zamawiający naruszył postanowienia przepisów dot. ochrony danych osobowych), skoro Wykonawca odpowiada i tak w zakresie własnego zawinionego działania lub zaniechania i sam odpowiada. Postanowienia ust. 21 w par. 11 skutkują rażącym naruszeniem równowagi Stron i przerzuceniem na Wykonawcę odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych przez Zamawiającego. W związku z tym, prosimy o wykreślenie ust. 21 z par. 11 oraz o nadanie par. 11 ust. 22 następującego brzmienia:

„22. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym przez osobę, której prawa, wynikające z Rozporządzenia RODO zostały naruszone wyłącznie przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością zasądanego odszkodowania, o naruszenia danych osobowych, za które to naruszenie wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i będzie współpracował z Wykonawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz Zamawiający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań zmierzających do uznania roszczenia lub zawarcia ugody bez uprzedniej konsultacji i zgody Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności i obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym ustępie.”

Odp. Zamawiający wykreśla ust. 21 z § 11 wzoru umowy oraz zmienia treść ust. 22 § 11, wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym przez osobę, której prawa, wynikające z Rozporządzenia RODO zostały naruszone wyłącznie przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną będącą równowartością zasądanego odszkodowania, o naruszenia danych osobowych, za które to naruszenie wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskutek zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i będzie współpracował z Wykonawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz Zamawiający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań zmierzających do uznania roszczenia lub zawarcia ugody bez uprzedniej konsultacji i zgody Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności i obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym ustępie.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 37. Dotyczy Załącznika nr 3A pkt. 1

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy wnosimy o następujące doprecyzowanie pkt. 1 Zał. Nr 3A: *„Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu co najmniej 6-godzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia”*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38. Dotyczy Załącznika nr 3A pkt. 4 i 5

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 2 dni. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy wynosił odpowiednio: do 2 dni roboczych usunięcie usterki nie wymagającej wymiany części, do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39. Dotyczy Załącznika nr 3A pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację pkt. 7 Zał.nr 3A: *„Przez okres przestoju przedmiotu zamówienia – powyżej 7 dni roboczych (z powodu awarii, naprawy spowodowanej bez winy Zamawiającego – do czasu naprawy) – Wykonawca pokrywa koszt badań wraz z transportem w innym wskazanym przez Wykonawcę ośrodku w promieniu 100km od siedziby Zamawiającego.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40. Dotyczy Załącznika nr 3A pkt. 8 ppkt. b)

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie ppkt. b) w pkt. 8 Załącznika nr 3A.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41. SWZ pkt.5.1.2. oraz 13.6.7

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, czy danych technicznych oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podkreśla, że katalogiem lub prospektem lub folderem w języku polskim, muszą zostać potwierdzone wyłącznie parametry oferowanego asortymentu w zakresie punktowanych parametrów technicznych – kryterium oceny ofert, a nie każdy opisany parametr w załączniku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia). Dlatego też, Zamawiający przewidział że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i przyzna w tym zakresie 0 pkt. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 16.2.2 SWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1

Proszę o rezygnację z wymogu, polegającego na tym, że ofertę mogą podpisać jedynie osoby posiadające pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (pkt 13.5 SWZ). Wymóg ten nie znajduje uzasadnienia prawnego, gdyż złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania. Zobowiązanie zaciągnięte jest w chwili zawarcia umowy, zatem prosimy o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa z którego będzie wynikało jedynie umocowanie do podpisania oferty, bez wskazywania w nim wysokości zobowiązań odpowiadającej co najmniej cenie oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Zgodnie z pkt 5.1.1. SWZ w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą m.in. oświadczenia Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zmianami) - w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. Dalej Zamawiający wskazuje, że Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie w jakim trybie (podstawa prawna) skierowane zostanie takie wezwanie.

Odp. Zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) jest uprawniony do żądania od Wykonawców na podstawie Oddziału 5 ustawy PZP przedmiotowych środków dowodowych. Na podstawie art. 105 ustawy PZP Zamawiający może żądać złożenia certyfikatu. Zamawiający w pierwszej kolejności wymaga złożenie w w/w zakresie oświadczenia, a w przypadku powzięcia wątpliwości, czy zaoferowane urządzenie kardioangiografu posiada faktycznie wymagane dopuszczenia i certyfikaty, zastrzega możliwość zweryfikowania dokumentów źródłowych.

Pytanie 3

Zgodnie z pkt 5.1.2. SWZ w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą m.in. Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim w ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SWZ w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. Prosimy o odstąpienie od postawionego wymogu aby w katalogu/prospekcie/folderze wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SWZ), dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferty składane są elektronicznie w związku z czym dokonanie powyższej czynności jest znacznie utrudnione lub wręcz nie możliwe. Przypominamy, że Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców jedynie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego – zaznaczanie parametrów nie jest do tego niezbędne, natomiast stanowi dodatkowe utrudnienie dla Wykonawców, w szczególności w kontekście wymaganej elektronicznej formy oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że przez koszt ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 15.2 SWZ, Zamawiający rozumie ubezpieczenie na czas transportu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy ze sprzętem które należy wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) w FORMULARZU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, będą oddzielnie płatne przez Zamawiającego i nie są objęte ceną ofertową

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iż możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego, o których mowa w pkt 2 ZAŁĄCZNIKA NR 3A DO SWZ - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU będą przedmiotem odrębnej umowy, będą odrębnie płatne i nie są objęte ceną ofertową.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §11 ust. 19 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W razie powzięcia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłosić je Zamawiającemu oraz dostarczyć wszelkich informacji, niezbędnych do wypełnienia obowiązków, przewidzianych art. 33 RODO.”. Wskazany obecnie 12-sto godzinny termin na zgłoszenie jest zbyt krótki do dotrzymania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że w powyższym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie 8

W związku zapisem pkt 3 załącznika nr 3a dot. pełnej obsługi serwisowej napraw, proszę o potwierdzenie, że Wykonawca będzie ponosił koszty napraw wszelkich wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Należy wskazać, że Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami napraw awarii powstałych, np. na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. 6.1.2.4 SWZ a następujący: „Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw wykonywanych) - co najmniej 1 dostawy sprzętu medycznego w zakresie kardioangiografu **lub angiografu** na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i informuje, że nazwa kardiograf jest tożsama z nazwą angiograf. Obie nazwy oznaczają to samo urządzenie. Zamawiający będzie akceptował referencje lub inne dokumenty wystawione na dostawę kardioangiografu jak również angiografu. Są to synonimy nazwy urządzenia, które oznaczają to samo.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z załącznika nr 1 do SWZ, pkt 8 przewidującego obowiązek wskazania danych osób uprawnionych do podpisania umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie wie, które z pośród osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy będą obecne i będą mogły podpisać umowę z Zamawiającym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 8 należy wpisać planowane osoby do podpisania umowy.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie w formularzu ofertowym kosztu finansowania płatności ratalnej, podobnie jak jest to określone w Formularzu cenowym i w umowie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W Formularzu ofertowym należy podać łączną cenę. W Formularzu cenowym, podaje się ceny w rozbiciu na poszczególne elementy stanowiące przedmiot zamówienia i razem. Następnie kwotę razem należy przenieść do Formularza Ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 12

Proszę o modyfikację załącznika nr 1 do SWZ (oferta przetargowa) poprzez wykreślenie z pkt 3 zapisu rozpoczynającego się od słów: „Poniżej przedstawiono wykaz pozycji asortymentowych ...” i kończącego się na „...ZMIANY WSKUTEK WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW)”. Parametry odbiegające od parametrów wymaganych w SWZ, które zostały dopuszczone przez Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ i akceptacja SWZ oznacza z automatu ich akceptację. Zmiany te zostaną również wskazane przez Wykonawcę w opisie przedmiotu zamówienia. Ponowne wskazywanie ich w formularzu oferty nie znajduje żadnego uzasadnienia, a stanowi dla Wykonawcy dodatkowe utrudnienie i w sposób bezzasadny wydłuży przygotowywanie oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wynika że udzielone odpowiedzi i ewentualne zmiany w dokumentach zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Ponadto Zamawiający na bieżąco w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentach zamówienia dokonuje ich aktualizacji o wprowadzone zmiany. Następnie uaktualnione dokumenty są niezwłocznie publikowane na Platformie Zakupowej danego postępowania. Jednocześnie w pkt. 3 Formularza Ofertowego (załącznika nr 1 do SWZ) Wykonawcy wpisują informację, jeżeli złożyli ofertę na podstawie dopuszczeń lub zmian.

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pozycję: ADRES NA JAKI NALEŻY ODSYŁAĆ DOKUMENTY KORYGUJĄC, zawartą w Formularzu ofertowym. Co Zamawiający rozumie przez "dokumenty korygujące"? Prosimy też o wykreślenie pozycji NR FAXU NA JAKI NALEŻY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA, w tym postępowaniu nie przewidziano sukcesywnych dostaw/zamówień.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie potwierdza, że rozumie „dokumenty korygujące.”

Pytanie 14

Proszę o potwierdzenie, że czynności opisane w §4 ust. 7 i 8 wzoru umowy będą dokonane przez Zamawiającego przed odbiorem sprzętu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 12 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca niezwłocznie dokona naprawy uszkodzonego mienia na własny koszt.” Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za następstwa działań, które nie zostały przez niego zawinione.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §4 ust. 12 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca niezwłocznie dokona naprawy uszkodzonego mienia na własny koszt.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów zawartych w §5 ust. 3, a także fragmentów odnoszących się do rachunku bankowego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy z §6 ust. 12 wzoru umowy. Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa, a nie roboty budowlane, zatem rozliczenia Wykonawcy ze swoimi podwykonawcami są ich indywidualną sprawą, które w żadnym wypadku nie rodzą roszczeń w stosunku do Zamawiającego, jak przy robotach budowlanych. Zamawiający niewłaściwie wprowadził do umowy postanowienia, które są charakterystyczne i dopuszczalne w przypadku umów o roboty budowlane, gdzie Zamawiający może ponosić odpowiedzialność za wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, natomiast nie znajdują żadnego uzasadnienia w przypadku umowy dostawy sprzętu, gdzie Zamawiający nie będąc zobowiązanym do pokrywania wynagrodzenia należnego podwykonawcom, nie ma żadnego interesu prawnego w uzyskiwaniu informacji, których żąda na podstawie kwestionowanych postanowień umownych.

Odp. Zamawiający w powyższym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru treści umowy w §5 ust. 3 (załącznik nr 8 do SWZ), poprzez jego wykreślenie. Zamawiający dokonuje wykreślenia fragmentów odnoszących się do rachunku bankowego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w §6 ust. 12 wzoru umowy. Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu spłat nie będzie wymagała aneksu do umowy.

Odp. Zamawiający nie potwierdza, aktualizacja harmonogramu spłat wymagać będzie aneksu do umowy.

Pytanie 18

W celu umożliwienia dokonania prawidłowej kalkulacji ceny oferty prosimy o doprecyzowanie informacji na temat terminu płatności pierwszej oraz pozostałych rat o których mowa w treści §6 projektu umowy poprzez dodanie do niego zapisu o treści: „Zapłata wymienionej w pkt. 1 ceny dokonana zostanie w 60 ratach miesięcznych. Płatność pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu i został podpisany protokół odbioru. Kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §6 ust. 6 (załącznik nr 8 do SWZ), który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający będzie regulował płatność wymienioną w pkt. 1 ceny, na podstawie prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT w 60 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do wystawionej faktury VAT. Płatność pierwszej raty nastąpi na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa sprzętu Zamawiającemu i został podpisany protokół odbioru. Kolejne raty płatne będą do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.” Zamawiający w tym zakresie dokonuje aktualizacji wzoru treści umowy.

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat

Odp. Zamawiający dopuszcza kalkulację ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Pytanie 20

Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz obowiązek zachowania zasady równowagi stron prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych: określonej w §8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy z 10% na 5%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §8 ust. 4 wzoru umowy. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust. 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Dostawcę na fakturze VAT”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Prosimy o wykreślenie §9 ust. 1 wzoru umowy bądź o jego modyfikację i wskazanie konkretnych przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z umowy stoi w sprzeczności m.in. z zasadą pacta sunt servanda, zgodnie z którą umowa skutecznie zawarta wiąże obie strony, nie powinna być zmieniana ani rozwiązywana, lecz wykonana realnie do końca. Wyjątki są dopuszczalne, z woli stron w obrocie powszechnym, natomiast w zamówieniach publicznych – w granicach przyzwolenia ustawowego. Zakaz zastrzegania prawa odstąpienia czy rozwiązania umowy o zamówienie publiczne w ujęciu art. 395 kc nie został co prawda sformułowany wyraźnie w prawie polskim, jednak jest on oczywisty na tle wyjątkowych przypadków jednostronnego rozwiązania umowy przez zamawiającego przewidzianych w art. 145-145a Pzp.”(R.Szostak, „Umowy o zamówienia publiczne w zarysie”, s. 219). Nawet jeśli by uznać, że umowne odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie jest dopuszczalne na gruncie pzp, zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązanie, uprawniające do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jest zbyt ogólne i zbyt daleko idące. Przy takim brzmieniu postanowienia, Strony byłyby uprawnione do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia już przy najlżejszym zaniechaniu drugiej Strony, prowadzącym do nienależytego wykonania umowy, nawet jeśli to zaniechanie nie miałoby większego wpływu na wykonanie umowy. Takie rozwiązanie istotnie zagraża stałości stosunku prawnego łączącego Strony i stwarza zagrożenie dla obydwu Stron. Przesłanki do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, jako okoliczności powodujące daleko idące konsekwencje, powinny zostać ściśle określone. W związku z tym prosimy o wskazanie konkretnych przypadków naruszeń umowy, które mogłyby prowadzić do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że przypadki nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy są określone w treści umowy i dokumentach zamówieniowych. Ponadto w przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wykonania stwierdzonych uchybień, co zabezpiecza Wykonawcę przed arbitralnym odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

Pytanie 24

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści projektu umowy w zakresie §8 ust. 5 poprzez zmniejszenie maksymalnej całkowitej sumy kar umownych naliczonych zgodnie z treścią umowy z 60 % na 30% łącznej wartości umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie informuje, że w powyższym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru treści umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty rat w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego.

Pytanie 27

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego.

Pytanie 29

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp. Zamawiający pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń, które dopuszcza w wyniku udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 31

W związku z prowadzeniem postępowania w formie elektronicznej oraz pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Powyższa forma jest rekomendowana przez Urząd Zamówień Publicznych, i zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą, a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie określając formy tego podpisu. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy przewidziane przepisami prawa.

Pytanie 33

Prosimy o informację, dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana umowa w formie elektronicznej. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przestania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej, najpierw podpisze ją Zamawiający (w pierwszej kolejności), a następnie prześle ją na wskazany przez Wykonawcę e-mail, który opatrzy ją swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do zawarcia umowy. A w przypadku, gdy umowę ze strony Wykonawcy będą podpisywać inne osoby niż wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym urzędowym i obowiązującym rejestrze do reprezentacji Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, wówczas należy dodatkowo dołączyć elektroniczne pełnomocnictwo, upoważniające do zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązania w wysokości złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany, zawrzeć otrzymaną umowę w dniu, w którym ją otrzyma i w tym samym dniu odesłać zawartą umowę e-mailem do Zamawiającego.

Pytanie 34

Prosimy o wykreślenie §10 ust. 10 oraz §14 ust. 3 wzoru umowy i dodanie w ich miejsce do treści umowy § Zawiadomienia oraz Postanowienia końcowe, o treści jak poniżej:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przestania. W przypadku przestania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co

do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca:

Zamawiający:

§ ____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Zamawiający: _____, Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

1. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o zastąpienie §4 ust. 14 i wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§ ____

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z powyższymi odpowiedziami zamieszcza na swojej platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualnione następujące dokumenty:

- 7_ZP_2021_Opis_przedmiotu_zamówienia_Załącznik_3_do_SWZ_ZMIANA_2
- 7_ZP_2021_UMOWA_Załącznik_8_do_SWZ_ZMIANA_1
- 7_ZP_2021_Warunki_gwarancji_i_serwisu_Załącznik_3A_do_SWZ_ZMIANA_1

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl