



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/3055/23

Data: 03.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2851/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Pytanie do pkt. 17

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych z branszami okienkowymi z atraumatycznym ząbkowaniem o długości bransz 26 mm, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość 36 cm – 3 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 2

Pytanie do pkt. 17

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych jelitowych typu okienkowego o długości bransz 18 mm, dwie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość 36 cm – 3 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 3

Pytanie do pkt. 18

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych z branszami okienkowymi z atraumatycznym ząbkowaniem o długości bransz 26 mm, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość 43 cm – 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 4

Pytanie do pkt. 18

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych jelitowych typu okienkowego o długości bransz 18 mm, dwie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość 43 cm – 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

