

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
ul. Augustyna Końskiego 55, 45-372 Opole**

Dotyczy: „Dostawa witryn chłodniczych” znak sprawy: ZPU 13/2024

Pakiet nr 2

Pyt. 1.

Prosimy o zgodę na chłodziarkę z drzwiami pełnymi i z funkcją oświetlenia. Witryna przeznaczona jest do przechowywania odczynników, które mogą być wrażliwe na światło.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na chłodziarkę z drzwiami pełnymi i z funkcją oświetlenia.

Pyt. 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zew. głębokość 870(824)mm. Podany wymiar obejmuje wszystkie elementy wystające tj. odbojniki itp.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zew. głębokość 870(824)mm.

Pyt. 4

Prosimy o zgodę na wyprofilowany uchwyt drzwi będący na całej długości drzwi bez elementów wystających. Obecnie światowi producenci stosują takie rozwiązania technologiczne jeśli chodzi o uchwyty drzwiowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyprofilowany uchwyt drzwi będący na całej długości drzwi bez elementów wystających.

