



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał czujników w technologii Masimo SET??

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga czujników jednorazowego użytku SpO2 neonatologicznych w technologii Masimo SET. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał oryginalnych filtrów zwalidowanych przez producenta urządzenia ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga filtrów do inkubatora Giraffe oryginalnych, zwalidowanych przez producenta urządzenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czujnik pediatryczny 15-40 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści część nosową wyposażoną w regulowaną metalową blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik oraz część donosową wykonane z PCV pozbawionego DEHP?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściową opaskę do mocowania rurki tracheostomijnej wykonaną z miękkiego materiału, z mocowaniem opaski z rurką za pomocą pasków rzepowych przekładanych przez otwory szyldu rurki tracheostomijnej, przeznaczona dla jednego pacjenta, bez możliwości sterylizacji, zdjęcie poglądowe poniżej?



**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 stabilizatory do rurek intubacyjnych o powyższej charakterystyce pod warunkiem możliwości sterylizacji parowej.**

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na cewnik wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, nie powodującego podrażnień?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na maskę z metalową blaszką na nosie, dzięki której można ją łatwiej ukształtować?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie wkładów równoważnych w skutecznym i bezpiecznym odsysaniu, o następujących cechach:

- wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami systemu VacSax (potrzebną ilość pojemników prześlemy gratis), uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie dwa króćce trwale złączone z pokrywą (aby zapobiegać przypadkowemu rozszczelnieniu), króciec pacjenta jest gładki, rozszerzający się dzięki temu, pasujący do drenów o różnej średnicy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający wymaga układu który jest zwalidowany i opisany w instrukcji obsługi przez producenta firmę Vyair/Acutroni jako jedyny który nadaje się do terapii HFO

Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanymi ramionami: wdechowym i wydechowym dedykowany do terapii oscylacyjnej.



Zestaw do terapii wymiennych oraz NIV, zestaw zawiera:

-1 szt x układ do terapii wymiennych linia wdechowa i wydechowa podgrzewana, rury gładkie w środku nadające się do terapii HFO. Złącze do podłączenia grzania układu wyprowadzone na odległość min 13 cm. Cała zawartość zapakowana w jednym opakowaniu.

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,6 m, średnica wew. 10 mm,
- odcinek wydechowy podgrzewany dł. min 1,6 m
- odcinek przedłużający do respiratora 0,4 m
- 1 szt x proksymalny przewód ciśnieniowy dł. min 1,8 m
- 1 szt x łącznik do funkcji nCPAP dł. min 0,63 m
- 1 szt x różne adaptory
- 1 szt x automatyczna komora nawilżacza

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratora Fabian HFO zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, owalną o symetrycznych równych powierzchniach dzielonych, o łącznej powierzchni czynnej 105cm<sup>2</sup>? Podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, zapobiegającej powstawaniu odparzeń, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Proszę o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos wykonanego z PVC.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 14

Proszę o informację dotyczącą pozycji nr 1 - czujnik do pomiaru Co<sub>2</sub> - proszę o podanie nr ref. oryginału lub wskazanie jaki rodzaj pomiaru jest stosowany -strumień główny czy boczny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje że stosowany jest zarówno strumień boczny i główny.**

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 12

W związku z wprowadzeniem na rynek układów doprowadzających mieszaninę oddechową do pacjenta zawierającą w komplecie komorę nawilżacza z możliwością podłączenia nebulizatora, czy Zamawiający wymaga zaoferowania również takiej opcji od wyboru podczas składania zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 zestawu o powyższej charakterystyce.**

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania również opcji kaniul z różną średnicą wypustek donosowych do wyboru podczas składania zamówienia? Asymetryczna budowa wypustek donosowych ma potwierdzoną w badaniach większą skuteczność wyplukiwania CO<sub>2</sub> z anatomicznej przestrzeni martwej oraz pozwala na uzyskanie wyższego ciśnienia w drogach oddechowych. Ponadto w taki sposób ukierunkowany przepływ



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

mieszaniny oddechowej powoduje zmniejszenie hałasu co zwiększa komfort pacjenta podczas prowadzenia terapii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 13 kaniul donosowych o powyższej charakterystyce.**

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu dla dorosłych z metalowym klipsem precyzyjnie dopasowującym maskę do twarzy pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga maski wolne od DEHP, PHT i BPA?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 6 poz. 1 masek do tlenu dla dorosłych wolnych od DEHP. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek wolnych od PHT i BPA. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu wykonany z delikatnego medycznego PCV wolnego od DEHP, PHT i BPA?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK DZIAŁU  
Zaproszenia i Zamówień Publicznych  
*Romana Komar*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Monika Wojciechowska*  
inż. Monika Wojciechowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

