

COZL/DZP/AW/3411/PN - 41/24

Lublin, dnia 07.05.2024r.

Do wszystkich wykonawców

„Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej akceleratora Radixact X oraz urządzeń i systemów z nim współpracujących w COZL”.

Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-41/24

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

dotyczy części nr 1:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SWZ, Projektowe Postanowienia Umowy „UMOWA” zał. nr 3 § 1 ust. 8 dla części nr 1:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia w/w paragrafie dokumentów. Wyjaśniamy, iż powyższe dokumenty zostały dostarczone wraz z akceleratorem Radixact X.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SWZ, Projektowe Postanowienia Umowy „UMOWA” zał. nr 3 § 7 ust.1 dla części nr 1:

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu serwisu wydaje się być rażąco wygórowana biorąc pod uwagę, że jest liczona od wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego pomimo, że dotyczy zwłoki w wykonaniu pojedynczego przeglądu. Wykonawca proponuje, aby kara umowna w tym przypadku była naliczana od wynagrodzenia miesięcznego, a zatem o nadanie postanowieniu następującej treści:

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądów – 0,5 % liczone od wartości Miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SWZ, Projektowe Postanowienia Umowy „UMOWA” zał. nr 3 § 9 ust.5 dla części nr 1:

W celu uniknięcia wątpliwości, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uregulowanie zapisów w § 9 ust. 5 w następujący sposób:

Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy średnia liczonych narastająco wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanych dalej „wskaźnikiem GUS”) za dwa ostatnie kwartały kalendarzowe poprzedzające wniosek o waloryzację wzrosła/spadła o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika GUS:

- a) ogłoszonego za kwartał kalendarzowy, w którym zawarto Umowę, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika GUS ogłoszonego za kwartał kalendarzowy składania ofert – w przypadku pierwszej waloryzacji,*
- b) zastosowanego do ostatniej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku kolejnych waloryzacji.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy zapisów SWZ, Kosztorys ofertowy zł. nr 2.1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.3, 3.4- dotyczy części nr 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie czasu interwencji i naprawy dla skanera Epson.

Prosimy o zmianę na:

3.4. „Czas interwencji maksymalnie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia”;

3.4. „Czas naprawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy zapisów SWZ, Projektowe Postanowienia Umowy „UMOWA” zał. nr 3 § 7 ust. 6 dla części nr 1:

Ze względu na charakter dostawy wnosimy o wykreślenie zapisów o urządzeniu zastępczym.

Zapis o urządzeniu zastępczym jest niemożliwy do spełnienia ze względów ekonomicznych, logistycznych oraz z uwagi na gabaryty urządzenia, oraz ścieżkę urzędową, jaką każdy aparat musi przejść, aby doszło do jego uruchomienia. Nadmieniamy, iż Zamawiający naliczać będzie kary za zwłokę w realizacji przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.