



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/38/PN/2021

Zabrze, 19.07.2021r.

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„ZAKUP ŚRODKÓW DO DEZYNFEKЦИИ II”

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniającego zapisy SIWZ o znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(Candida albicans), Wirusy: (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) w czasie do 1 minuty, Tbc (M. terrae i M. Avium) w czasie do 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Clostridium Difficile w czasie do 15 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SIWZ o znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec: B {EN 13727 i EN 16615}(w tym MRSA i VRE), F {EN 13624 i EN 16615} (Candida albicans, Aspergillus), Wirusy {EN 14476}: (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) Tbc {EN 14348}(M. terrae i M. Avium), Clostridium Difficile. Wymiary 20x20 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o szerszym spektrum mikrobójczym wobec: B {EN 13727 i EN 16615}(w tym MRSA i VRE), F {EN 13624 i EN 16615} (Candida albicans), Wirusy {EN 14476}: (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV, Rota) Tbc {EN 14348}(M. terrae i M. Avium) w stężeniu 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 8 poz.1

Prosimy o określenie ile sztuk chusteczek powinno się znajdować w opakowaniu, ponieważ w innym przypadku nie będzie możliwość porównania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga 24szt chusteczek w jednym opakowaniu.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w żelu na bazie mieszaniny alkoholu spełniającego zapisy SIWZ o zawartości minimum 80% alkoholu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 8 poz.1

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość w opakowaniu Zamawiający ma na myśli podając

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl



Dymisz

jednostkę miary opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga 24szt chusteczek w jednym opakowaniu.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'10szt z ewentualnym przeliczeniem ilości w zależności jakiej ilości w opakowaniu oczekiwał Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'8szt z ewentualnym przeliczeniem ilości w zależności jakiej ilości w opakowaniu oczekiwał Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 8 poz.2

Czy Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a'1szt czepek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 8 poz.2

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pakowane a'1szt z ewentualnym przeliczeniem ilości w zależności jakiej ilości w opakowaniu oczekiwał Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie jednorazowych czepek do mycia głowy pakowanych a'1szt.

Pytanie nr 11 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 lit.a

Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 lit. a wzoru umowy na następujący: "w wysokości 50,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 lit.b

Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 lit. b wzoru umowy na następujący: "w wysokości 50,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15";

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 lit.c

Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 lit. c wzoru umowy na następujący: "w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 lit.d

Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 lit. d wzoru umowy na następujący: "w wysokości 1 00,00 złotych brutto, za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Dymiusz

Pytanie nr 15 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2 lit.e

Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 lit. e wzoru umowy na następujący: "w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy wzoru umowy

Przewidzenie we wzorze umowy przedmiotowego postępowania, możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci żelu triksotropowego, opartego na bazie roślinnego etanolu, bezzapachowy, bezbarwny, o pH 5,5- 6,0, hipoalergiczny. Zawierający składniki nawilżające, witaminę E z właściwościami przeciwutleniającymi, roślinną glicerynę. Preparat przebadany zgodnie z normami: Bakterie: EN 1040 (wersja 2006) 30s; EN 13727+A2* (wersja grudzień 2015) 30s; EN 13727+A2* (wersja grudzień 2015) standard dla MRSA, ESBL E.coli, VRE, Pałeczka ropy błękitnej odporna na imipenem, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii; EN 1276* (wersja marzec 2010) 30s., EN 1276* Standard dla listerię monocytogenes i salmonellę enterica 30s ; EN 1500 (wersja kwiecień 2013) 3 ml 30s; EN 12791 (wersja 2016) Test 12791, wykazał 3 godzinny trwały efekt 2x45s ; Mykobakterie: EN 14348 (wersja styczeń 2005) M. terrae i M. avium 30s; Drożdże : EN 1275 (wersja kwiecień 2006) 30s; EN 13624* (wersja listopad 2013) 30s; EN 1650+A1* (wersja lipiec 2013) 30s; Pleśń: EN 1275 (wersja kwiecień 2006) 30s; EN 13624* (wersja listopad 2013) 45s; Wirusy: EN 14476+A1* (wersja październik 2015) standard dla Adenovirus 30s; EN 14476+A1* (wersja październik 2015) standard dla Poliovirus 45s; EN 14476+A1* (wersja październik 2015) standard dla Norovirus 30s; EN 14476+A1* (wersja październik 2015) standard dla Vaccinia virus Obejmuje również następujące wirusy z otoczką: koronawirus, herpeswirus, wirus zapalenia wątroby typu B, wirus zapalenia wątroby typu C, grypa, HIV 30s; EN 14476+A1* (wersja październik 2015) standard dla Rotavirus 30s; Preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1200 ml (2x1200 ml; w systemie zamkniętym), po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 10 poz.1

Prosimy jednocześnie o dopuszczenie dozowników bezdotykowych w systemie zamkniętym, do preparatu j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 10 poz.2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia rąk w postaci piany, o hipoalergicznej formule. Łagodny dla rąk, przeznaczony również dla dzieci i niemowląt, z zawartością gliceryny i izomeratu sacharydowego, który posiada silne właściwości nawilżające i łagodzące. Ph preparatu – neutralne dla skóry, produkt bezwonny i bezbarwny, konfekcjonowany w opakowaniach 2x1,2 L. Dostosowany do dozowników w systemie zamkniętym, który zapobiega kontaminacji. Preparat posiada certyfikat Ecolabel.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 10 poz.2

Prosimy również o dopuszczenie do oceny dozowników bezdotykowych, dostosowanych do preparatu j. w.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 10 poz.1, 2

W przypadku dopuszczenia ww. rozwiązań prosimy o możliwości przeliczenia ilości pow. preparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu **Velox Spray** wykazującego działanie na B, (w tym MRSA) F, Tbc, V, (HIV,HBV, HCV, Vaccina, Herpes simplex) Rota, Norowirus w czasie do 30s. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dymalska

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu typu *Velox Foam Extra* wykazującego działanie na B, (w tym MRSA), F(*Candida albicans*), Tbc(*M. terrae*), Wirusy: (*Vaccinia*, *Ebola*, *Herpes Siplex*, *HIV*, *HBV*, *HCV*). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny wyższej klasy II b.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli normę EN 14348?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. W miejscu EN 1434 powinno być EN 14348. W konsekwencji udzielonej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny tabletek typu *Medicarine* na bazie dichloroizocyjanuranu sodu, nie posiadających w składzie tenzydów myjących.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy pod pojęciem „Tbc” ma na myśli działanie bójcze na *Mycobacterium avium* *Mycobacterium terrae*?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza że oczekuje działania bójczego na *Mycobacterium avium* *Mycobacterium terrae*.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 5 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ w opakowaniu 1 l albo 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku zgody na powyższe prosimy o wskazanie jaką pojemność wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza opakowanie 5l, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku

Dymitry

nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej ponieważ Zamawiający wymaga preparat do dezynfekcji narzędzi a w zakresie działania napisane jest „ dezynfekcja powierzchni”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. W kolumnie Zakres działania w miejscu „Dezynfekcja powierzchni” powinno być „Dezynfekcja narzędzi”. W konsekwencji udzielonej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 5 poz.3

W związku z wycofanie preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu Sekusept Aktiv przeznaczonego się do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych łącznie z giętkimi endoskopami, przeznaczonego również do myjek ultradźwiękowych. Na bazie nadwęglanu sodu, zawiera inhibitory korozji. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, (HBV, HCV, Vaccina, Adeno, Polio, Noro), S (B.subtilis, Cl.difficile) w stężeniu 2 % do 15 min. Opakowanie 1, 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnej ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ z zaokrągleniem w górę.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zapisów SWZ - Oferta

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ w SWZ oraz wzorze umowy określony jest termin wykonania zamówienia jako 12 m-cy, natomiast w formularz ofertowym do każdego zdania określony jest jako 24 m-ce od dnia podpisania umowy. Prosimy o jednoznaczne podanie jaki jest termin realizacji zamówienia i odpowiednia modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w formularzu Oferta doszło do omyłki pisarskiej. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla wszystkich zadań. W konsekwencji udzielonej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie tj.:

było:

Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące od dnia podpisania umowy.**

jest:

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na formularzu Oferta z terminem wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy, Zamawiający przyjmie do oceny termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 32 dotyczy zapisów SWZ

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy oraz SIWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o modyfikacje w sposób następujący:

Czas reakcji na reklamacje:

Liczba punktów:

od 4 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt

od 2 do 3 dni roboczych włącznie – 1 pkt

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (Ro/Rmax) x 100 x waga

Gdzie:

Ro – ilość punktów oferty badanej

R max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert

UWAGA:

Zamawiający wymaga terminu wymiany reklamowanego przedmiotu umowy nie dłuższego niż 5 dni

Dymitrie 5

roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu wymiany reklamowanego przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny termin tj. 5 dni

Termin dostawy

Liczba punktów:

od 4 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt

od 2 do 3 dni roboczych włącznie – 1 pkt

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = $(T_o/T_{max}) \times 100 \times \text{waga}$

Gdzie:

T_o – ilość punktów oferty badanej

T_{max} – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert

UWAGA:

Zamawiający wymaga terminu dostawy nie dłuższego niż 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda terminu dostawy, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny termin tj. 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ

Pytanie nr 33 dotyczy zapisów wzoru umowy §4 ust.8

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów ust.8 z §4 umowy dotyczących tzw. wykonania zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy zapisów wzoru umowy §4 ust.8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 7 ust.2 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 4 ust. 8 zapisu dotyczącego zapłaty kary umownej i odszkodowań. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy zapisów wzoru umowy §4 ust.8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej odnośnie nabycia zastępczego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust.8 w sposób następujący:

8. *W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy zapisów wzoru umowy §7 ust.2

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. *Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:*

a) *w wysokości 100,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,*

b) *w wysokości 100,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy zapisów wzoru umowy §7 ust.2

Obecne kary są niewspółmierne w stosunku do opisanego przewinienia. Wnioskujemy zatem o modyfikację i zmniejszenia kary:

c) *w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,*

d) *w wysokości 200,00 złotych brutto, za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,*

Łyminisła

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zapisów wzoru umowy §7

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §7 ustępu 11 i 12 o następującej treści:

11. *Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.*

12. *Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 11.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy zapisów wzoru umowy §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 umowy poprzez dodanie do umowy ust. 11 o następującej treści:

11. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powódzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy zapisów wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Stroną, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 preparat o spektrum działania wobec B, (w tym MRSA) F (C. albicans), Tbc, V, (HIV,HBV, HCV, Vaccina, Rota, Adeno, Noro) w 1 min. oraz Polio w 5 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku

Dymniński 7

nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 preparat o spektrum działania wobec B, (w tym MRSA) F (C. albicans), V, (HIV,HBV, HCV, Vaccina, Rota) w 5 min. oraz Tbc i Papova w 15 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 chusteczki w rozmiarze 20x30cm, o spektrum działania wobec B (w tym MRSA, VISA, VRE, VRSA), F (C. albicans), Tbc (M. avium), V (w tym Polio, Adeno, Noro), Spory w czasie do 5 min. oraz Tbc (M. terrae) w 10 min., w opakowaniach po 80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 2 poz.1

Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje potwierdzenia zawartości substancji myjącej w składzie oferowanego preparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 2 poz.1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat myjąco-dezynfekujący skuteczny wobec wymaganego spektrum już w 2 000 ppm w 15 min. tj. 2 tabletki na 1 l wody (z przeliczeniem ilości), w opakowaniu po 200 tabletek z przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 2 poz.2

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu biobójczego Taski Sprint Degrem, myjąco-dezynfekcyjnego do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy; skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%-15 min. wobec bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M. avium oraz M. terrae), wirusy BVDV_HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.niger; przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego, tj. EN 14885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPLWMPB; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodnie z wytycznymi RKI?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający w poz. 1 wymaga trzech enzymów: amylazy, lipazy i proteazy niezbędnych do rozkładu struktury komórkowej zbudowanej z różnych białek, polisacharydów i lipidów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga minimum trzech enzymów tj: amylazy, lipazy i proteazy.

Dymiuska

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 5 poz.1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat o spektrum działania B, F(drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc w wyższym stężeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 5 poz.2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat w opakowaniu 1L lub 5L, z przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza opakowanie 5l, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 5 poz.3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści preparat posiadający skuteczność: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, (w tym np. Rotawirus, Norowirus, HAV), sporobójczy (w tym Clostridium difficile) w 2% - 15min., w opakowaniu 2kg z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 9 poz.2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat o zawartości etanolu i izopropanolu w stężeniu powyżej 80% v/v?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 9 poz.2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści preparat o zawartości etanolu 78,4% v/v; 72% (720 mg/g), co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 10 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, system zamknięty konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml bez możliwości dolewania, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej ilości dozowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Dymianishe

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 10 poz.1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna i emolient?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaofertowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2

Zamawiający zmieni § 7 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 1% wartości brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,

b) w wysokości 1% wartości brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregoś z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,

c) w wysokości 200 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

d) w wysokości 100 zł złotych za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający doda w § 7 ust. 5 po zdaniu pierwszym słowa: „z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 11 i 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ust. 11 i 12 o treści: „11. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycji nr 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli (oksy-1,2-etanodilo),. alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydrokso-, propanian (sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z pompką ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Dymniśle

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 w pozycji nr 3 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 1kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 w pozycji nr 1 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 w pozycji nr 2 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku

Dymański 11

nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 w pozycji nr 1 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga z uwzględnieniem zapisu Uwaga w przedmiocie zamówienia opisanym w załączniku nr 1a do SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 w pozycji nr 2 dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga z uwzględnieniem zapisu Uwaga w przedmiocie zamówienia opisanym w załączniku nr 1a do SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, o szerokiej kompatybilności materiałowej i szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561, w tym MRSA), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut? Produkt posiada opinię producenta potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Nie zawiera aldehydów, fenoli, nie odbarwia powierzchni, nie pozostawia smug, nie zawiera substancji zapachowych. Wyrób medyczny kl. IIa, butelka ze spryskiwaczem o poj. 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat spełniający wymogi SIWZ, o wyższej niż wymagana skuteczności (osiąganej w 1 minutę): B (EN 13727, w tym MRSA), F (EN 13624, C. albicans, A. niger), Tbc (EN 14348, M. terrae i M.avium), V (EN 14476, Noro, Adeno, Polio), S (EN 13704). Produkt może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziałach pediatrycznych, neonatologicznych. Wyrób medyczny kl. IIa konfekcjonowany w butelce ze spryskiwaczem o poj. 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie mieszaniny alkoholi (łącznie 60g/100g), do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych również tych wykonanych z poliwęglanu oraz do dezynfekcji sprzętu stomatologicznego, w tym końcówek stomatologicznych. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Bez aldehydów i fenoli. Posiada przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową, szybkooschnący, nie

Dymisła

pozostawiający zacieków. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1 min, A. brasiliensis, Adeno w 2 min z możliwością rozszerzenia działania o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat, na bazie mieszaniny 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych, do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, wyposażenia i innych wyrobów medycznych, o właściwościach myjących, bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), powierzchni przyrządów medycznych. Nie pozostawia smug i osadu. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Niedrażniący zapach. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowania 1L ze spryskiwaczem. Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae) EN 14348, pełnych grzybów, V (BVDV, Adeno, Polio, Noro) 1.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 15 min., S (C. difficile - EN13704) 10.000 ppm warunki wysokiego obciążenia - 10 min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu skutecznego w warunkach wysokiego obciążenia wobec: B EN16615, F (C.albicans) EN16615 – w 0,5%, w 5min., V (BVDV, Vaccinia) DVV/RKI w 0,5%, w 10min., pełne grzyby EN13624, Tbc (M.terrae) EN14348, Rota EN14476 w 1% i 15 min., z możliwością rozszerzenia o M. avium EN14348, V (Noro, Adeno) EN14476 przy wydłużeniu czasu działania. W pozostałym zakresie zgodny z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu skutecznego wobec B, F(C.albicans), V (BVDV, Vaccinia) w 15 minut, w 0,5%. Opakowanie a 1L + dozownik.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu skutecznego wobec B, F(C.albicans), V (BVDV, Vaccinia) w 15 minut, w 0,5%. Opakowanie a 1L + dozownik. Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza) preparat do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi

Dyncuska¹³

chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestetycznego, nie wytwarzający piany, zapewniający ochronę przed korozją. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Stężenie użytkowe przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%. Opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat w proszku, nie wymagający użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestetycznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Dzięki połączeniu trójenzymatycznego kompleksu i substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa białko, cukry i tłuszcze. Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji. Nie zawiera aldehydów, fenoli i toksycznych związków metali ciężkich. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec: B, V(BVDV, Vaccinia) - 0,5%, 15min., Tbc (M. terra, M. avium), pełnych grzybów, Rota - 1%, 15min., Noro, Adeno, Polio - 2%, 10min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (C.difficile, B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes) - 2%, 10min. Opakowanie 1,5kg z miarką dozującą z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o określenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego, łokciowego, uniwersalnego, przeznaczony do aplikacji preparatów myjących, dezynfekujących w butelkach o pojemności 500 ml i 1L, **obecnie używane w Państwa Placówce**. Do zamocowania na ścianie. Obudowa wykonana tworzywa ABS w kolorze białym a tylna płytką ścienna wykonana z HDPE. Pompka tłokowa wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca możliwość regulacji dozowanej ilości preparat. Produkt jest łatwy w montażu i w użytku. Dozownik umożliwia kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem. Specjalny zawór wylotowy zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i kontaminacji preparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu **Chemisept Gel** (obecnie używany w szpitalu) przeznaczonego do antyseptyki dłoni rąk o następującym spektrum mikrobójczym:

Przeznaczenie / spektrum:

EN1500 - Higieniczna dezynfekcja rąk

EN12791 - Chirurgiczna dezynfekcja rąk

EN13727 - Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE)

EN13624 - Drożdżakobójczy

EN14348 - Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)

EN14476 - Pełne działanie wirusobójcze (Adeno, Noro,

Polio)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Dymiusz

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu **Bactacid AF** (obecnie używany w szpitalu) przeznaczonego do alkoholowej dezynfekcji powierzchni o następującym spektrum mikrobójczym:

EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy -(w tym MRSA, VRE) 30 sekund

EN 13624, EN 14562 Bójczy na grzyby drożdżopodobne – 30 sekund

EN 13624 Grzybobójczy – 2 minuty

EN 14348, EN 14563 Prątkobójczy tym prątki gruźlicy – 30 sekund

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do bezalkoholowej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego w tym narzędzi medycznych, o następującym spektrum mikrobójczym:

EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) - warunki brudne - 1 minuta

EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy – warunki brudne – 1 minuta

EN 13624 Grzybobójczy – warunki brudne – 10 minut

EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) – warunki brudne - 5 minut

EN 14476 Wirusobójczy HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Noro, Rota - warunki brudne - 30 sekund

EN 13704 Sporobójczy Clostridium Difficile - 15 minut

EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) - 1 minuta

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci nasączonych preparatem bezalkoholowym chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji wszystkich powierzchni w tym sprzętu medycznego i inkubatorów. Preparat o następującym spektrum mikrobójczym:

EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) - warunki brudne - 1 minuta

EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy – warunki brudne – 1 minuta

EN 13624 Grzybobójczy – warunki brudne – 10 minut

EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) – warunki brudne - 5 minut

EN 14476 Wirusobójczy HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Noro, Rota - warunki brudne - 30 sekund

EN 13704 Sporobójczy Clostridium Difficile - 15 minut

EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) - 1 minuta

Chusteczki w formacie 20x20cm, pakowane w tubie z podajnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 80 dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu **Sterisept Forte** (obecnie używany w szpitalu) w postaci koncentratu, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym podłóg, do zastosowania we wszystkich środowiskach szpitalnych w tym na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, o następującym spektrum mikrobójczym:

EN 13727 Bakteriobójczy (w tym MRSA, Legionella, Salmonella): 0,25% - 15 minut

EN 13624 Grzyby: 0,25% - 15 minut

EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy): 0,25% - 15 minut

EN 14476 Wirusobójczy (BVDV,HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota): 0,25% - 5 minut

Adeno, Polio: 0,5% - 60 minut

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Dymalska
15

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu Chemisept Gel (obecnie stosowany w szpitalu), przeznaczony do antyseptyki dłoni rąk, o następującym spektrum mikrobójczym:

EN1500 - Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sekund

EN12791 - Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 90 sekund

EN13727 - Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE)

EN13624 - Drożdżakobójczy

EN14348 - Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)

EN14476 - Pełne działanie wirusobójcze (Adeno, Noro, Polio)

Preparat oparty o dwa alkohole: etanol – 72,5g; izopropanol – 7,5g

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

Katarzyna Brzoza
Inspektor

Dymidła