



ZPZ -2353- 1951 /24

Olsztyn, 22.04.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW  
POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** *postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa akcesoriów do zabiegów medycznych, insuflatora i stołów medycznych, w podziale na części”, znak sprawy ZPZ-14/03/24*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI ZESTAW NR 3**

**ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

W odpowiedzi na pytania zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania:

**PYTANIE nr 1: dot. SWZ formularz wymaganych parametrów technicznych zał. 3:** Zamawiający w poz. 12.4 -Stolik narzędziowy do pakietowania z dwoma blatami 750x500 (ilość - 4 sztuki) oraz poz. 12.5- Wózek medyczny czteroszufladowy z nadstawką i wyposażeniem dodatkowym (ilość - 4 sztuki) zawarł ten sam opis parametrów wymaganych. Wobec powyższego zwracamy się prośbą o wyjaśnienie czy:

- A. Zamawiający oczekuje w poz. 12.5 takiego samego produktu jak w poz. 12.4 w ilości 4 sztuk,
- B. Zamawiający oczekuje w poz. 12.5 Wózków medycznych czteroszufladowych z nadstawką i wyposażeniem dodatkowym (ilość - 4 sztuki), wówczas prosimy o uzupełnienie właściwego opisu parametrów wymaganych dla wózków medycznych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający w poz. 12.5 wymaga wózków medycznych czteroszufladowych z nadstawką i wyposażeniem dodatkowym (ilość - 4 sztuki). W związku z tym, dotychczasowe zapisy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (Formularz wymaganych parametrów technicznych) dla części nr 12, poz. 12.5, w brzmieniu:

12.5 Wózek medyczny czteroszufladowy z nadstawką i wyposażeniem dodatkowym (ilość - 4 sztuki)

L.P.	Opis parametrów wymaganych	Warunek graniczny	Potwierdzenie parametrów
1.	Wymiary obu blatów: 750mm szer. X 500 mm gł. +/- 20 mm	TAK/podać	
2.	Wysokość blatu 900 mm +/-20 mm	TAK/podać	
3.	Obydwa blaty proste, wzmocnione, z blachy o gr. min. 1 mm o nośności min. 15 kg każdy	TAK/podać	
4.	Układ jezdny składający się z czterech kół, dwa koła wyposażone w hamulec	TAK	
5.	Konstrukcja szkieletowa wykonana z profili zamkniętych min. 25 x25 mm	TAK/podać	
6.	Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9	TAK	
7.	Wszystkie krawędzie stolika zaokrąglone	TAK	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

zostają zmienione i otrzymują brzmienie:

### 12.5 Wózek medyczny czteroszufladowy z nadstawką i wyposażeniem dodatkowym (ilość - 4 sztuki)

L.P.	Opis parametrów wymaganych	Warunek graniczny	Potwierdzenie parametrów
1.	Wymiary blatu: 630 mm szer. x 570 mm gł. +/- 20 mm z tworzywa ABS lub stali nierdzewnej	TAK/podać	
2.	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego 820 mm szer. x 660 mm gł +/- 20 mm	TAK/podać	
3.	Wysokość blatu 900 mm +/-90 mm	TAK/podać	
4.	Konstrukcja wózka lakierowana proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra	TAK	
5.	Szuflady z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania	TAK	
6.	Układ jezdny składający się z czterech kół, dwa koła wyposażone w hamulec. Wszystkie koła wyposażone w odbojniki z tworzywa	TAK	
7.	Szuflady z zamkiem centralnym, wyposażone w uchwyty w kształcie litery C	TAK	
8.	Fronty szuflad lakierowane proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra	TAK	
9.	Uszczelki szuflad jednoczęściowe, silikonowe, konstrukcyjnie związane z frontami	TAK	
10.	Uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej zamontowany do boku korpusu wózka	TAK	
11.	Wózek wyposażony w kosz na odpady medyczne 10 L do zawieszenia na szynie - <b>w ilości 1 szt.</b>	TAK	
12.	Wózek wyposażony w podblatowy wysuwany blat - <b>w ilości 1 szt.</b>	TAK	
13.	Wózek wyposażony w 4-rzędową nadstawkę na nici - <b>w ilości 1 szt.</b>	TAK	
14.	Wózek wyposażony w uchwyty opakowań rękawiczek jedn. uż. - <b>w ilości 2 szt.</b>	TAK	
15.	Wózek wyposażony w szyny ze stali kwasoodpornej do montażu wyposażenia dodatkowego - <b>w ilości 3 szt.</b>	TAK	
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

**PYTANIE nr 2: dot. umowa § 2, ust. 1. i § 3 ust. 3 pkt. 8:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji i uruchomienia, przeszkolenia w zakresie części 12 i 14 ze względu na fakt że asortyment wyspecyfikowany we wskazanych częściach jest dostarczany złożony, gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy.

**ODPWIĘDŹ:** Zamawiający informuje, że w przypadku zamówienia asortymentu w części 12 i 14 (stoliki medyczne) dostarczanego przez Wykonawcę w całości, odstąpi od wymogu instalacji. Ponadto dla powyższych części Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia i przeszkolenia personelu.

**PYTANIE nr 3: dot. umowa § 3 ust. 3 pkt. 9:** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów w zakresie części 12 i 14, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że w przypadku zamówienia asortymentu w części 12 i 14 odstąpi od wymogu zapewnienia przez Wykonawcę przeglądów technicznych.

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje zapisów SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 25.04.2024 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 25.04.2024 r. godz. 10:30.

**Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Logistycznych  
SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie**  
Inż. Jolanta Grabińska

.....  
/podpis na oryginale/

Sporządził: Agnieszka Olifirko