



Znak: AE/ZP-27-45/23

Tarnów, 2023-06-28

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy sprzętu do urzędzeń medycznych.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:


1. **Dotyczy Pakietu Nr 5** . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości noska 5 i 15 mm, średnica zewnętrzna 7,0 – 5,0 Fr.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** . Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, sterylne, owalne, wykonane z plecionego drutu, długość 2300 mm, średnice 10 mm, 15 mm, 25 mm oraz 32 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, zintegrowana rączka, pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** . Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze do biopsji, sterylne, elastyczne, gładkie lub gładkie z igłą długość 1600 mm, 1800 mm oraz 2300 mm, zintegrowany uchwyt, pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5** sfinkterotomów o długości noska 5 i 15 mm, średnica zewnętrzna 7,0 – 5,0 Fr

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** również pętli do polipektomii opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późniejszymi zmianami).

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** również kleszczy do biopsji opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późniejszymi zmianami).


Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a


Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

