



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 22.05.2024 r.

DZP-11/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 23

23	Projekcje skośne, zakres kątów [stopnie] $\geq \pm 45$ stopni	TAK / podać		
----	---	-------------	--	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu umożliwiającego wykonywanie projekcji skośnych w zakresie ± 40 stopni. Oferowany zakres nieznacznie różni się od wymaganego i umożliwia wykonanie wszystkich typów badań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 25

25	Ścianka automatycznie ustawia się do pozycji zapisanej w programie narządowym, w tym dostępna pozycja do zdjęcia wykonywanego przy statywie	TAK		
----	---	-----	--	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego powyższej funkcjonalności. Ze względu na to, że odległość SID 180 cm jest osiągalna w naszym aparacie bezpośrednio w ścianie bez udziału dodatkowego statywu, badania odległościowe klatki piersiowej wykonuje się bezpośrednio na ścianie. Dodatkowy statyw pełni jedynie rolę uzupełniającą i jest wykorzystywany niezwykle rzadko.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 27

27	Odległość blat stołu-detektor [cm] $\leq 7,5$ cm	TAK	NIE 7,8 cm	
----	--	-----	------------	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu w którym odległość blat stołu - detektor wynosi 7,8 cm. Odległość ta nieznacznie różni się od wymaganej i wpływa na jakość badań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 43-45

43	Pojemność cieplna anody ≥ 800 KHU	TAK / podać		
44	Szybkość chłodzenia anody ≥ 160 KHU/min	TAK		
45	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg $\geq 2,4$ MHU	TAK / podać		

Prosimy o dopuszczenie lampy o pojemności cieplnej anody 600 KHU, szybkości chłodzenia anody 120 KHU/min oraz pojemności cieplnej kołpaka lampy wynoszącej 1,7 MHU

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Są to parametry lampy dedykowanej przez producenta aparatu i w pełni pokrywającej potrzeby cieplne i niezwodnościowe urządzenia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 72

72	Podczas zmiany wysokości statywu lampa śledzi ten ruch zachowując synchronizację promień centralny – środek detektora	TAK		
----	---	-----	--	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego powyższej funkcjonalności. Ze względu na to, że odległość SID 180 cm jest osiągalna w naszym aparacie bezpośrednio w ścianie bez udziału dodatkowego statywu, badania odległościowe klatki piersiowej wykonuje się bezpośrednio na ścianie. Dodatkowy statyw pełni jedynie rolę uzupełniającą i jest wykorzystywany niezwykle rzadko.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 73

73	Zmotoryzowany obrót lampy RTG do wykonywania zdjęć na statywie płucnym	TAK		
----	--	-----	--	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego powyższej funkcjonalności. Ze względu na to, że odległość SID 180 cm jest osiągalna w naszym aparacie bezpośrednio w ścianie bez udziału dodatkowego statywu, badania odległościowe klatki piersiowej wykonuje się bezpośrednio na ścianie. Dodatkowy statyw pełni jedynie rolę uzupełniającą i jest wykorzystywany niezwykle rzadko.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 78

78	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora \leq 5,5 cm	TAK	6 cm	
----	--	-----	------	--

Prosimy o dopuszczenie aparatu w którym odległość płyta statywu - detektor wynosi 6 cm. Odległość ta nieznacznie różni się od wymaganej i wpływa na jakość badań. Ze względu na to, że odległość SID 180 cm jest osiągalna w naszym aparacie bezpośrednio w ścianie bez udziału dodatkowego statywu, badania odległościowe klatki piersiowej wykonuje się bezpośrednio na ścianie. Dodatkowy statyw pełni jedynie rolę uzupełniającą i jest wykorzystywany niezwykle rzadko.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 95

95	Detektor z rączką zintegrowaną z obudową detektora	TAK	NIE	
----	--	-----	-----	--

Prosimy o uznanie jako rozwiązania równoważnego detektora który posiada wgłębienia na palce w tylnej ścianie ułatwiające przenoszenie oraz wgłębienia w bocznych ściankach ułatwiające podnoszenie detektora z płaskiej powierzchni.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 104

104	Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora oraz z innego pola detektora (powiększenia) \geq 30 obr/s	TAK	NIE	
-----	---	-----	-----	--

Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego szybkość akwizycji przy fluoroskopii pulsacyjnej wynosi 10 obr/s oraz 15 obr/s przy powiększeniu. Jest to szybkość akwizycji wystarczająca dla uzyskania obrazu wysokiej jakości.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 117

117	Uchwyt na detektor bezprzewodowy montowany na ścianie, umożliwiający ładowanie baterii	TAK	NIE	
-----	--	-----	-----	--

Prosimy o uznanie jako rozwiązania równoważnego stojaka naburkowego służącego do przechowywania detektorów z jednoczesnym ich ładowaniem bez konieczności wymywania baterii i podpinania kabli zasilających

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Załącznika 1A- Formularz asortymentowo - cenowy

Wnosimy o dopuszczenie wydzielenia odrębnej pozycji dla prac adaptacyjnych w odrębnej pozycji w załączniku Nr 1 A do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy.

Aktualnie jedna pozycja.

L. p	Nazwa towaru	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa/Typ/model/numer katalogowy	Producent
1.	Aparat RTG stacjonarny wraz z pracami adaptacyjnymi						

W naszej ocenie opisany w SWZ zakres realizacji prac budowlanych wykracza poza typowe prace związane z instalacją lub przygotowujące do instalacji aparatu RTG, dodatkowo okres gwarancji dla tego zakresu jest inny, dłuższy niż dla samego urządzenia. Wskazujemy również, że aparat RTG typu telekomando jest wyrobem medycznym podlegającym zastosowaniu obniżonej stawki podatku VAT (8%), zaś prace budowlane co do zasady obejmuje stawka VAT 23%.

Odp.: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1A do SWZ, który otrzymuje treść jak w załączeniu.

Pytanie nr 12 – dot. Projektowanych postanowień umowy

W odniesieniu do zapisu umowy dotyczącego kar umownych § 10 ust. 1b tj. „za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie Umowy oraz niezgodności przedmiotu umowy z Umową i załącznikami do Umowy w terminie określonym w § 7 i § 8 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, ” wnosimy o dopuszczenie naliczania kar umownych w tym zakresie od wartości zakresu, którego dotyczy zwłoka tj. odpowiednio od wartości urządzenia stanowiącego przedmiot umowy lub robót / prac adaptacyjnych, budowlanych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – dot. SWZ

Z uwagi na fakt, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest uzyskanie zgód / pozwoleń niezależnych urzędów, instytucji, wnosimy o dopuszczenie, aby w przypadku oczekiwania na decyzję powyżej 1 tygodnia możliwe było wydłużenie terminu realizacji na wniosek wykonawcy o pozostały czas oczekiwania na wydanie decyzji, pozwoleń. Wykonawca nie ma wpływu na pracę niezależnych instytucji, nie może zatem ponosić odpowiedzialności za niezależne od niego terminy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga: „Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.” Z uwagi na specyfikę urządzenia jakim jest aparat RTG typu telekomando, w praktyce jest to wymóg niemożliwy do spełnienia - wnosimy o usunięcie wymogu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i równocześnie zmienia treść Załącznika nr 1B do SWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie nr 15 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 130-131

Zamawiający wymaga:

130	Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych.
131	Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego rozwiązania w zakresie zapisu pkt. 131 dla aparatu RTG typu telekomando. System składa się z wielu elementów, w tym tysięcy części, oprogramowania i podzespołów, modułów. Wymiana urządzenia winna być ostatecznością w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy urządzenia w inny sposób niż poprzez jego wymianę na nowy. W przypadku ewentualnej nieskuteczności wymiany podzespołu zgodnie z pkt. 130 w naszej ocenie uzasadnionym jest wymiana modułu, którego dotyczy awaryjność, a w przypadku braku możliwości naprawy w inny sposób wymiana urządzenia na nowe. Wnosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odp.: Zamawiający zmienia treść Załącznika 1 – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 131. W załączeniu zmieniony załącznik w tym zakresie.

Pytanie nr 16 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 81 oraz 88

Czy Zamawiający dopuszcza, aby detektor bezprzewodowy opisany w punktach 88 – 96 był używany tylko poza statywem, do tzw. projekcji swobodnych pacjentom na wózkach, łózkach itp. w przypadku, gdy dla statywu zostanie zaoferowany detektor zabudowany (opcja dopuszczona w punkcie 81)? W przypadku montażu detektora zabudowanego w statywie, nie ma już tam miejsca na detektor bezprzewodowy.

Odp.: Zamawiający zmienia treść Załącznika 1 – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 81. W załączeniu zmieniony załącznik w tym zakresie.

Pytanie nr 17 – dot. Załącznika 1B - Opisu przedmiotu zamówienia

Czy potwierdzane mają być tylko parametry techniczne oferowanego aparatu telekomando tzn. punkty od 7 do 118? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga potwierdzenia informacji ogólnych, warunków serwisu, czy usług– usługi, szkolenia, czy deklarowanie warunki serwisu nie posiadają broszur. Spełnienie takich wymagań Wykonawca potwierdza poprzez deklaracje w tabeli technicznej.

Odp.: Wykonawca potwierdza wszystkie punkty.

Pytanie nr 18 – dot. zapisów SWZ roz. X, pkt. 1f

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. zapisów SWZ roz. X, pkt. 1a oraz 1b

Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów dopuszczających (Certyfikaty CE, Deklaracje Zgodności, wpis/ powiadomienie) dla głównego przedmiotu zamówienia (aparatu RTG), czy też dla wszystkich oferowanych wyrobów medycznych?

Odp.: Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w części X SWZ w odniesieniu dla RTG oraz tych wyrobów medycznych, które je posiadają.

Pytanie nr 20 – dot. zapisów SWZ roz. X, pkt. 1c oraz dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatu ISO 9001:2008 dla producenta oferowanego aparatu RTG. Umieszczenie wymogu w rozdziale „przedmiotowe środki dowodowe” sugeruje, że wymóg dotyczy przedmiotu zamówienia, a więc producenta aparatu.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21 – dot. Załącznika nr 1B – Opisu przedmiotu zamówienia, poz. 123

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w punkcie 123. Integracja z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS obsługiwany przez firmę ResQmed, wymaga tylko podłączenia aparatu RTG, czy też również dostarczenia licencji w tym zakresie?

Odp.: W ramach dostawy aparatu, Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace integracyjne umożliwiające pracę z systemem PACS/RIS Zamawiającego. Celem realizacji zamówienia konieczny jest zakup niezbędnych licencji DICOM do przeprowadzenia integracji oraz pracy z systemem PACS/RIS Zamawiającego. Wymagane

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

licencje: DICOM C-Store, DICOM Modality Worklist. Aparat powinien być wyposażony w interfejs LAN.

Pytanie nr 22 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 127

Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 129

Prosimy o rezygnację z zapisu ze względu na wielkość zamówienia, na jego złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym).

W przypadku zamawiania części z zagranicy proces dostawy może wydłużyć się ponad 3 dni robocze. Aby spełnić wymagania punktu 128 Wykonawca powinien zabezpieczyć lokalnie właściwie wszystkie części dostawy co znacząco wpłynęłoby na końcową cenę aparatu.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 129, jednocześnie zmienia treść Załącznika nr 1B do SWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie nr 24 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 130

Prosimy o rezygnację ze względu na podobnie brzmiący punkt 131, który właściwie mówi o tym samym co punkt 130.

Odp.: W zakresie punktu 130 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 4

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania, poniższego zapisu:

„Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe [...] na kwotę nie niższą aniżeli kwota 600.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 8 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu na przedłożenie kopi polisy z 7 do 14 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 – dot. Projektowanych postanowień umowy § 10 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania, poniższego zapisu:

„[...] z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 – dot. Projektowanych postanowień umowy §11 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania, poniższego zapisu:

„Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?

Uzasadnienie:

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 – dot. zapisów SWZ

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

1-dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odp.: Zamawiający potwierdza taką możliwość.

Pytanie nr 31 – dot. Umowy powierzenia danych osobowych §5 ust. 1 oraz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 1-2 następującymi zapisami:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodnie z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje rzutami pomieszczeń w formacie DWG. Zgodnie z zapisami PFU "inventaryzację i dokumentację obiektu budowlanego w zakresie wymaganym dla zrealizowania zadania winien wykonać wykonawca".

Pytanie nr 33 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o podanie modelu oraz numeru seryjnego aparatu rtg który ma zostać zdemontowany i poddany utylizacji w ramach umowy.

Odp.: Aparat RTG D2RS Telekomando Stephanix SN DMJ047.

Pytanie nr 34 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.

Odp.: Projekt osłon stałych w załączeniu.

Pytanie nr 35 – dot. zapisów SWZ

Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG.

Odp.: Zamawiający potwierdza, poza parametrami charakterystycznymi dla nowo instalowanego aparatu.

Pytanie nr 36 – dot. zapisów SWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

Odp.: Patrz pytanie 35.

Pytanie nr 37 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego aparatu RTG o parametrach 34,6 kVA [moc chwilowa do 110/126 kVA]?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny RTG?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 39 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany RTG.

Odp.: Korytarz piwnicy pod pracownią RTG.

Pytanie nr 40 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej RTG i określenie jej szacunkowej długości.

Odp.: Trasa przebiegu linii zasilającej będzie wynikać z projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę. Szacunkowa długość 25 m.

Pytanie nr 41 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania aparatu RTG.

Odp.: Przekrój obecnie używanych kabli wynosi: 5 x 35mm²

Pytanie nr 42 – dot. zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp.: Zgodnie z zapisami PFU oraz Wytocznymi w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych wchodzi w zakres prac Wykonawcy. Zakres w zgodzie z w/w dokumentami.

Pytanie nr 43 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający oczekuje modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej.

Odp.: Zakres prac zgodny z zapisami PFU.

Pytanie nr 44 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie istniejących osłon RTG.

Pytanie nr 45 – dot. zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu RTG i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu po jego dostarczeniu, jednakże nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pytanie nr 46 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 3

(aparat RTG kostno-płucny typu telekomando, pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie posiadanego aparatu telekomando jednostce naukowej do celów szkoleniowych? Wówczas karta odpadu obejmowałaby jedynie lampę RTG.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zmienia zapisy Załącznika nr 1B w poz. 3.

Pytanie nr 47 – dot. Umowy powierzenia danych osobowych § 5 ust. 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie czynności są po stronie Wykonawcy (np. wykonanie projektu osłon stałych, przygotowanie dokumentów dla Sanepidu)? Pragniemy wyjaśnić iż dostarczymy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Aparat RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydane przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. Dodatkowo uzyskanie zgody na stosowanie medycznych procedur radiologicznych pozostaje zupełnie poza zakresem kompetencji dostawcy sprzętu.
Odp.: Czynności do wykonania po stronie Wykonawcy są określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Zamawiający będzie wnioskodawcą do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wydania zezwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 48 – dot. Umowy powierzenia danych osobowych § 8 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis „...z rozszerzeniem o szkody powstałe na skutek wad dostarczonego Urządzenia:” jest zapisem równoważnym zapisanym w polisie jako: „zabezpieczenie OC za produkt dla wyrobów medycznych klasy III”?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące polisy OC.

Pytanie nr 49 – dot. Umowy powierzenia danych osobowych § 14 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o przedstawienie/ załączenie wymaganych protokołów.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada zamkniętego katalogu protokołów dla inwestycji polegającej na dostawie i pracach modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń. To będą protokoły np. z narad budowy, odbioru robót zanikających, badań instalacji elektrycznej, badań wydajności wentylacji itp.

Pytanie nr 50 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 14

Poprosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu, którego odległość podnóżka od podłogi w pozycji 90° wynosi 8,2 cm. Ta nieznacząca różnica wynosząca 1,2 cm nie ma wpływu na funkcjonalność systemu i pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 23

Zamawiający określił „Projekcje skośne, zakres kątów [stopnie] \geq +/- 45 stopni” Poprosimy o dopuszczenie systemu z zakresem kątów projekcji skośnych +/- 40 stopni. Zmiana ta nie wpłynie na funkcjonalność systemu i pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 25

Zamawiający określił „Ścianka automatycznie ustawia się do pozycji zapisanej w programie narządowym, w tym dostępna pozycja do zdjęcia wykonywanego przy statywie”. Poprosimy o dopuszczenie systemu w którym ścianka automatycznie ustawia się do pozycji zapisanej w programie narządowym, w tym dostępna pozycja do zdjęcia wykonywanego przy statywie, jednak z ręcznym obrotem kołpaka na statyw.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 27

Poprosimy o dopuszczenie systemu, którego odległość blatu stołu-detektor wynosi 7,8 cm. Ta nieznacząca różnica 3 mm nie wpłynie na funkcjonalność systemu i pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 40

Poprosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i usunięcie cyfry „0” przed wartością wielkości dużego ogniska w wymaganiu $\leq 01,2$.

Odp.: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w zakresie poz. 40, jednocześnie zmienia treść Załącznika nr 1B do SWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie nr 55 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 72

Zamawiający określił: „Podczas zmiany wysokości statywu lampa śledzi ten ruch zachowując synchronizację promień centralny – środek detektora”. Poprosimy o dopuszczenie systemu bez opisanej wyżej funkcji, która nie ma znaczącego wpływu na funkcjonalność systemu. Aparat posiada autopozycjonowanie dla zaprogramowanych programów APR i synchronizację lampy oraz detektora w stole.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 73

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Zamawiający określił: „Zmotoryzowany obrót lampy RTG do wykonywania zdjęć na statywie płucnym”. Poprosimy o dopuszczenie systemu bez opisanej wyżej funkcji, która nie ma znaczącego wpływu na funkcjonalność systemu. Aparat posiada autopozycjonowanie dla zaprogramowanych programów APR i zmotoryzowane ruchy lampy oraz detektora w stole.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 – dot. Załącznika nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia, poz. 123

Poprosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający posiada u obecnego dostawcy wolną licencję do wykorzystania dla nowego aparatu telekomando i dostawca powinien uwzględnić tylko koszty przyłączenia aparatu do systemu informatycznego.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 58 – dot. zapisów SWZ, roz. X

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w punkcie 1 podpunkt c i d tj. certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat ISO 13485:2012 dotyczą producenta sprzętu medycznego.

Odp.: Zamawiający potwierdza, patrz odpowiedź na pytanie nr 20.

Załączniki:

- 1) ZMIENIONY Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy;
- 2) ZMIENIONY Załącznik nr 1B do SWZ – Zestawienia parametrów i warunków wymaganych;
- 3) Projekt osłon stałych.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom/proceedings w myśl ustawy p.z.p. na stronie prowadzonego postępowania **do dnia 07.06.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.06.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 04.09.2024 r.**

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie