



Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ]

L. dz. DZP-291-2823-580/2023

Kraków, 07.06.2023 r.

Zawiadomienie

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o **zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-2823/2023 pn. **„Dostawa wyposażenia na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**

Uzasadnienie

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 2 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 3 „Sprzęt chłodniczy”:

Zamiast:

„Termin dostawy – do 28 dni kalendarzowych liczonych od zawarcia umowy”

Jest:

„Termin dostawy – do **42 dni kalendarzowych** liczonych od zawarcia umowy”

2. Rozdział 3 SWZ – Termin wykonania zamówienia:

Zamiast:

„Zadanie nr 3 – w terminie do 28 dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy”

Jest:

„Zadanie nr 3 – w terminie **do 42 dni kalendarzowych**, liczonych od daty zawarcia umowy”

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



3. Rozdział 10 SWZ – Termin związania ofertą:

Zamiast:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 20.09.2023 r.”

Jest:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 25.09.2023 r.**”

4. Rozdział 12 SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:

Zamiast:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

do dnia: 23.06.2023 r. do godziny: 08:00”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.06.2023 r. o godzinie: 08:15”.

Jest:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

do dnia: **28.06.2023 r.** do godziny: 08:00”

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28.06.2023 r.** o godzinie: 08:15”.

5. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) w Zadaniu nr 3 – „Sprzęt chłodniczy”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści niektórych punktów w poszczególnych pozycjach, które otrzymują brzmienie:

1) Zadanie nr 3, poz. 1.13:

„19) Obudowa ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo na kolor biały,

20) Wnętrze ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego”.

2) Zadanie nr 3, poz. 1.14:

„5) Zakres temperatury nie gorszy niż: +2 do -18°C, w tym:

a) Dla chłodziarki: nie gorszy niż: +2 do +4°C,

b) Dla zamrażarki, co najmniej do -18°C”.

3) Zadanie nr 3, poz. 1.19:

„12) Sterowanie za pomocą panelu dotykowego z wyświetlaczem LCD”.



Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania **zmienioną wersję**, w zakresie wskazanym powyżej Załącznika nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) – **dotyczy Zadania nr 3 „Sprzęt chłodniczy”**.

KANCLERZ
/-/ mgr Marcin Gałań

.....

(podpis)