



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła 30.03.2020 roku

EZP.II-241/33/20/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Wózek do przewozu leków -10 szt. II**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową (nie sukcesywną) dostawę wózków w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do przewozu leków o poniższych parametrach?

- Wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego - polietylenu
- Posiadający wygodny blat roboczy, uchwyty, szuflady oraz panele boczne wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu
- Wózek do rozwożenia leków wyposażony w cztery szuflady na specjalnych, zintegrowanych prowadnicach (bez mechanizmu samodomykania), centralny zamek oraz blokadę dwóch kółek
- Wymiary szuflad:
 - 625 x 450 x 150 mm – 2 szt.
 - 625 x 450 x 100 mm – 1 szt.
 - 625 x 450 x 200 mm – 1 szt.
- Specyfikacja:
 - szerokość wraz z integrowanym uchwytem do prowadzenia 910 mm
 - głębokość 610 mm
 - wysokość z kołami 1000 mm
 - wysokość z kołami do blatu 930 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków wyposażony jest w pięć samodomykające się szuflady, centralny zamek oraz blokadę dwóch kółek ?

Czy Zamawiający dopuści :

Wymiary szuflad:

- 545 x 445 x 70 mm – 2 szt.
- 545 x 445 x 160 mm – 2 szt.
- 545 x 445 x 250 mm – 1 szt.

• Specyfikacja:

- szerokość 825 mm
- głębokość 585 mm
- wysokość z kołami 1145 mm
- wysokość z bez kół 960 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.