

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 06.10.2023r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z póź. zm.), którego przedmiotem są przeglądy techniczne i naprawy sprzętu medycznego. Nr sprawy 30/TP/23

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Dot. Załącznik nr 2: Prosimy o wydzielenie pozycji 4,5,6 z części 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu oraz wyodrębnienie pozycji 7,14,15,16 z części 2.

Pozycje 14,15,16 według zaleceń producenta nie wymagają przeglądów technicznych, natomiast w przypadku pozycji 7 producent zaleca jedynie przeprowadzenie testów bezpieczeństwa 1 raz / rok.

W załączeniu przesyłamy oświadczenia producenta pulsoksymetrów Masimo o braku wymogu przeglądów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z części i nie zmienia zapisów SWZ.

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....