



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 14.07.2020 r.

DZP.2344.14.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. M. Zyndrama-Kościalkowskiego, działając, w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy:

Pakiet nr 3

Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa za kwotę 27 378,00 zł brutto i łączną liczbą 100,00 pkt. (cena – 60,00 pkt.; czas dostawy – 40,00 pkt.).

Pakiet nr 13

Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze za kwotę 7 335,72 zł brutto i łączną liczbą 100,00 pkt. (cena – 60,00 pkt.; czas dostawy – 40,00 pkt.).

Do pakietu złożono ofertę

Duolux Medical Sp. z o.o., S.K.A., os. B. Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań za kwotę 8 678,88 zł brutto i łączną liczbą 90,71 pkt. (cena – 50,71 pkt.; czas dostawy – 40,00 pkt.).

Medak, ul. Działkowa 11c, 44-177 Paniówki za kwotę 8 058,96 zł brutto i łączną liczbą 94,62 pkt. (cena – 54,62 pkt.; czas dostawy – 40,00 pkt.).

Oferta odrzucona:

Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m14, 00-496 Warszawa - działając na podstawie art. 89 pkt. 1 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odrzuca ofertę jako niezgodną z SIWZ w zakresie Pakietu nr 3.

Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 wymagał zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy

- strzykawka 5 ml z końcówką luer-lock
- igła Y z zaworem bocznym bez dodatkowych łączników umożliwiających założenie przewodnicy
- kabelek do identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG

Firma zaoferowała:

- strzykawka 10 ml z końcówką luer-slip
- dodatkowy łącznik Y, który trzeba połączyć z prostą igłą Seldingera
- brak w zestawie kabelek do identyfikacji położenia cewnika w przedsionku za pomocą EKG

Na podstawie złożonych na wezwanie dokumentów opisowych, potwierdzających zgodność z wymogami Zamawiającego, próbek oraz odpowiedzi na pytania, informujemy, że złożona oferta przez Państwa firmę jest niezgodna z zapisami SIWZ.

A. Sankar
M. Sankar