

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. **Modernizacja i wyposażenie II części V piętra dla Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii w budynku głównym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie” w formule zaprojektuj i wybuduj,**

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie numer 1

Dot. poz. 25:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złącza AGA.

Pytanie numer 2

Dot. poz. 25:

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciążu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciążu,
- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciążu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,
- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciążu.

Odpowiedź: Zamawiający posiada czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciążu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,

Pytanie numer 3

Dot. poz. 25:

III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciążu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyków AGSS z aktywnym inżektorem.

Pytanie numer 4

Dot. poz. 25:

Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, co pozwoli na wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych.

Odpowiedź: Zamawiający używa przetworników firmy GE.

Pytanie numer 5

Dot. poz. 25:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wlewu do parownika firmy STS Baxter.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Dyrektor NIGRIR Marek Tombarkiewicz