

„Dostawa stacjonarnego testera trzeźwości (4 kpl.) typu AL-4000 lub równoważny.”

L.p.	Parametr	Wymagania
1	Zasada pomiaru	Czujnik elektrochemiczny;
2	Zakres pomiarowy	<ul style="list-style-type: none"> wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰
3	Dokładność pomiaru	0,01 ‰
4	Precyzja pomiaru	±0,5% przy 1,0‰ BAC
5	Sposób prezentowania wyniku badania	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wynik z dokładnością do 0,01 ‰
6	Budowa	Jednobryłowa z podajnikiem ustników, przyciskiem uruchamiania, otworem wlotowym oraz wyświetlaczem, umożliwiającą przymocowanie urządzenia do ściany.
7	Niezbędne wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> Kabel zasilający dla prądu przemiennego 230 V; Ustniki jednorazowe – 2000 szt.; Skrócona instrukcja obsługi urządzenia przeznaczona do ogólnego dostępu w formie jednostronnego wydruku na arkuszu A4; Informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli; <u>Uruchamianie poboru próbki za pomocą przycisku;</u> Gwarancja min. 24 miesiące. 	