

Tarnów, dnia 03.07.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.46. 2474 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIA

Zakres 1: Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika diagnostycznego o rozmiarach 4,5,6F posiadającego 32 krzywizny 15 kształtów.

Odpowiedzi: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 10: Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika balonowego o profilu 0,028" dla 3.00mm, długości roboczej 143 cm, pokrytego PTFE, dostępnych 11 średnic od 1.00mm do 4.50mm, 13 dostępnych długości w zakresie 7mm do 45mm ciśnieniu nominalnym 6 atm i RBP 14 atm dla średnic 3.50 do 4.50 oraz RBP 16 atm dla pozostałych średnic.

Odpowiedzi: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

zakres 15: Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika balonowego dostępnych 11 średnic od 1.00mm do 4.50mm, posiadającego jedną sztywność dla wszystkich średnic, dostępne długości od 7mm do 45 i 29mm dla średnic 2.00 - 4.00, pokrytego PTFE, RBP 16 ATM dla średnic od 1.00 do 3.00 i 14 atm dla średnic 3.50 do 4.50 posiadający profil końcówki atakującej 0,016"

Odpowiedzi: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 16: Prosimy o dopuszczenie do oceny balonu lekowego uwalniającego lek składanego trójpunktowo, posiadającego długości 15, 20,25,30mm 4 rozmiary z profilem wejścia 0,016"1,8F szafem dystalnym 2,6F, powlekanego innowacyjną powłoką opartą o kwas szelakowy dla zmniejszenia wypłukiwania leku podczas implementacji oraz o ciśnieniu RBP 16 atm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 17: Prosimy o dopuszczenie do oceny stentu kobaltowo chromowego uwalniającego Sirolimus w dawce 1,25 µg/mm², pokrytego polimerem biodegradowalnym oraz biokompatybilnym, grubości pręseł 65 µm, Ciśnieniu RBP 16 ATM(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.), możliwości odprężenia stentu przy ciśnieniu RBP do 2.00 - 2.50 , 2.75 do 3.50 i 4.00 do 4.50, z dostępnymi 11 długościami z pominięciem skrajnych średnic.

Odpowiedzi: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 20: Prosimy o dopuszczenie do oceny stentu kobaltowo chromowego uwalniającego Everolimus, Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości)(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.) posiadającego własne udokumentowane badania w rocznym okresie czasu.

Odpowiedzi: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 21: : Prosimy o dopuszczenie do oceny hybrydowego stentu uwalniającego Sirolimus posiadającego 11 długości w zakresie od 8mm do 45mm z dostępnymi średnicami od 2.00mm do 4.50mm, ciśnieniu nominalnym 9atm i 16 atm dla średnicy 3.00mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 33: Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika aspiracyjnego rozmiar 6F z pominięciem 7F, światło aspiracyjne 0,037", profil końcówki 0,022", wyposażonego w marker RTG na odcinku dystalnym i wskaźniku przepływu 60 cc/min
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 39: Prosimy o dopuszczenie do oceny pętli do usuwania ciał obcych posiadającej 7 dostępnych rozmiarów w zakresie średnic od 5mm do 35 mm umożliwiające wykonywanie zabiegów w naczyniach od 3mm do 35mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o podanie ilości szacunkowej towaru, który ma być dostarczany do Banku produktów medycznych zakres 17-26, jaką część procentową zamówienia ma stanowić Bank?

Odpowiedź: Po zawarciu umowy Zamawiający prześle zestawienie asortymentu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z CAŁYREKTOPA
DS. LEŚNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz